

### 采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市第三人民医院
拟采购产品名称	高频手术系统
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	安阳市第三人民医院高频手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	40万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p style="text-align: center;">医院</p> <p>原因阐述：安阳市第三人民因临床使用需要，拟购置高频手术系统。高频手术系统是内镜下治疗必备的医疗设备，进口高频手术系统输出功率稳定，切割力强，凝血功能好，对组织损伤小，目前国产产品不能满足临床使用需求，因此申请购置进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p style="text-align: center;">进口高频电刀具有精准微控能量算法，热损伤小，适配内镜微创精细操作，术后恢复快，愈合快，术后出血狭窄发生率更少。相比国内产品能够更好满足临床需求，故建议采购进口产品。</p>	
专家签字	侯奇奇
2026年6月18日	