


采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市第三人民医院
拟采购产品名称	高频手术系统
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	安阳市第三人民医院高频手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	40万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p>原因阐述：安阳市第三人民^{医院}因临床使用需要，拟购置高频手术系统。高频手术系统是内镜下治疗必备的医疗设备，进口高频手术系统输出功率稳定，切割力强，凝血功能好，对组织损伤小，目前国产产品不能满足临床使用需求，因此申请购置进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>拟采购的进口产品具备单双极电凝电切功能，功率安全监测报警、电凝电切频率（200-350KHz）等技术优势，国内产品无法满足内镜手术的全部需求，该产品采用进口设备符合相关标准，可保证手术安全，建议采购进口产品。</p>	
专家签字	 <div style="text-align: right;">2026年6月18日</div>