

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	安阳市第三人民医院
拟采购产品名称	高频手术系统
拟采购产品金额	40万元
采购项目所属项目名称	安阳市第三人民医院高频手术系统采购项目
采购项目所属项目金额	40万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取：	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取：	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
<p style="text-align: center;">医院</p> <p>原因阐述：安阳市第三人民因临床使用需要，拟购置高频手术系统。高频手术系统是内镜下治疗必备的医疗设备，进口高频手术系统输出功率稳定，切割力强，凝血功能好，对组织损伤小，目前国产产品不能满足临床使用需求，因此申请购置进口产品。</p>	
三、专家论证意见	
<p>根据临床使用经验，进口高频电刀搭配进口刀头，在内镜电切时，根据阻抗自动输出功率，热损伤小，碳化轻，术后水肿粘连少，可有效减少手术并发症，因此建议采购进口高频电刀。</p>	
专家签字	<p style="text-align: center;">李世如</p> <p style="text-align: right;">2026年 06月 18日</p>