

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	内黄县人民医院
拟采购产品名称	原厂GE-64排CT (OPTIMA660) 球管
拟采购产品金额	140万元
采购项目所属项目名称	内黄县人民医院原厂GE-64排CT (OPTIMA660) 球管采购项目
采购项目所属项目金额	140万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☐ 3. 其他。	
原因阐述：球管系64排CT核心专用部件，要求必须保证图像质量稳定及诊断检查准确，目前国内产品部分参数无法完全替代，为保证临床诊疗安全，符合国家医疗器械相关规定，特申请采购原装进口产品。	
三、专家论证意见	
本项目的球管是CT的专用配套核心部件，与设备整机软硬件、高压发生器、探测器有极高匹配性，非原厂球管无法精准匹配，极有可能影响临床影像诊断的准确性，存在重大安全隐患，现配套的球管不属于国家限制或禁止进口产品，目录规定的产品，故建议采购。 专家签字 王永平 日期：2026年8月18日	