

采购需求	
1.	投标人必须提供该球管制造商到投标人的合法购买合同。
2. *	X 射线管组件重量 91kg
3.	X 线管的最低固有滤过：0 mm Al/70 kV
4.	旋转阳极（加速）的启动时间：≤12 秒（从 0Hz 到 140Hz）
5.	阳极热容量：6.3MHU
6. *	X 射线管组件热容量不小于 7.4MJ（10MHU）
7.	焦点数量：≥2 个
8.	焦点尺寸：小焦点≤0.9mm*0.7mm；大焦点≥1.2mm*1.1mm
9.	焦点功率要求最大≥72KW
10. *	120KV 时最大毫安输出不低于 600mA，可持续 5 秒以上，提供数据和曲线说明
11. *	出线窗口 FOV（Field of View）尺寸：40mm
12. *	支持 0.35 秒每圈的高速旋转
13. *	球管拥有 ASiR 芯片，并提供接口
14.	球管最大额定电压≥140KV
15.	阳极靶面倾角：7 度
16.	X 射线管组件最大泄漏辐射≤50mR/hr
17. *	球管更换人员至少 2 名，应持有制造商官方途径可查询的工程师证书，在职证明，需提供当月证书查询截图，证书支持实时查询。
18.	质保期一年或 6000 人次
19.	安装完成后需提供第三方检测验收报告
20.	球管需为近 6 个月内生产
21.	具备 CT 智能化数字化远程故障筛排系统。需提供至少 5 份相关文件或以

	往案例以证明投标厂家具有此能力。
22.	提供能及时获取并实施原厂系统安全性软硬件改版通知(FMI)能力的证明，保修期内免费提供设备（含独立工作站）的系统软件升级补丁和技术支持，保证所有系统软件为最新版本。
23.	以上内容均需提供证明材料