

采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	内黄县人民医院
拟采购产品名称	原厂GE-64排CT (OPTIMA660) 球管
拟采购产品金额	140万元
采购项目所属项目名称	内黄县人民医院原厂GE-64排CT (OPTIMA660) 球管采购项目
采购项目所属项目金额	140万元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述：球管系64排CT核心专用部件，要求必须保证图像质量稳定及诊断检查准确，目前国内产品部分参数无法完全替代，为保证临床诊疗安全，符合国家医疗器械相关规定，特申请采购原装进口产品。	
三、专家论证意见	
拟采购设备技术参数方面的意见，以技术专家的意见为准，因国产产品无法保证通过医疗设备注册证中的配套检测，且该产品不属于国家禁止或限制采购产品目录，建议采购原装进口产品。 专家签字 张彦利 日期：	

