

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清宫腔检查镜系统
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

目前国产产品在光学性能、色差、畸变等光学性能方面与进口产品存在一定差距。在特殊光谱分析方面进口产品具有一定优势与增加早癌的检出率。特别是对无创血管的检测进口产品更加清晰。同意采购进口产品。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清宫腔检查镜系统
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

高清宫腔检查镜系统进口产品在光学成像、毛细血管辨识度有一定优势，可增加早期癌症检出率，建议采购进口产品更好地为患者服务。

专家签字： 

日期：2025 年 12 月 04 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清宫腔检查镜系统
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

目前该产品核心优势在于更高的分辨率，更真实色彩还原，畸变分辨率以及无铜血丝的辨识度这几个方面，进口产品在以上几个方面更加清晰。故同意采购进口产品。更加服务患者，更有助于早癌筛查。

专家签字：

李蓉

日期：2025 年 12 月 04 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清宫腔检查镜系统
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

采购人为高清宫腔检查镜系统，对设备性能、质量、稳定性要求较高，技术要求：具备光谱结构增强分析处理模式，可提高对子宫内膜病变识别度和较大粘膜组织的病变筛查，实现早期筛查。相比国内同类产品，进口产品稳定性好，图像清晰，操作性好，安全性高。同时，该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，目前国内同类产品还有差距，无法完全满足临床实际需求，同意采购进口产品。

专家签字：张河

日期：2025 年 12 月 04 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清宫腔检查镜系统
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

所购产品不属于政府采购的排除或禁止的产品范围，根据采购需求，结合本论证意见，采购进口产品能够更好地满足临床需要，且符合政府采购相关法律法规和政策。同意采购进口产品。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日