

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统、氩气刀
拟采购产品金额	870 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生急救中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	870 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

高清电子胃肠镜系统在特殊光轴  
 进口产品更精准的实现观察，可达140°水平  
 在视角方面，国产产品达不到140°的要  
 求不能满足特殊病人的检查要求  
 在智能弯曲、智能硬度等方面进口产品  
 也有差距。同意采购进口产品。氩气刀  
 功率控制达不到本胃肠镜  
 系统的要求，同意采购进口产品

专家签字： 

期：2025年12月4日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统、氩气刀
拟采购产品金额	870 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	870 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

国产高清电子胃肠镜系统在智能弯曲、智能硬度等方面与进口产品存在较大差距，建议采购进口产品。氩气刀在功率控制方面也不到与进口产品的精度，建议采购进口产品。

专家签字：

日期：2025年12月4日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统、氩气刀
拟采购产品金额	870 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	870 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

该产品中高清电子胃肠镜系统进口产品  
能达到 mm 级水平以更好的更精确的发现  
病变部位。进口产品视场角可大于  $140^{\circ}$ ，更加满  
足临床需求。同意购买进口产品氩气刀产品  
在能量控制上达不到电子胃肠镜的配套  
精确定。同意进口产品。

专家签字：

李蓉

日期：2025 年 12 月 4 日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统、氩气刀
拟采购产品金额	870 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	870 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取
2. 无法以合理的商业条件获取
3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

采购人采购的高清电子胃肠镜系统和氩气刀设备，对设备性能、质量、稳定性要求较高。技术要求：视野角： $\geq 140^\circ$ （电子胃镜），视野角 $\geq 100^\circ$ （电子十二指肠镜），可兼容性同品牌，氩气刀：单极切割功率 $\geq 300W$ ， $\geq 4$ 档电切效果，单极电切最高电压 $\leq 1550V$ ，单极电凝最高电压 $\leq 2000V$ ，喷射电凝功率 $\leq 4300W$ 等。相比国内同类产品，进口产品稳定性好，图像清晰，安全性高，同时，该类产品的进口不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品，同意采购进口产品。

专家签字： 李新

日期：2025年12月4日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	高清电子胃肠镜系统、氩气刀
拟采购产品金额	870 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	870 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

拟采购的产品不属于政府采购的限购或禁止采购范围，根据采购需求，结合技术论证意见，采购进口产品能更好地满足临床需要，且符合政府采购相关法律法规和政策。同意采购进口产品。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 4 日