

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	脑干诱发电位
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	45 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

脑干诱发电位，主要参数是手掉因子  
噪声水平，和抗干扰能力。目前，国产产品达  
不到 IEC60601-2-32，不能保证采集精度，噪声水平  
达不到干扰的水平，抗干扰能力进  
产品也优于国产产品。同意采购进口。

脑干诱发电位

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	脑干诱发电位
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	45 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取
2. 无法以合理的商业条件获取
3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

目前脑干诱发电位噪声大，抗干扰能力差，不能保证采集精度。建议采购进口脑干诱发电位，更好的为患者服务。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	脑干诱发电位
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	45 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

该产品噪声水平达不到 48 kHz，抗干扰能力无法达到小于 5mV，就不能保证采集的精度，进口产品在上述两个方面优于国产品，能够更加满足临床需求，故同意购买进口产品。

专家签字：李磊

日期：2025 年 12 月 04 日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	脑干诱发电位
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	45 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

采购申请的脑干诱发电位主要用于听力损伤及鉴别、脑干病变诊断、耳蜗及蜗后病变鉴别等，对设备性能质量、稳定性要求较高，技术要求：单机和PC双模式操作方式、模块：快速ABR诊断ABR、自动V波识别、软件自动标识无需手动标记、左右耳同步测试等。相比国内同类产品，进口产品稳定性好、安全性高、质量过硬，目前国内同类产品无法完全满足临床实际需求。同时，该产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品。同意采购进口产品。

专家签字：

日期：2025 年 12 月 04 日

## 政府采购进口产品专家论证意见

### 一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	脑干诱发电位
拟采购产品金额	45 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生急救中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	45 万元

### 二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

### 三、专家论证意见

论证意见：

脑干诱发电位不属于政府采购的限制或禁止产品范围，根据采购需求，结合产品技术论证，采购进口产品能够更好地满足临床需求，符合政府采购相关法律法规和相关规定。同意采购进口产品。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日