

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	有创呼吸机
拟采购产品金额	50 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生急救中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	50 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

该产品主要用于早产儿、新生儿的抢救，对容量监测精准，高频容量控制及自动补偿功能要求较高，目前国内产品精度达不到要求，不能满足危重早产儿、新生儿的抢救要求，同意采购进口有创呼吸机。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 4 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	有创呼吸机
拟采购产品金额	50 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	50 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

有创呼吸机主要用于早产儿、新生儿抢救，对监测精度、自动补偿功能要求较高。目前国内产品精度达不到5ml，不能满足危重早产儿新生儿治疗需求。建议采购进口有创呼吸机更好为患者提供高质量服务。

专家签字：

日期：2025年12月4日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	有创呼吸机
拟采购产品金额	50 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	50 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取
2. 无法以合理的商业条件获取
3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

该产品适用于体重30公斤以下婴儿的抢救，对常频通气、高频通气容量、精度要求极高，目前国内产品精度达不到危重儿、早产儿抢救要求，同意则买进口产品。

专家签字：

日期：2025年12月4日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	有创呼吸机
拟采购产品金额	50 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	50 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

采购进口的有创呼吸机，主要用于早产儿、新生儿，核心作用是替代或辅助新生儿、早产儿完成呼吸，维持呼吸与通气稳定，改善肺部通气。对设备性能、质量、保障呼吸安全要求较高，相比国内同类产品，进口产品，质量过硬，安全性高，目前国内同类产品尚不成熟，无法完全满足临床实际需求，同时，该类产品不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制进口产品，同意采购进口产品。

专家签字： 

日期：2025 年 12 月 4 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	有创呼吸机
拟采购产品金额	50 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	50 万元

二、申请理由

- 1. 中国境内无法获取
- 2. 无法以合理的商业条件获取
- 3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

拟购产品不属于政府采购限制或禁止采购范围，根据采购需求，经产品技术论证，拟购产品能更好地满足临床需求，且符合政府采购相关法律法规和政策。同意采购该产品。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 4 日