

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

目前，国产产品振幅精度达不到 μm 级
能量输出控制，蠕动泵控制精度进口
产品也有一定差距，不能满足特殊
病人的治疗要求，同意采购进口
超乳玻切一体机。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取

2. 无法以合理的商业条件获取

3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

国产超乳玻切一体机振幅精度较差，不能
满足特殊病人要求建议采购进口超乳玻切一体机
为患者提供高质量服务。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公卫应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取	
<input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取	
<input type="checkbox"/> 3. 其他。	
原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。	
三、专家论证意见	
论证意见： 国内同类产品振幅精确率达不到 μm 级能量输出功率控制，不能满足不同情况患者的需求。进口产品设备稳定性好，安全可靠。同意采购进口产品。	
专家签字：李岩	
日期：2025 年 12 月 04 日	

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取
2. 无法以合理的商业条件获取
3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

采购人采购的超乳玻切一体机，核心功能超声乳化、玻璃体切除。临床作用是一站式联合手术：术中无缝切换。主要用于白内障合并视网膜脱离及复杂眼底手术，相比国内同类产品，进口产品设备，稳定性好，安全性强，质量过硬。目前国内同类产品，无法完全满足临床实际需求。同时，该类不属于《中国禁止进口限制进口产品目录》中禁止或限制产品。同意采购进口产品。

专家签字：张双

日期：2025 年 12 月 04 日

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况

申请单位	登封市人民医院（登封市总医院）
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	120 万元
采购项目所属项目名称	登封市人民医院（登封市总医院）登封市总医院暨公共卫生应急救治中心进口医疗设备采购项目
采购项目所属项目金额	120 万元

二、申请理由

1. 中国境内无法获取
2. 无法以合理的商业条件获取
3. 其他。

原因阐述：目前国内设备不能满足临床需求，为了更好的为患者服务，特申请购买进口设备。

三、专家论证意见

论证意见：

拟采购产品不属于政府采购限制或禁止采购范围，根据采购需求，结合产品技术论证，采购进口产品能更好地满足临床需求，符合政府采购法律法规和相关规定。同意采购进口产品。

专家签字：



日期：2025 年 12 月 04 日