五、分项报价一览表、技术规格偏离表、商务偏差表、服务方案、售后服务计划

5.1 分项报价一览表

序号	名称	品牌型号	规格、技术指标	生产厂家	单位	数量	单价	小计（元）	交货安装时间
1	血液透析机	威高日机装 DBB-EXA ESSE	1.设备使用年限：≥10年 2.机身尺寸（mm）：机身宽度≤450，深度≤520 3.供水：压力范围：1-6.5bar；温度范围：5 ℃~30 ℃。 4.透析液流速：300~700 mL/min 5.透析液温度：33.0~40.0° C，实时监测，有超温保护装置。 6.超滤速度：0.50~4.00L/h。 7.漏血检测器：红绿双色光学监测。 8.动脉血泵：40~600mL/min。 9.肝素泵：设置范围：0.0~9.0mL/h。 10.空气监测器：超声波检测；检测精度：≤0.0005mL。 11.动脉压：测量范围：-300~+480mmHg。测量精度：±10mmHg。 12.静脉压：测量范围：-300~+480mmHg。测量精度：±10mmHg。 13.TMP：测量范围：	威高日机装（威海）透析机器有限公司	台	4	90000.00	360000.00	合同签订后30日历天内交付使用

			-100~+480mmHg。测量精度：±10mmHg。 14.透析液浓度：12.5~16.0mS/cm。 15.治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。 16.具备自动透析系统，支持自动预充、自动引血、自动回血等功能 17.人机交互：≥15英寸彩色液晶显示器，可旋转。 18.压力监测，支持动脉压和透析器血液入口压压力监测。 19.可实时图文显示参数，包括泵前动脉压、泵后动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。 20.报警提示功能：可视四种颜色报警指示灯，具有声光报警指示。 21.消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液。热水柠檬酸消毒温度最高可达90℃。 22.后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。 23.超滤系统：采用流量计或复式泵平衡与超滤控制系统。 24.浓度曲线：可进行碳酸氢盐浓度曲线治疗，可预存≥8条曲						

			线，实现个性化透析。 25.具备动脉壶和静脉壶液位电动调节功能 26.标配网络接口。 27.Kt/V：选配在线清除率监测组件，无创实时监测。 28.具备血压监测功能 29.具备血容监测功能						
2	血液滤过机	德朗DORA-6000S3	1.具有联网功能，可以与血液透析系统对接。 2.具有在线 Kt/v 监测功能。 3.具备血压监测功能 4.具有在线血压监测。 5.停机后运行时间≥20 分钟。 6.有密闭式容量平衡腔系统或复式泵系统。 7.治疗模式：支持血液透析滤过、单纯超滤、缓慢透析。 8.可以做碳酸氢盐常规透析。 9.中文操作面板，中文操作菜单。 10.供水压进水压 1.5～6.0bar。 11.动脉压监测显示范围-300mmHg～+300mmHg。 12.静脉压监测显示范围-100mmHg～+450mmHg。 13.动脉血泵血流量范围40～	广州瑞博医疗设备有限公司	台	1	260000.00	260000.00	合同签订后30日历天内交付使用

			600ml/min 可调。 14.空气监测器为超声监测，灵敏度高。 15.跨膜压监测显示测范围-100mmHg～+400mmHg。 16.透析液流量范围300-700ml/min。 17.透析液温度 35℃-39℃。 18.具有完备的自检功能，自身具有维修菜单，故障自我诊断。 19.支持高容量置换液滤过。 20.具备血温监测功能 21.具备血容监测功能						
3	血液透析专用制水设备	威高WG-F800-40	1、设备使用年限：≥10年。 2、纯水产水量：≥1200L/h （25℃）。 3、水利用率：≥70% 溶解盐清除率：≥99% 4、内毒素、细菌病毒清除率：≥99.99% 5、纯水水质应符合国家YY0572-2015血液透析和相关治疗用水标准 6、触摸屏操作，可以对整个设备运行流程状态进行监测管控，方便人员查看操作。 7、可全自动控制，根据系统参数设定时间机器自动启停和间	山东威高宏瑞医学科技有限公司	台	1	370000.00	370000.00	合同签订后30日历天内交付使用

			隔运行，并可根据用水时间进行个性化设置。 8、具有原水、一级产水、二级产水的电导率、温度、压力、流量监测等信息显示；实时报警功能。透析水处理具有定量收集功能，提升水资源利用率，达到环保、节约。 9、整套系统双级运行，也可一级或二级单独操作运行，具有多种应急运行方案。 10、具有多种保护功能，在无水、低压、高压、过载等情况下自动保护报警。 11、过滤软化罐体直径≥500mm，罐体耐压1.0MPa，防止水锤冲击，耐压高。 12具有故障报警记录,将机器各元件的运作情况和报警记录并存储，方便操作人员查询。同时具备医疗水处理专业远程监测系统，可以方便科室后续升级远程功能。 13、设备具有漏水报警功能,具备监测夜间漏水自动关断功能，对于设备的安全运行起到有效保证。 14、具备透析水系统的卫生级无菌平衡器，须安装空气过滤器，筒体镜面不锈钢材质；上下椭圆						

			封头设计，无死角，内外面为镜面。符合无菌表面要求，表面粗糙度Ra≤0.4,外表面粗糙度Ra≤0.8。 15、设备主机采用304不锈钢卫生级材质，氩弧自动保护焊接，焊接完成采用钝化处理，焊接处内壁光滑，防止细菌、内毒素滋生，确保产水水质。 16、热消毒系统采用机柜一体式模块化结构，电控控制原件系统与加热模块分开隔离。平均每分钟升温3-5℃，消毒时采用二级纯水进行，防止污染管路，水电隔离加热模块，采用热感控原件探测消毒效果并记录数据，可无人自动消毒。消毒温度：消毒出口温度≥90℃；消毒回水温度≥85℃，并记录消毒数据予以储存。 17、系统配置要求：全自动源水变频加压系统一套，全自动多介质过滤器一套，全自动活性炭过滤器一套，全自动软化器一套，双级反渗透主机一套，自动热消毒系统一套。 18、平衡器进水采用双阀慢开阀进水，一用一备，阀芯采用耐腐蚀陶瓷阀芯。带反馈信号。 19、采用知名品牌高压泵的泵体						

			过流材质多采用卫生级不锈钢等优质材料，具有良好的耐腐蚀性和抗污染性。						
报价金额合计（大写）：玖拾玖万元整，990000.00									

供应商（公章）：久为数智科技（河南）有限公司

法定代表人（负责人）或授权代表（签字）：何宜珊

日期：2026 年 2 月 13 日