


附件10

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	浚县人民医院
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	142.6万元
采购项目所属项目名称	2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目（一标段）
采购项目所属项目金额	1266.6万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取； <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的； <input type="checkbox"/> 5. 其他。	
原因阐述	<p>1. 进口超乳玻切一体机技术先进，性能稳定，超声乳化效果更优秀，经过多年临床验证，在可靠性方面，在高难度白内障及眼底手术中更稳定。</p> <p>2. 较国产设备，进口设备在使用年限等方面经多年临床验证具有较大优势，更长的使用年限可以减少设备更换频次，降低采购成本。</p> <p>3. 进口设备超声乳化手术不需要一次性耗材，超乳管路和积液盒为可重复消毒设计，可降低手术成本。</p> <p>4. 国产设备不具备电撕囊功能，进口设备具有该功能，采用频率：500kHz脉冲式能量，精准连续，可帮助手术医生撕前后囊和各种复杂囊膜，降低手术风险。</p> <p>5. 目前国内同类产品近期才获批注册证，未建立完善的产品销售，培训及售后体系无法考察，产品性能及稳定性还有待考察。</p> <p>综上所述，目前国产设备不具备满足我院临床使用需求，进口设备能完全满足需求，因此选择进口设备。</p>
专家论证意见	<p>该产品不属于鼓励进口，也不属于限制进口，符合法律、法规规定，建议购买进口产品。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：</p> <p style="text-align: right;">2026年4月7日</p>

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；
 2. 本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；
 3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。