

附件10

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	浚县人民医院
拟采购产品名称	超乳玻切一体机
拟采购产品金额	142.6万元
采购项目所属项目名称	2026年浚县医疗机构第一季度货物采购项目（一标段）
采购项目所属项目金额	1266.6万元
二、申请理由	
<input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取； <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取的； <input type="checkbox"/> 3. 为在中国境外使用而进行采购的； <input checked="" type="checkbox"/> 4. 中国境内有国产同类产品但无法满足实质需求的； <input type="checkbox"/> 5. 其他。	
原因阐述	<p>1. 进口超乳玻切一体机技术先进，性能稳定，超声乳化效果更优秀，经过多年临床验证，在可靠性方面，在高难度白内障及眼底手术中更稳定。</p> <p>2. 较国产设备，进口设备在使用年限等方面经多年临床验证具有较大优势，更长的使用年限可以减少设备更换频次，降低采购成本。</p> <p>3. 进口设备超声乳化手术不需要一次性耗材，超乳管路和积液盒为可重复消毒设计，可降低手术成本。</p> <p>4. 国产设备不具备电撕囊功能，进口设备具有该功能，采用频率：500kHz脉冲式能量，精准连续，可帮助手术医生撕前后囊和各种复杂囊膜，降低手术风险。</p> <p>5. 目前国内同类产品近期才获批注册证，未建立完善的产品销售，培训及售后体系无法考察，产品性能及稳定性还有待考察。</p> <p>综上所述，目前国产设备不具备满足我院临床使用需求，进口设备能完全满足需求，因此选择进口设备。</p>
专家论证意见	<p>进口超乳玻切一体机具有目前同类产品无法比拟的技术成熟性和性能稳定性，能够更好地满足本次采购的需求。建议同意。专家签字：[Signature]</p> <p>超乳玻切一体机，但要保持公平竞争。</p>
2026年4月7日	

注：1. 本表应组织5人及以上单数专家手工填写，其中必须包含1名法律专家；
 2. 本表应一人一表填写，备案时需将扫描件在“电子化采购系统”上传；
 3. 本表作为日后处理供应商投诉的重要依据。