



河南省人民医院·医学装备部
HENAN PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL

河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字第 YSBG-20251013

预算项目编码		预算项目名称	宫腔电切镜
设备名称	宫腔电切镜	设备型号	J0330E
设备数量	4	设备品牌	沈大
序列号	详见下表	设备单价(元)	120000.00
设备安放地点	2号楼3楼东	设备总价(元)	480000.00
设备归属科室	妇科一	中标通知及招标编号	豫财招标采购-2025-1150
销售公司名称	河南迅复医疗器械有限公司	销售公司联系人/电话	何亚涛 15638218661
生产厂家电话	024-88097176	销售公司负责人/电话	何亚涛 15090487178
工程师及联系电话	杨铭 13526490415	销售公司固话	--

主要配置: 详见配置清单. SN号: 400.5227、400.5229、400.5234、400.5244

验收项目	备注	验收项目	备注
☐ 到货验收是否合格	到货验收合格	☐ 生产厂家、供应商资质	已提供
☐ 医疗器械注册证	国械注准20173063258	☐ 商检报告、报关单	--
☐ 医疗器械相关认证证书	已提供	☐ 操作使用培训	已培训
☐ 技术资料(说明书、维修手册)	已提供	☐ 操作规程	交使用科室
☐ 维修密码	无	☐ 运行正常	运行良好
☐ 发票复印件	已提供	☐ 维修保养计划及内容	每年不少于四次维护保养

补充说明: 属于传染病基地项目设备

验收过程存在问题:	无		
使用科室负责人		医学装备部验收人员	
医学装备部负责人		采供处负责人	
保修年限:	36个月	验收合格日期:	2025年12月24日

医学装备部·制