

依据纪登(2021-5-56)11月19日"国家重大传染病防治基地建设项目"

支出。项目编号: C182010002 资金来源: 财政。



河南省人民医院·医学装备部
HENAN PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL

赵笑之
2026.2.12

河南省人民医院仪器、设备验收报告

验字第 YSBG-20260102

预算项目编码		预算项目名称	连续性血液透析机 (CRRT)
设备名称	连续性血液透析机 (CRRT)	设备型号	PrisMax CN
设备数量	3	设备品牌	百特
序列号	PX600128、PX600150、PX600151	设备单价 (元)	238000.00
设备安放地点	7号楼3楼	设备总价 (元)	714000.00
设备归属科室	血液净化中心	中标通知及招标编号	豫财招标采购-2025-1512
销售公司名称	华润润致 (河南) 医疗器械有限公司	销售公司联系人/电话	付生 13283798666
生产厂家电话	400-8215800	销售公司负责人/电话	陈慧颖 18538309742
工程师及联系电话	何俊杰 17698107888	销售公司固话	--

主要配置: 详见配置清单。

验收项目	备注	验收项目	备注
☐ 到货验收是否合格	到货验收合格	☐ 生产厂家、供应商资质	已提供
☐ 医疗器械注册证	国械注准20243101882	☐ 商检报告、报关单	--
☐ 医疗器械相关认证证书	已提供	☐ 操作使用培训	已培训
☐ 技术资料 (说明书、维修手册)	已提供	☐ 操作规程	交使用科室
☐ 维修密码	无	☐ 运行正常	运行良好
☐ 发票复印件	已提供	☐ 维修保养计划及内容	每年不少于四次维护保养

补充说明: 国家重大传染病防治基地建设项目

验收过程存在问题:	无		
使用科室负责人		医学装备部验收人员	刘立亚 徐博
医学装备部负责人	张亚明 李成朋	采供处负责人	王瑞志 李成朋 12/2
保修年限:	108个月	验收合格日期:	2026 年 2 月 12 日

医学装备部·制