



河南省人民医院·医学装备部  
HENAN PROVINCIAL PEOPLE'S HOSPITAL

## 河南省人民医院仪器、设备验收报告





验字第 YSBG-20250638

预算项目编码	41124109	预算项目名称	手术导航定位系统
设备名称	手术导航定位系统	设备型号	SR1-3D
设备数量	1	设备品牌	华科精准
序列号	002250700001	设备单价(元)	3990000.00
设备安放地点	1号楼3楼	设备总价(元)	3990000.00
设备归属科室	神经外科	中标通知及招标编号	豫财招标采购-2024-1199
销售公司名称	河南国科恒泰医疗科技有限公司	销售公司联系人/电话	姜丽娟 13598890417
生产厂家电话	13193897188	销售公司负责人/电话	赵东东 18539922854
工程师及联系电话	魏文博 15910323751	销售公司固话	—

主要配置: 详见配置清单.

验收项目	备注	验收项目	备注
<input type="checkbox"/> 到货验收是否合格	到货验收合格	<input type="checkbox"/> 生产厂家、供应商资质	已提供
<input type="checkbox"/> 医疗器械注册证	国械注准20183010598	<input type="checkbox"/> 商检报告、报关单	无
<input type="checkbox"/> 医疗器械相关认证证书	已提供	<input type="checkbox"/> 操作使用培训	已培训
<input type="checkbox"/> 技术资料(说明书、维修手册)	已提供	<input type="checkbox"/> 操作规程	交使用科室
<input type="checkbox"/> 维修密码	无	<input type="checkbox"/> 运行正常	运行良好
<input type="checkbox"/> 发票复印件	已提供	<input type="checkbox"/> 维修保养计划及内容	每年不少于四次维护保养

补充说明: 无

验收过程存在问题:	无		
使用科室负责人	 2025.9.15	医学装备部验收人员	
医学装备部负责人	 郭川霞	采供处负责人	 王磊 2025-9-3
保修年限:	60个月	验收合格日期:	2025年9月30日

医学装备部·制