

三、专家论证意见

专家姓名：李军

专家工作单位：郑州人民医院

专家电话：13838348387

专家意见：郑州人民医院拟采购的超高清内窥镜摄像系统需具备动态影像增强、去饱和度并具有荧光功能。摄像主机支持分辨率 $\geq 3840 \times 2160$ ，支持 $\geq 60\text{Hz}$ 的动态图像，电气安全级别为医用设备电气安全防等级CF型I类。进口产品相对于国内产品具有明显优势，兼容性好，稳定性强，成像清晰色彩逼真，可减少医源性损伤发生率，减少医疗纠纷，提高患者安全和手术质量。同意采购进口设备。

专家签字 李军
2026年6月16日