

网通
26.7.2

郑州大学化学学院、平原实验室 (郑州大学) 实时荧光定量 PCR

采购项目政府采购合同二次履约验收报告

项目名称：郑州大学化学学院、平原实验室 (郑州大学) 实时荧光定量 PCR
采购项目

资金来源：省双一流经费 合同金额：63.8 万元
中标供应商：河南思泽生物科技有限公司
组织单位：资产与财务部
验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部
技术专家：胡香杰 梁政勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年06月17日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同二次履约验收。

一、依据政府采购合同编号“豫财询价采购-2025-9-包2”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院组织技术人员进行了二次核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了二次初步验收，提交了二次初步验收合格报告。

首次学校验收后，采购单位与供应商针对发现的问题进行了整改，并申请验收组进行再次验收。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报；复核了项目招标文件、投标文件和合同内容；查看了文本资料；现场核对、测试了仪器设备。验收专家组针对第一次发现的问题，进行再次验收。

三、验收结论：

项目单位针对第一次验收中发现的问题进行了整改，经整改，该项目设备的名称、规格、型号、数量、产地、性能满足合同要求，部分文本资料需完善，待资料完善后予以通过。

采购单位项目负责人：余斌

采购单位主管领导：古朝辉

采购单位监督人：赵地

采购单位签章：

验收工作组签名：梁政勇 胡香杰

高加茂 齐达旗 王君丽

中标供应商项目负责人：蔡刚



2026年06月17日

郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）实时荧光定量 PCR 采购项目（包二）二次整改情况说明

郑州大学：

2025年10月24日我司河南思泽生物科技有限公司与贵单位签订《郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）实时荧光定量 PCR 采购项目》合同，合同编号：豫财询价采购-2025-9-包2，二次验收存在的主要问题：

- 1、合同交货日期晚于合同约定日期；
- 2、性能测试报告不完善，缺少首页盖章。

整改措施及内容：

1、针对海关资料审核时间过久（2025.10.24-2025.12.26）导致交货日期晚于合同约定日期6天（2025.12.27），出具了情况说明并加盖学院公章

2、补充了盖章签字

附件一：针对合同交货日期晚于合同约定日期，出具的情况说明

附件二：性能测试报告盖章签字

整改结论：经过整改，郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）实时荧光定量 PCR 采购项目（包二），合同编号：豫财询价采购-2025-9-包2，整改内容已符合合同要求。

供应商（签字盖章）



项目单位（签字盖章）：



余斌

专家审核签字：

胡金奎 梁政勇

日期：2026.7.2

郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）实时荧光定量 PCR 采购

项目（包二）学院合同履行验收报告

项目名称：郑州大学化学学院、平原实验室（郑州大学）实时荧光定量 PCR 采购项目包二

资金来源：省双一流经费 合同金额：63.8 万元

中标供应商：河南思泽生物科技有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：胡香杰 梁政勇

根据河南省财政厅豫财购【2010】24 号文件要求，2026 年 3 月 10 日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履行验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财询价采购-2025-9-包 2”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

- 1、仪器设备的名称、规格型号、数量、产地与合同一致；
- 2、合同交货日期晚于合同约定日期；
- 3、缺少银行流水单；
- 4、性能测试报告不完善，缺少最大离心力参数验证。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，待整改满足合同要求后二次验收。

采购单位项目负责人：余斌

采购单位主管领导：李朝辉

采购单位监督人：李地

采购单位签章：

验收工作组签名：

梁政勇 胡香杰 李地

王君丽 高加芬 李振

中标供应商项目负责人：苏刚

2026 年 3 月 10 日

