

网上通过

26.7.7

郑州大学药学院全自动数字玻片扫描仪等设备采购

项目合同履约验收报告

项目名称：郑州大学药学院全自动数字玻片扫描仪等设备采购项目

资金来源：学科经费 合同金额：158.8 万元

中标供应商：河南瑞源化验仪器有限公司

组织单位：资产与财务部

验收工作组：资产与财务部、审计处、规划与学科建设部

技术专家：王时征 李江峰

根据河南省财政厅豫财购【2010】24号文件要求，2026年06月30日，由资产与财务部牵头，抽取技术专家和有关部门人员组成验收工作组，对该项目进行了合同履约验收。

一、依据政府采购采购合同编号“豫财招标采购-2025-1629”合同中涉及仪器设备的名称、规格型号、数量、产地、备品备件、文本资料等，已经由学院技术人员进行了核对、检验。设备安装调试后，使用单位组织技术人员进行了初步验收，提交了初步验收合格报告。

二、验收专家组听取了项目使用单位的情况汇报，复核了项目招标文件、投标文件和合同内容，查看了文本资料，现场核对、测试了仪器设备。

三、工作组在验收中，发现：

1、本项目采购种类、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求，合同缺少设备具体名称；

2、交接货清单不完善；

3、缺少软件授权使用书、软件备份及操作说明；

4、缺少进口设备银行水单。

四、验收工作组建议：

以上内容逐项整改，整改完成后予以通过。

采购单位项目负责人：信时征

采购单位主管领导：李江峰

采购单位监督人：单丽红

采购单位签章：郑州大学药学院

验收工作组签名：

王时征 李江峰

王君丽 房松茂 王时征 李江峰

中标供应商项目负责人：李江峰

2026年06月30日

验收整改报告

项目名称：郑州大学药学院全自动数字玻片扫描仪等设备采购项目，合同编号：豫财招标采购-2025-1629 整改情况如下：

一、验收中发现的问题：

- 1、本项目采购种类、规格型号、数量、产地、性能满足合同要求，合同缺少设备具体名称；
- 2、交接货物设备清单不完善；
- 3、缺少软件授权使用书、软件备份及操作说明；
- 4、缺少进口设备银行水单。

二、整改措施及内容：

1. 已提供情况说明并完善合同中缺少设备采购内容具体设备名称；
2. 已完善交接货物设备清单；
3. 已提供软件授权使用书、软件备份及操作说明；
4. 已提供进口设备银行水单。

三、整改结论：

经过以上整改，郑州大学药学院全自动数字玻片扫描仪等设备采购项目已符合合同要求。

项目单位签字：



供应商签字：



盖 章：

盖 章：

专家审核签字：

王世 李江峰

日期：2026.7.6号