

供货合同

合同编号：2025（63）

甲方：河南科技大学第一附属医院

地址：河南省洛阳市洛龙区关林路与学府街
交叉口西北角

乙方：北京中和联信供应链管理有限公司

地址：北京市通州区广聚街 15 号院 3 号楼 2
层 220 号

根据 2006 洛药招[2006]5 号文件精神及河科大一附院院字〔2025〕46 号文件，我院（开
元院区）于 2025 年 10 月 22 日通过方大国际工程咨询股份有限公司进行了一批医疗设备招
标，编号：豫财招标采购-2025-1151，现确定采购以下中标产品：

一、中标产品明细表

序号	名称	产地	品牌	规格	单价（万元）	数量	总价格（万元）
1	4K 腹腔镜	\	史赛克	1688010000/1 688210105/02 40300100 等	202.80	1	202.80
合计小写：							202.80（含税）
合计		(大写)人民币：贰佰零贰万捌仟元整（含税）					

注：详细配置见清单

二、供货方式：乙方持供货发票和中标通知书在规定的时间内（自合同签订之日起 30 日历
天内）将货物送到甲方办理验收入库手续，运费由乙方承担。

三、根据豫检卫联 254 号文件规定，原装进口设备须经出入境检验检疫机构检验合格后，方
可验收使用，不合格的按照相关规定处理。进口设备须提供报关单、通关单，并配有中文说
明书及中文标签。验收不合格，乙方应无条件退货并解除合同，因验收不合格解除合同给甲
方造成损失的，甲方有权追究乙方的赔偿责任。

四、付款方式：合同签订后，货到安装验收合格，一个月内付清合同全款。

五、保修期：自验收合格之日起整机质保 3 年（质保期内，所有该设备所产生的维修、人工、配件等费用均由乙方承担）；乙方向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。培训：现场培训。

六、违约：双方因合同内容发生纠纷，甲乙双方自行协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、与本合同相关的招投标文件、附件、补充协议等均是本合同的组成部分，内容与本合同条款不一致的，以本合同为准。如需对合同条款进行修改，双方应协商后另行签订书面补充协议。补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执两份，双方签字并盖章后生效，具有同等法律效力，其中卫生主管部门备案一份。

甲方（盖章）：河南科技大学第一附属医院

乙方（盖章）：北京中和联信供应链管理有限公司

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表：

授权代表：

联系人：曲智锋

联系人：唐悦

联系电话：0379- 69823633

联系电话：17610336996

签订时间：2025 年 12 月 5 日

签订时间：2025 年 12 月 5 日

签约地点：河南省洛阳市洛龙区关林路与学府路交叉口西北角。

河南科技大学第一附属医院

廉洁合同书

甲方：河南科技大学第一附属医院

乙方：北京中和联信供应链管理有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定（ ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式六份，甲方四份、乙方两份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：河南科技大学第一附属医院

法定代表人或授权代表（签字）：

经办人签名：

纪检监察部门：

签订日期：2025年12月5日

乙方（盖章）：北京中和联信供应链管理有限公司

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

签订日期：2025年12月5日

(三) 产品配置清单

序号	货物名称	规格型号	制造商	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	4K 超高清摄像主机	1688010000	史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy/美国	台	1	435000.00	435000.00	无
2	4K 超高清摄像头	1688210105	史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy/美国	套	1	445000.00	445000.00	无
3	4K32 寸液晶监视器	0240031300	史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy/韩国	台	1	166000.00	166000.00	无
4	全自动智能 LED 冷光源	0220-220-000	史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy/美国	台	1	250000.00	250000.00	无
5	导光束	0233065010	史赛克内窥镜	根	5	13500.00	67500.00	无



			镜 Stryker Endoscopy/美国					
6	高流量智能气腹机	F114	W.O.M.医学 世界有限公司/德国	台	1	250000.00	250000.00	无
7	4K 超高清腹腔镜	0502-503-030	史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy/德国	根	1	110000.00	110000.00	无
8	腹腔镜消毒盒	腹腔镜专用	国产/中国	个	1	1000.00	1000.00	无
9	4K 影像信息管理系统	0240300100	史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy/美国	台	1	3000000.00	3000000.00	无
10	专用腔镜台车	国产四层	北京中西医疗器械有限公司/中国	台	1	3500.00	3500.00	无

备注:

九、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	投标产品			偏差描述	结论	备注：加★参数及正偏离参数技术支持资料页码
		制造商标称	品牌规格型号	产品实际技术参数			
1	4K 腹腔镜	一、★基本要求：摄像主机、摄像头、监视器、光源、光导束、高流量气腹机、超高清腹腔镜、4K 影像信息管理系统均为赛克品牌。	品牌：史赛克 /	一、★基本要求：摄像主机、摄像头、监视器、光源、光导束、高流量气腹机、超高清腹腔镜、4K 影像信息管理系统为原装史赛克品牌	无偏离	符合	见投标文件第 23-29 页摄像头、光源、光导束、高流量气腹机、超高清腹腔镜产品注册证，监视器、4K 影像信息管理系统 CCC 证书
2		1、4K 超高清摄像主机（数量 1 台） 史赛克内	制造商： 1688010000	1、4K 超高清摄像主机（数量 1 台）	无偏离	符合	见投标文件第 212 页 16884K




		窥 镜 Stryker Endoscopy				摄像系统说明书 67 页型号列表
3	1.1 ★ 摄像主机分辨率为 1080p(1920*1080P) , 4K UHD(3840*2160), 视频输出分辨率 3840 × 2160(4K UHD)、主机具备荧光功能, 三晶片 CMOS 传感器。	制造商: 史赛克内窥 镜 Stryker Endoscopy	16888010000	1.1 ★ 摄像主机分辨率为 1080p,4K UHD(3840×2160), 视频输出分辨率 4K UHD 3840 × 2160, 主机具备荧光功能, 三晶片 CMOS 传感器。	无偏离	符合 见投标文件第 202、212 页 16884K 摄像系统说明书 57 页技术规范/成像系统、67 页产品预期用途
4	1.2★成像模式: 有白光模式和四种近红外光荧光成像模式。	制造商: 史赛克内窥 镜 Stryker Endoscopy	16888010000	1.2★成像模式: 有白光模式和四种近红外光荧光成像模式。	无偏离	符合 见投标文件第 183 页 16884K 摄像系统说明书 38 页 IRIS 菜单、SPY 模式菜单、光源菜单
5	1.3 主机可调节黄增益/黄偏色, 蓝增益/蓝偏色参数, 优化色彩偏好	制造商: 史赛克内	16888010000	1.3 主机可调节黄增益/黄偏色, 蓝增益/蓝偏色参数, 优化	无偏离	符合 见投标文件第 485-488 页

	设置。	窥 镜 Stryker Endoscopy		色彩偏好设置。		1688 技术白 皮书 1.22
6	1.4 主机可自动调整光源上的光线设置以实现最佳光输出。	制造 商： 史赛克内 窥 镜 Stryker Endoscopy	1688010000	1.4 主机可自动调整光源上的光源设置以实现最佳光输出。	无偏离	符合 见投标文件第 183 页 16884K 摄像系统说明 书 38 页光源 菜单/开启自 动光源
7	1.5 主机面板全液晶触摸屏 3.4 英寸，中文操作界面	制造 商： 史赛克内 窥 镜 Stryker Endoscopy	1688010000	1.5 主机面板全液晶触摸屏 3.5 英寸，中文操作界面。	无偏离	符合 见投标文件第 175 页 16884K 摄像系统说明 书 30 页主屏 幕
8	1.6 根据不同腔体环境，配置色彩、亮度等参数，专业手术模式≥9 种。	制 造 商： 史赛克内 窥 镜 Stryker Endoscopy	1688010000	1.6 根据不同外科科室手术腔体环境，有 9 种专业手术模式的色彩和亮度等参数可以选择，包括：关节镜检查，膀胱镜检查，耳鼻喉镜检查，柔性内窥镜，宫腔镜检查，腹腔镜	无偏离	符合 见投标文件第 175 页 16884K 摄像系统说明 书 30 页主屏 幕 1.外科科室

9	1.7★投标产品为 2020 年以后推向市场的且摄像头和摄像主机必须是在同一注册证上的最新机型，以首次注册时间为准。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	1688010000	1.7★投标产品注册证为 2021 年批准生效，摄像头和摄像主机必须是在同一注册证上，目前为史赛克品牌最新进口品牌	无偏离	符合	见投标文件第 23 页 1688 注册证
10	1.8 色域符合(BT.2020)标准。	 制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	1688010000	1.8 色域符合 BT.2020 （4K）标准。	无偏离	符合	见投标文件第 503 页 1688 彩页高感光芯片 /解剖结构画面极致的还原能力 /BT2020（4K）
11	1.9 可兼容多品牌光学镜头。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	1688010000	1.9 可兼容多品牌光学镜头。	无偏离	符合	见投标文件第 485-488 页 1688 技术白皮书 1.14
12	2、4K 超高清摄像头（数量 1 台）	制造商：	1688210105	2、4K 超高清摄像头（数量 1	无偏离	符合	见投标文件第

		史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy		台)		212 页 16684K 摄像系统说明书 67 页型号列表
13	2.1 ★摄像头分辨率：3840 × 2160(4K UHD)。	制造商：史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	1668210105	2.1 ★摄像头分辨率：3840 × 2160(4K UHD)。	无偏离	符合 见投标文件第 202 页 16684K 摄像系统说明书 57 页成像系统
14	2.2 ★同时具有白光和近红外荧光成像功能，可一键切换白光和荧光成像图像、荧光成像模式显示。	制造商：史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	1668210105	2.2 ★同时具有白光和近红外荧光成像功能，摄像头按钮可设置功能：一键切换白光和SPY 荧光成像图像模式、SPY 图像模式（OVERLAY 模式、CONTRAT 模式和 ENV 模式）循环切换图像。	无偏离	符合 见投标文件第 212、185 页 16684K 摄像系统说明书 67 页产品预期用途，40 页 SPY 切换、SPY 图像循环
15	2.3 ★摄像头可远程控制配套光源和影像信息管理系统，可通过摄像头控制光源主机亮度调整，控制	制造商：史赛克内窥镜	1668210105	2.3 ★摄像头按钮可设置功能：光源切换，自动光源切换（自动调整光源上的光源设置	无偏离	符合 见投标文件第 184-185 页 16684K 摄像

	影像信息管理系统主机捕获刻录手术视频和图片，摄像头遥控按键编程功能 ≥23 种。	Stryker Endoscopy		以实现最佳光输出），激活影像信息管理系统控制台的拍照和录制功能，摄像头遥控按键编程功能 25 种。		系统说明书 39-40 页编程 摄像头按钮功能
16	2.4 摄像头控制按键≥4 个，可自定义设置其遥控功能。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	1688210105	2.4 摄像头具有控制按键 4 个，用于控制设备，可针对每个手术科室有区别地自定义设置其按钮遥控功能。	无偏离	符合 见投标文件第 178 页 16884K 摄像系统说明书 33 页使用摄像头按钮
17	3、4K 32”液晶监视器（数量 1 台）	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0240031300	3、4K 32”OLED 外科液晶监视器（数量 1 台）	无偏离	符合 见投标文件第 224 页监视器说明书第 6 页关于本设备
18	3.1 LED 屏幕≥32 英寸；分辨率：≥3840×2160。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0240031300	3.1 LED 屏幕 32 英寸；分辨率：4K 4096×2160。	无偏离	符合 见投标文件第 224 页监视器说明书第 6 页关于本设备
19	3.2 IP43 认证。	制造商：	0240031300	3.2 具备 IP43 认证	无偏离	符合 见投标文件第




		史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy				244 页监视器说明书第 26 页技术规格/一般描述/入侵防护/IP43
20	3.3 可按偏好设置画面的 RGB、Gamma、亮度、对比度等参数。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0240031300	3.3 可按偏好设置画面的 RGB (Red、Green、Blue)、Gamma、Brightness 亮度、Contrast 对比度等参数。	无偏离	符合 见投标文件第 237 页监视器说明书第 19 页 OSD 菜单科别和亮度设置
21	3.4★响应时间 $\leq 0.1\text{ms}$ ，视角范围 $\geq 178^\circ$ ，亮度 $\geq 540\text{cd/m}^2$ 。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0240031300	3.4★响应时间 0.1ms，视角范围 178° ，亮度峰值 540cd/m^2 。	无偏离	符合 见投标文件第 244 页监视器说明书第 26 页技术规格/一般描述/响应时间、视角、亮度
22	3.5.图像输入输出具有 HDMI2.0、RGB(DVI) 等数字接口，输出 4 路 USB-A。	制造商： 史赛克内窥镜	0240031300	3.5.图像输入输出具有 HDMI4K (2.0b) 2 个、RGB(DVI)1 个、SDC4K/HUB 设备控制端口 1	无偏离	符合 见投标文件第 244 页监视器说明书第 26


				个、RS-232 通信端口 1 个，USB-A 端口 4 路。			页技术规格 / 一般描述 / 输入输出
23	4、全自动智能 LED 冷光源（数量 1 台）	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0220-220-000	4、全自动智能 LED 冷光源（数量 1 台）	无偏离	符合	见投标文件第 257 页光源说明书第 5 页产品描述机设计用途
24	4.1、LED 冷光源，全自动调光，无需更换灯泡。	制造商： 史赛克内窥镜 stryker Endoscopy	0220-220-000	4.1、LED 冷光源，全自动调光，无需更换灯泡。	无偏离	符合	见投标文件第 257 页光源说明书第 5 页产品描述机设计用途
25	4.2、可连接不同品牌光导纤维、光学视管，具有万用接口，通用兼容性好。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0220-220-000	4.2、所有品牌光导纤维（光缆）可与光源兼容，使用合适的内窥镜适配器，光源系统与任何柔性或刚性的内窥镜（光学视管）相连。	无偏离	符合	见投标文件第 257 页光源说明书第 5 页通用兼容性
26	4.3、主机超大液晶显示屏，中文菜单，全触摸屏操作。	制造商： 史赛克内	0220-220-000	4.3、主机液晶触摸显示屏 3.5 英寸，可显示实时亮度，具有	无偏离	符合	见投标文件第 490 页光源技

		窥 镜 Stryker Endoscopy		简体中文操作界面。		术 白 皮 书 1.8-2.0
27	4.4、具备待机保护功能。	制造 商： 史赛克内 窥 镜 Stryker Endoscopy	0220-220-000	4.4、具备待机保护功能。	无偏离	符合 见投标文件第 263 页光源说 明书第 11 页 将光源置于待 机模式
28	4.5、低能耗,具备冷发光技术,发热 温度低。	制造 商： 史赛克内 窥 镜 Stryker Endoscopy	0220-220-000	4.5、低能耗,具备冷发光技术, 发热温度低。	无偏离	符合 见投标文件第 490 页光源技 术白皮书 1.20
29	4.6、★导光束: ≥3 米以上长度, 直径≥5.0mm 可高温高压消毒。	制造 商： 史赛克内 窥 镜 Stryker Endoscopy	0233065010	4.6、★导光束: 3.05 米以上长 度,直径 6.5mm 可高温高压消 毒。	无偏离	符合 见投标文件第 491 页光源技 术白皮书技术 规格
30	5、高流量智能气腹机 (数量: 1 台)	制 造 商： W.O.M. 医	F114	5、高流量智能气腹机 (数量: 1 台)	无偏离	符合 见投标文件第 12 页配置清


		学世界有限公司				单
31	5.1 最大流速 $\geq 45\text{L/min}$, 流速多档可调, 具有高流速快速补充气体泄漏。	制造商: W.O.M. 医学世界有限公司	F114	5.1 最大流速 45L/min , 流速可流 速 有 四 种 操 作 模 式 $0-45\text{L/min}$ 无极调节, 高流量模式可在泄漏导致失压的情况下迅速进行压力补偿。	无偏离	符合 见投标文件第 312、363 页气腹机说明书 77 页 16 技术参数最大气体流量 45L/min , 肥胖, 32 页注气: 高流速
32	5.2 腹内压过高时, 有减压功能。	制造商: W.O.M. 医学世界有限公司	F114	5.2 本设备配备有自动排气系统。自动排气系统当气腹机检测出标称压力超过时, 排气系统将自动启动。排气系统让气体从腹部或血管中排出, 直到重新恢复至标称值为止。	无偏离	符合 见投标文件第 347 页气腹机说明书 61 页 11 安全功能
33	5.3 采用气压控制装置, 可支持钢瓶供气 and 中央供气。	制造商: W.O.M. 医学世界有限公司	F114	5.3 具有高级气体压力控制装置 (APC) 技术, 可支持 CO_2 钢瓶气瓶供气 and 中央 CO_2 气源	无偏离	符合 见投标文件第 299、312 页气腹机说明书



		供气。			26 页 6.4 注 气：高流量、 13 页 4.1 气源 连接
34	5.4 具有超大液晶触摸显示屏，中文操作界面。	制造商： W.O.M. 医学世界有限公司	F114	5.4 具有液晶触摸显示屏 5.7 英寸，可设置中文操作界面。	无偏离 符合 见投标文件第 345、493 页气腹机技术白皮书 气腹机说明书 第 59 页 设置菜单/语言
35	5.5 能够实时显示流速、压力等各种数据。	制造商： W.O.M. 医学世界有限公司	F114	5.5 主机屏幕可实现实际气体流量流速 (L/min) 显示、实际压力显示 (mmHg)、气源显示、状态显示等各种数据。	无偏离 符合 见投标文件第 302 页气腹机说明书 第 16 页 屏幕显示 ⑨、③
36	5.6 ★具备高流量、儿科、肥胖、血管摘取四种专业手术模式。	制造商： W.O.M. 医学世界有限公司	F114	5.6 ★具备高流量操作模式、儿科操作模式、肥胖操作模式、血管摘取操作模式四种专业手术模式。	无偏离 符合 见投标文件第 293 页气腹机说明书 第 7 页 用途



37	6、4K 超高清腹腔镜（数量 1 根）	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0502-503-030	6、4K 超高清腹腔镜（数量 1 根）	无偏离	符合	见投标文件第 12 页 配置清单
38	6.1 5.5mm,30 度, 30cm, 可高温高压消毒。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0502-503-030	6.1 5.5mm,30 度, 30cm (300mm), 可高温高压消毒。	无偏离	符合	见投标文件第 34、380 页腹腔镜注册证明
39	6.2 蓝宝石镜片、先进的柱状透镜技术。	制造商： 史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0502-503-030	6.2 蓝宝石镜片、优秀的柱状透镜技术。	无偏离	符合	见投标文件第 34 页腹腔镜说明书第 2 页产品描述
40	6.3 配专用镜头消毒盒。	国产	腹腔镜专用	6.3 配专用腹腔镜消毒盒。	无偏离	符合	见投标文件第 12 页 配置清单




41	7、4K影像信息管理系统（数量：1台）	制造商：史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0240300100	7、4K影像信息管理系统（数量：1台）	无偏离	符合	单 见投标文件第12页配置清单
42	7.1 ★独立非集成，与摄像主机同一品牌 4K影像信息管理系统，不能减配。	制造商：史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0240300100	7.1 ★独立主机，与摄像主机同一品牌史赛克。	无偏离	符合	见投标文件第12页配置清单
43	7.2 ★可抓取和录制图像分辨率 4K：3840 × 2160、1920*1080P的图像。	制造商：史赛克内窥镜 Stryker Endoscopy	0240300100	7.2 ★可抓取和录制图像分辨率为超高清 4K：3840 × 2160，高清 1080：1920*1080P。	无偏离	符合	见投标文件第480页 SDC4K说明书第 81页图像/分辨率
44	7.3 具有液晶触摸控制显示屏，中文操作界面。	制造商：史赛克内窥镜 Stryker	0240300100	7.3 显示器为 8 英寸液晶 LCD，带数字触摸屏，中文操作界面。	无偏离	符合	见投标文件第479页 SDC4K说明书第 80页技术规格/

							皮书 1.16
48	8、专用腔镜台车 (数量 1 台)	制造商： 北京中西 医疗器械 有限责任 公司	腔镜专用四 层	8、专用腔镜台车 (数量 1 台)	无偏离	符合	见投标文件第 12 页 配置清 单
49	8.1 体积小，设计紧凑，方便移 动，具有高级静音轮。	制造商： 北京中西 医疗器械 有限责任 公司	腔镜专用四 层	8.1 体积小，具有静音万向 轮方便。	无偏离	符合	见投标文件第 511 页 台车图 片
50	8.2 台车多层设计，配电源接口， 监视器悬挂等装置。	制造商： 北京中西 医疗器械 有限责任 公司	腔镜专用四 层	8.2 台车四层设计，具电源接 口，监视器悬挂装置。	无偏离	符合	见投标文件第 511 页 台车图 片

投标人：北京中和联众供应链管理有限公司（盖单位章）

131

2025 年 10 月 21 日



注：

1. 投标人应根据招标要求逐条逐项表述说明投标响应情况。
2. 投标人提交的投标文件中的技术参数与招标项目的技术要求、技术参数不同时，应逐条逐项如实填列在偏离表中。投标人不如实填写偏离情况、存在弄虚作假行为的，将依法承担相应的法律责任。
3. 投标人应结合所投产品说明或描述其实际技术参数和性能。如果完全复制粘贴本招标文件《招标货物清单及技术要求》之技术参数和性能描述，或者只注明“符合”、“满足”等类似笼统内容的表述，因此而产生的不利于投标人的评审风险由投标人自行承担。
4. 投标人可根据需要自行增减表格。