

供货合同

合同编号：2025（66）

甲方：河南科技大学第一附属医院

地址：河南省洛阳市洛龙区关林路与学府街
交叉口西北角

乙方：河南路宽医疗科技有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区城东南路 55
号正商佳仕阁 2 号楼 7 层 714 号

根据 2006 洛药招[2006]5 号文件精神及河科大一附院院字〔2025〕46 号文件，我院（开元院区）于 2025 年 10 月 23 日通过方大国际工程咨询股份有限公司进行了一批医疗设备招标，编号：豫财招标采购-2025-1153，现确定采购以下中标产品：

一、中标产品明细表

序号	名称	产地	品牌	规格	单价（万元）	数量	总价格（万元）
1	4K 腹腔镜	\	迈瑞	UX5/CH5-SR100 /G01030A 等	186.00	1	186.00
合计小写：							186.00（含税）
合计		(大写)人民币：壹佰捌拾陆万元整（含税）					

注：详细配置见清单

二、供货方式：乙方持供货发票和中标通知书在规定的时间内（自合同签订之日起 30 日内）将货物送到甲方办理验收入库手续，运费由乙方承担。

三、根据豫检卫联 254 号文件规定，原装进口设备须经出入境检验检疫机构检验合格后，方可验收使用，不合格的按照相关规定处理。进口设备须提供报关单、通关单，并配有中文说明书及中文标签。验收不合格，乙方应无条件退货并解除合同，因验收不合格解除合同给甲方造成损失的，甲方有权追究乙方的赔偿责任。

四、付款方式：合同签订后，货到安装验收合格，一个月内付清合同全款。

五、保修期：自验收合格之日起整机质保 5 年（质保期内，所有该设备所产生的维修、人工、配件等费用均由乙方承担）；乙方向甲方提供维护手册、维修手册、软件备份、故障代码表、备件清单、零部件、维修密码等维护维修必需的材料和信息。培训：现场培训。

六、违约：双方因合同内容发生纠纷，甲乙双方自行协商解决，如协商不成，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

七、与本合同相关的招投标文件、附件、补充协议等均是本合同的组成部分，内容与本合同条款不一致的，以本合同为准。如需对合同条款进行修改，双方应协商后另行签订书面补充协议。补充协议是本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

八、本合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执两份，双方签字并盖章后生效，具有同等法律效力，其中卫生主管部门备案一份。

甲方（盖章）：河南科技大学第一附属医院

乙方（盖章）：河南路宽医疗科技有限公司

法定代表人（签字）：

法定代表人（签字）：

授权代表：

授权代表：

联系人：曲智锋

联系人：王欢欢

联系电话：0379-69823633

联系电话：17600218875

签订时间：2025年12月2日

签订时间：2025年12月2日

签约地点：河南省洛阳市洛龙区关林路与学府街交叉口西北角。

河南科技大学第一附属医院

廉洁合同书

甲方：河南科技大学第一附属医院

乙方：河南路宽医疗科技有限公司

为进一步加强医疗卫生行风建设，规范医疗卫生机构医药购销行为，有效防范商业贿赂行为，营造公平交易、诚实守信的购销环境，经甲、乙双方协商，同意签订本合同，并共同遵守：

一、甲乙双方按照《民法典》及医药产品购销合同约定购销药品、医用设备、医用耗材等医药产品。

二、甲方应当严格执行医药产品购销合同验收、入库制度，对采购医药产品及发票进行查验，不得违反有关规定合同外采购、违价采购或从非规定渠道采购。

三、甲方严禁接受乙方以任何名义、形式给予的回扣，不得将接受捐赠资助与采购挂钩。甲方工作人员不得参加乙方安排并支付费用的营业性娱乐场所的娱乐活动，不得以任何形式向乙方索要现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品等。被迫接受乙方给予的钱物，应予退还，无法退还的，有责任如实向有关纪检监察部门反映情况。

四、严禁甲方工作人员利用任何途径和方式，为乙方统计医师个人及临床科室有关医药产品用量信息，或为乙方统计提供便利。

五、乙方不得以回扣、宴请等方式影响甲方工作人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

六、乙方指定（ ）作为销售代表洽谈业务。销售代表必须在工作时间到甲方指定地点联系商谈，不得到住院部、门诊部、医技科室等推销医药产品，不得借故到甲方相关领导、部门负责人及相关工作人员家中访谈并提供任何好处费。

七、乙方如违反本合同，一经发现，甲方有权终止购销合同，并向有关卫生计生行政部门报告。如乙方被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

八、本合同作为医药产品购销合同的重要组成部分，与购销合同一并执行，具有同等的法律效力。

九、本合同一式六份，甲方四份、乙方两份，甲方纪检监察部门（基层医疗卫生机构上报上级卫生计生行政部门）执一份，并从签订之日起生效。

甲方（盖章）：河南科技大学第一附属医院

法定代表人或授权代表（签字）：

经办人签名：

乙方（盖章）：河南路宽医疗科技有限公司

法定代表人（负责人）：

经办人签名：

纪检监察部门：

签订日期：2025年12月2日

签订日期：2025年12月2日

(二) 报价明细表

序号	货物名称	品牌及制造商	产地	是否属于小型微型企业 (监狱企业、残疾人福利性单位)生产的产品	规格型号	数量	单位	单价(元)	总价(元)
1	摄像主机(4K荧光)	迈瑞、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	否	UX5	1	台	335000.00	335000.00
2	4K荧光摄像头	迈瑞、武汉迈瑞生物医疗科技有限公司	武汉	否	CH5-SR100	1	个	280000.00	280000.00
3	4K荧光镜头	迈瑞、南京迈瑞生物医疗电子有限公司	南京	否	G01030A	2	根	65000.00	130000.00
4	4K白光镜头(30°)	迈瑞、南京迈瑞生物医疗电子有限公司	南京	否	M01030A	15	根	35000.00	525000.00
5	气腹机	迈瑞、南京迈瑞生物医疗电子有限公司	南京	否	HS-50F	1	台	85000.00	85000.00
6	冷光源	迈瑞、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	否	HB500R	1	台	190000.00	190000.00
7	医用3D显示器	索尼、索尼公司	/	否	LMD-XH320T	1	台	220000.00	220000.00
8	台车	迈瑞、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	否	TV500CN	1	辆	20000.00	20000.00
9	导光束	迈瑞、深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳	否	LC0005S	15	个	5000.00	75000.00
10	消毒盒	迈瑞、南京迈瑞生物医疗电子有限公司	南京	否	/	17	个	/	/
投标报价人民币小写: ¥1860000.00 投标报价人民币大写: 人民币壹佰捌拾陆万圆整									

九、技术要求响应与偏差表

技术要求响应与偏差表

序号	货物名称	招标文件技术要求、技术参数	投标产品		偏差结论	备注：加★参数及正偏离参数技术支持资料页码
			制造商名称	品牌规格型号		
1	摄像主机	1. 摄像主机一台	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	无偏差符合招标文件要求。	
1	摄像主机	1. ★能够处理4K信号、4K3D信号、4k荧光信号，能够输出3840*2160 和4096*2160 超高清像素影像，支持16:9和17:9图像比例，逐行扫描，像素≥800 万。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜能够处理4K信号、4K3D信号、4k荧光信号，能够输出3840*2160 和4096*2160 超高清像素影像，支持16:9 和17:9图像比例，逐行扫描，像素800 万。	无偏差符合招标文件要求。详见标书摄像主机证明材料171页第A5条、172页第A8条
2	摄像主机	2. 可满足普外科、胸外科、妇科、泌尿科、甲乳科等多学科临床使用及镜头轮换使用。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜满足普外科、胸外科、妇科、泌尿科、甲乳科等多学科临床使用及镜头轮换使用。	无偏差符合招标文件要求。详见标书摄像主机证明材料173页摄像主机注册证使用范围
3	摄像主机	3. ★支持≥8种图像模式：白光、绿色荧光、彩色荧光、黑白荧光等。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜支持白光、绿色荧光、黑白荧光、彩色荧光、白光 - 四分屏、绿色荧光- 四分屏、黑白荧光 - 四分屏	无偏差符合招标文件要求。详见标书摄像主机证明材料174页第4.13 条

					、彩色荧光四分屏。			
4	摄像主机	4. ★具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜具有光谱染色功能，有针对性地对黏膜层血管网进行深度透视。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料175页第5.5.1条
5	摄像主机	5. 具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜具有荧光亮度调节功能，便于临床在不同荧光应用场景中做个性化处理。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料176页第3.7.1条
6	摄像主机	6. 具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化等多种智能图像算法。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜具有细节增强、颜色增强、亮度均匀、去雾优化等多种智能图像算法。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料177页第5.4.1条
7	摄像主机	7. ★主机支持3D功能，可直接连接3D腹腔镜可直接实现3D观察(以产品注册证、产品说明书、产品彩页为准)。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜主机支持3D功能，可直接连接3D腹腔镜可直接实现3D观察。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料178/179/180/181/182页产品注册证，183/184页产品彩页
8	摄像主机	8. 采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7.5英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜采用触摸屏设计，屏幕尺寸7.8英寸，可在触摸屏上进行功能设置和常用参数显示。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料185页第A.5条
9	摄像主机	9. ★主机自带内置USB3.0 刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，并在触摸屏上显示移动设备状态和可录制剩余时间。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜机自带内置USB3.0 刻录系统，USB 接口支持 U 盘、移动硬盘存储设备即插即用，并在触摸屏上	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料186页第(4)条

					显示移动设备状态和可录制剩余时间。			
10	摄像主机	10. 具有 ≥ 4 种录像格式选择, 摄像主机支持直接录制3D视频。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜具有4种录像格式选择, 摄像主机支持直接录制3D视频。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料187页第3/4/5/6条
11	摄像主机	11. 具备至少3路能够同时输出4K超高清信号。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜具备至少3路能够同时输出4K超高清信号。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料188页第2.7.2条4/5/6/7项
12	摄像主机	12. ★主机具有外部视频输入接口 ≥ 1 个, 至少包括HDMI或DVI其中一种(以产品注册证、产品说明书、产品彩页为准)。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜主机具有外部视频输入接口4个, HDMI 3个DVI 1个。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料189页第2.7.2条4/5/6/7项
13	摄像主机	13. 可通过主机输入端口实现融合成像, 包含宫腹联合、胃肠镜和腹腔镜联合、三维重建图像和腔镜联合。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜可通过主机输入端口实现融合成像, 包含宫腹联合、胃肠镜和腹腔镜联合、三维重建图像和腔镜联合。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料183/184页产品彩页
14	摄像主机	14. 4K信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜4K信号输出方式应至少包括一路12G-SDI和两路HDMI。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料186页第2.7.2条
15	摄像主机	15. 主机具有去网格功能, 便于连接纤维镜使用。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜主机具有去网格功能, 便于连接纤维镜使用。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料190页第5.4.4条
16	摄像主机	16. 电击程度分类防除颤CF级别I类。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、UX5	我方所投腹腔镜电击程度分类防除颤CF级别I类。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料191页第A.1项
2	4K荧光摄像头	2. 4K荧光摄像头一个	武汉迈瑞生物医疗科技有限公司	迈瑞、CH5-SR100	/	无偏差	符合招标文件	

			公司			要求。	
1	4K 荧光摄像头	1. 荧光摄像头(不含电缆)重量 ≤ 250g, 线缆长度 ≥ 40cm。	武汉迈瑞生物医疗科技有限公司	迈瑞、CH5-SR100	我方所投腹腔镜荧光摄像头(不含电缆)重量 ≤ 240 g, 线缆长度450cm。	无偏差	符合招标文件要求。详见标书摄像头主机证明材料192页第A. 4项和193页第2.7.3条
2	4K 荧光摄像头	2. 白光信号采用白光CMOS逐行扫描成像, 荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像。	武汉迈瑞生物医疗科技有限公司	迈瑞、CH5-SR100	我方所投腹腔镜白光信号采用白光CMOS逐行扫描成像, 荧光信号采用荧光CMOS逐行扫描成像。	无偏差	符合招标文件要求。详见标书摄像头主机证明材料194页第2.7.3.1条
3	4K 荧光摄像头	3. 具有自动对焦功能, 可实现一键对焦。	武汉迈瑞生物医疗科技有限公司	迈瑞、CH5-SR100	我方所投腹腔镜镜具有自动对焦功能, 可实现一键对焦。	无偏差	符合招标文件要求。详见标书摄像头主机证明材料183/184页产品彩页
4	4K 荧光摄像头	4. 具有 ≥ 2个自定义摄像头按键, 能支持 ≥ 3个自定义功能, 可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。	武汉迈瑞生物医疗科技有限公司	迈瑞、CH5-SR100	我方所投腹腔镜镜具有3个自定义摄像头按键, 能支持6个自定义功能, 可进行白平衡、拍照、录像、切换图像模式等功能设置。	无偏差	符合招标文件要求。详见标书摄像头主机证明材料195页第2.7.3.3条1/2/3/4项
5	4K 荧光摄像头	5. 摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别I 类。	武汉迈瑞生物医疗科技有限公司	迈瑞、CH5-SR100	我方所投腹腔镜摄像头防电击程度分类防除颤 CF 级别I 类。	无偏差	符合招标文件要求。详见标书摄像头主机证明材料191页第A. 1项
3	冷光源	3. 冷光源一台	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	/	无偏差	符合招标文件要求。
1	冷光源	1. 设备采用触摸屏设计, 屏幕尺寸 ≥ 7.5英寸, 可在触摸屏上进行LED光源的参数调整;	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	我方所投腹腔镜设备采用触摸屏设计, 屏幕尺寸7.8英寸, 可在触摸屏上进行LED光源的参数调整;	无偏差	符合招标文件要求。详见标书冷光证明材料196页第A. 5项和197页第3.7.1条

2	冷光源	2. 白光冷光源的输出总光通量应 $\geq 2000lm$;	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	我方所投腹腔镜白光冷光源的输出总光通量应 $2000lm$;	无偏差	符合	详见标书冷光证明材料198页第A.6项要求。
3	冷光源	3. 设备支持同时输出近红外激光和白光,且激光为医用激光光源;	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	我方所投腹腔镜设备支持同时输出近红外激光和白光,且激光为医用激光光源;	无偏差	符合	详见标书冷光证明材料199页第A.5项灯要求。泡类型
4	冷光源	4. LED灯泡工作寿命 ≥ 50000 小时;	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	我方所投腹腔镜LED灯泡工作寿命大于60000小时;	无偏差	符合	详见标书冷光证明材料199页第A.5项灯要求。泡寿命
5	冷光源	5. 具有主机光源联动功能,可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度;	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	我方所投腹腔镜具有主机光源联动功能,可根据当前手术视野的情况自动调节互联光源亮度;	无偏差	符合	详见标书冷光证明材料199页第4.6条要求。
6	冷光源	6. 具有光纤插入自动检测功能,无光纤插入时,主机会产生相关提示,光源不发光;	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	我方所投腹腔镜具有光纤插入自动检测功能,无光纤插入时,主机会产生相关提示,光源不发光;	无偏差	符合	详见标书冷光证明材料200页第4.5条要求。
7	冷光源	7. 具有一键待机功能,以便手术过程中短时关闭光源,无需频繁开关机。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、HB500R	我方所投腹腔镜具有一键待机功能,以便手术过程中短时关闭光源,无需频繁开关机。	无偏差	符合	详见标书冷光证明材料201页第3.7.1-8条要求。
4	气腹机	4. 气腹机一台	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、HS-50F	/	无偏差	符合	招标文件要求。
1	气腹机	1. 流速 $\geq 50L/min$, 流量调节范围 $0.1-50L/min$;	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、HS-50F	我方所投腹腔镜流速 $50L/min$, 流量调节范围 $0.1-50L/min$;	无偏差	符合	详见标书气腹机证明材料第202页A.1项要求。
2	气腹机	2. 压力范围:	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、HS-50F	我方所投腹腔镜	无偏差	符合	详见标书气腹

	机	1mmHg-30mmHg;	生物医疗 电子有限 公司	HS-50F	镜压力范围： 1mmHg-30mmHg;		招 标 文 件	证明材料第 202页A.1项 要求。
3	气腹 机	3. 采用触摸屏设计， 能够更好进行设置操 作，显示参数和故障 信息；	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 HS-50F	我方所投腹腔镜 镜采用触摸屏 设计，能够更好 进行设置操作， 显示参数和故 障信息；	无偏差	符 合 招 标 文 件	详见标书气腹 证明材料第 203页第4.2.1 要求。
4	气腹 机	4. ★具备少儿模式、 成人模式、肥胖模式 、后腹腔模式，亦可 自定义模式；	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 HS-50F	我方所投腹腔镜 镜具备少儿模 式、成人模式、 肥胖模式、后腹 腔模式，亦可自 定义模式；	无偏差	符 合 招 标 文 件	详见标书气腹 证明材料第 204页第4.2.2 要求。条
5	气腹 机	5. 具有排烟功能；	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 HS-50F	我方所投腹腔镜 镜具有排烟功 能；	无偏差	符 合 招 标 文 件	详见标书气腹 证明材料第 205页第2.6条 要求。
6	气腹 机	6. 气腹机末端CO ₂ 气 体加热功能，加热温 度理论值为37℃；	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 HS-50F	我方所投腹腔镜 镜气腹机末端 CO ₂ 气体加热 功能，加热温度 理论值为37℃；	无偏差	符 合 招 标 文 件	详见标书气腹 证明材料第 202页A.1项 要求。
7	气腹 机	7. 与摄像主机为同一 制造商，以产品注册 证为准。	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 HS-50F	我方所投腹腔镜 镜与摄像主机 为同一制造商， 以产品注册证 为准。	无偏差	符 合 招 标 文 件	详见标书气腹 证明材料第 206页气腹机 要求。注册证。
5	4K 荧 光腹 腔镜 镜头	5. 配备4K荧光腹腔镜 镜头2根	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 G01030 A	/	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	
1	4K 荧 光腹 腔镜 镜头	1. ★与摄像主机为同 一制造商，以产品注 册证为准；	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 G01030 A	我方所投腹腔镜 镜与摄像主机 为同一制造商， 以产品注册证 为准；	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书4K荧 光腹腔镜镜头 证明材料第 207/208/209 页荧光腹腔镜 镜头注册证。
2	4K 荧 光腹 腔镜 镜头	2. 直径10mm, 30 度视野方向，视野角 度≥80°，工作长度 ≥320mm；	南京迈瑞 生物医疗 电子有限 公司	迈瑞、 G01030 A	我方所投腹腔镜 镜直径10mm, 30度视野方向 ，视野角度80 °，工作长度	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书4K荧 光腹腔镜镜头 证明材料第 210页A.4项

					321mm;			
3	4K 荧光腹腔镜镜头	3. 可实现白光和荧光成像;	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、G01030A	我方所投腹腔镜可实现白光和荧光成像;	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书摄像主机证明材料第183/184页产品彩页
4	4K 荧光腹腔镜镜头	4. 大景深光学视管,有效景深3mm-190mm;	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、G01030A	我方所投腹腔镜大景深光学视管,有效景深3mm-200mm;	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书4K荧光腹腔镜镜头工件证明材料第210页A.5项
5	4K 荧光腹腔镜镜头	5. 可进行高温高压、等温等离子等灭菌,腔镜高温高压灭菌次数≥350次。	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、G01030A	我方所投腹腔镜可进行高温高压、等温等离子等灭菌,高温高压灭菌次数500次。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书4K荧光腹腔镜镜头工件证明材料第211页第4.4.1条和212页4.7条
6	4K 白光腹腔镜镜头	6. 配备4K白光腹腔镜镜头15根	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	南京迈瑞生物医疗电子有限公司		无偏差	符合招标文件要求。	
1	4K 白光腹腔镜镜头	1. 与摄像主机为同一制造商,以产品注册证为准;	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、M01030A	我方所投腹腔镜与摄像主机为同一制造商,以产品注册证为准;	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书4K白光腹腔镜镜头工件证明材料第213/214/215页白光腹腔镜镜头注册证。
2	4K 白光腹腔镜镜头	2. 直径10mm, 30度视野方向,视野角度≥80°,工作长度≥320mm;	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、M01030A	我方所投腹腔镜直径10mm, 30度视野方向,视野角度80°,工作长度321mm;	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书4K白光腹腔镜镜头工件证明材料第210页A.4项
3	4K 白光腹腔镜镜头	3. 大景深光学视管,有效景深3mm-190mm;	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、M01030A	我方所投腹腔镜大景深光学视管,有效景深3mm-200mm;	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书4K白光腹腔镜镜头工件证明材料第210页A.5项
4	4K 白光腹腔镜镜头	4. 可进行高温高压、等温等离子等灭菌,腔镜高温高压灭菌次数≥350次。	南京迈瑞生物医疗电子有限公司	迈瑞、M01030A	我方所投腹腔镜可进行高温高压、等温等离子等灭菌,高温高压灭菌次数500次。	无偏差	符合招标文件要求。	详见标书4K白光腹腔镜镜头工件证明材料第211页第4.4.1条和212页4.7条
7	显示器	7. 显示器	索尼公司	索尼、/LMD-XH		无偏差	符合招标文件要求。	

				320T			文 件 要求。	
1	显 示 器	1. 4K医用监视器，尺寸≥32英寸	索尼公司	索尼、LMD-XH320T	我方所投腹腔镜提供4K医用监视器，尺寸32英寸。	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书摄像机主机证明材料183/184页产 品彩页
2	显 示 器	2. 可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式	索尼公司	索尼、LMD-XH320T	我方所投腹腔镜可通过前面板按钮直接切换3D/2D工作模式。	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书显示器证明材料第216页
3	显 示 器	3. 具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口，可满足4K图像显示；	索尼公司	索尼、LMD-XH320T	我方所投腹腔镜具有 HDMI 或 12G-SDI 的 4K 超高清接口，可满足4K图像显示。	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书显示器证明材料第217页
8	台车	8. 台车一辆	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、TV500C	/	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	
1	台车	1. 台车具有总控开关，可一键开启和关闭腹腔镜全套设备，省时省力；	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、TV500C	我方所投腹腔镜台车具有总控开关，可一键开启和关闭腹腔镜全套设备，省时省力；	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书摄像机主机证明材料183/184页产 品彩页
2	台车	2. 具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳；	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、TV500C	我方所投腹腔镜具有后盖门及线缆管理设计，简洁美观，便于收纳；	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书摄像机主机证明材料183/184页产 品彩页
3	台车	3. 台车可放置32寸/55寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	迈瑞、TV500C	我方所投腹腔镜台车可放置32寸/55寸医用4K医用监视器，节约手术室空间。	无偏差	符 合 招 标 文 件 要求。	详见标书摄像机主机证明材料183/184页产 品彩页

投标人：河南路康医疗科技有限公司（盖单位章）

2025年10月23日

注：