

项目竣工验收表

申请验收单位(签章):洛阳弗莱仕金属制品有限公司

项目名称	中原石墨烯实验室功能化建设项目（一期）实验家具采购项目		
项目年度	2026年	实施地点	郑州航空港区淮海路与工业五街交叉口西南角一号楼
项目开工日期	2026年05月06日	项目完工日期	2026年06月02日
建设单位名称	中原石墨烯实验室	实施单位名称	洛阳弗莱仕金属制品有限公司
项目建设内容		项目实际完成情况	存在问题
本项目涵盖三层四层实验室招标量家具生产及安装调试工作。		项目按期完工并通过验收，家具安装、调试、试运行已完成，施工期间安全生产零事故，环保措施落实到位，资源投入满足需求，竣工资料完整，使用人员已培训，已进入质量保修期。	1. 甲烷特气柜进行了初步验收，柜式投入使用，自身气密性和气密性能未通过验收 2. 尚有两名通风柜未进行安装
参加验收单位	验收人签字	验收结论	
	郝海英	1. 中原石墨烯实验室实验家具采购项目2026年7月7日起验收，于11月6日验收完毕，针对上述问题达成如下共识： (1) 甲烷特气柜在使用时洛阳弗莱仕金属制品有限公司进行现场实物安装指导使用，确保设备的完整性（仅发质保保期限限制） (2) 两名通风柜经实验需要安装时洛阳弗莱仕公司上门免费安装。（仅发质保保期限限制） 2. 根据验收完毕时间，本次实验家具采购项目质保期自2026年7月17日起算。质保期限以合同要求为准。	
	王开军		
	陈永军		
中原石墨烯实验室	余海斌 陆红军		
米普工艺装备公司	程呈扬 王士		
洛阳弗莱仕	范敏		
安达实业	张纪红		
验收日期:2026年7月7日			

项目家具功能性测试记录表

项目名称	中原石墨烯实验室功能化建设项目（一期）实验家具采购项目			
施工单位	洛阳弗莱仕金属制品有限公司			
建设单位	中原石墨烯实验室			
序号	家具名称	检测内容/子项	检测结果	备注
一	边台/定制中央台	实验台柜体组装完整，承重性能符合实验室使用需求，无变形、无松动。	合格	
		合页及滑轨等组装配件抽拉、开合顺畅	合格	
二	通风柜/落地通风柜	视窗推拉开启关闭正常测试	合格	
		下柜体门开启关闭正常测试	合格	
		控制面板操作说明	合格	
		风机运行正常测试	合格	
		照明系统测试	合格	
		风速风量测试	合格	
		考克气路连接使用测试	合格	
		整机运行正常测试	合格	
		操作维护说明培训	合格	
三	三联水龙头/水盆/洗眼器/纯水	供水及排水正常性能测试	合格	
四	货架	承重性能测试	合格	
五	卷料架	运行正常测试	合格	
六	特气柜	芯片控制板检查	合格	
		操作系统检测：控制软件运行稳定，人机界面友好	合格	
		智能检测与报警系统运行试验	合格	
		操作维护说明培训	合格	
七	展柜	运行正常测试	合格	
八	86型插座面板 220V/10A/16A 380V	接线供电正常使用测试	合格	
九	岛型底盒	运行正常测试	合格	

十	功能柱	运行正常测试	合格	
十一	万向罩	运行正常测试	合格	
十二	试剂架	运行正常测试	合格	
十三	试剂柜	运行正常测试	合格	
十四	原子吸收罩	运行正常测试	合格	
十五	排风试剂柜	运行正常测试	合格	
十六	危化品柜	运行正常测试	合格	
十七	实验凳	运行正常测试	合格	
十八	紧急喷淋	供水及排水正常性能测试	合格	
十九	高温台	实验台柜体组装完整，承重性能符合实验室使用需求，无变形、无松动。	合格	
		柜门开合顺畅	合格	
二十	可移动实验台	架体组装完整，承重性能符合实验室使用需求，无变形、无松动。	合格	
		脚轮优质万向轮具备刹车功能检测	合格	
检测意见	1. 特气柜未投入使用，暂未通电进行系统检测及通气的严密性能检测。			
参与人员	傅永军 王开军 郑海苗 金锦 程坦士 敬 张永军 张维			

2026年7月7日