

河南省荣康医院 3.0T 核磁共振  
采购项目

# 招标文件

项目编号：豫财招标采购-2026-1003



采 购 人 ： 河 南 省 荣 康 医 院

采购代理机构：建基工程咨询有限公司

日 期 ： 二 〇 二 六 年 八 月

## 目 录

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 第一章 招标公告 .....      | 3   |
| 第二章 投标人须知前附表 .....  | 11  |
| 第三章 投标人须知 .....     | 20  |
| 第四章 资格证明文件格式 .....  | 45  |
| 第五章 投标文件格式 .....    | 56  |
| 第六章 项目需求及技术要求 ..... | 45  |
| 第七章 评标方法和标准 .....   | 93  |
| 第八章 政府采购合同 .....    | 108 |
| 第九章 附件 .....        | 132 |

## 特 别 提 示

### 1、供应商注册及市场主体信息登记

1.1、潜在供应商需登陆河南省公共资源交易中心网站 (<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn//>), 点击首页【市场主体登录入口】进入河南省公共资源“智慧交易”系统—市场主体系统。

在“市场主体系统”界面点击“免费注册”，进入市场主体注册界面。

仔细阅读市场主体注册协议并点击“同意”。

选择注册身份，设置登录名、密码、单位名称以及联系人等信息。根据本单位的类型，选择相应的市场主体类型（进行勾选，可多选）。

1.2、首次入库单位需要选择对应的平台，需要参加河南省公共资源交易中心项目，首次入库平台请选择“河南省公共资源交易中心”。然后点击“立即注册”完成信息注册（备注：此时只完成登录名等基础信息注册，还不能进入系统登记信息，必须办理完 CA 数字证书后，才能通过 CA 数字证书进入系统登记和提交信息）。

详情请查阅河南省公共资源交易中心网站→公共服务→下载专区（河南省公共资源“智慧交易”平台—培训 ppt）

### 2、投标文件制作

2.1、供应商通过“河南省公共资源交易中心（<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn//>）”网站公共服务（办事指南及下载专区）：下载最新版“投标文件制作工具安装包压缩文件下载”等。

2.2、供应商凭 CA 数字证书登陆市场主体并按网上提示自行下载每个项目所含格式（.hznf）的招标文件（采购文件）。

2.3、供应商须在投标文件递交截止时间前制作并上传：

加密的电子投标文件,应在投标文件递交截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站(<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>)”电子交易平台内上传并确保上传成功。

2.4、加密的电子投标文件为“河南省公共资源交易中心(<http://hnsaggzyjy.henan.gov.cn/>)”网站提供的“投标文件制作工具”软件制作生成的加密版投标文件。

2.5、供应商制作电子投标文件时,根据招标文件(采购文件)要求用法定代表人或负责人 CA 数字证书和企业 CA 数字证书进行签章制作;最后一步生成电子投标文件时,只能用本单位的企业 CA 数字证书。

### 3、澄清与变更

3.1 采购人、采购代理机构对已发出的采购文件进行的澄清、更正或更改,澄清、更正或更改的内容将作为采购文件的组成部分。采购代理机构将通过网站“变更公告”或系统内部“答疑文件”告知供应商。各供应商须重新下载最新的采购文件和答疑文件,依此编制投标文件。“变更公告”或系统内部“答疑文件”一经发布,即视为书面通知。

3.2 因河南省公共资源交易中心平台在开标前对供应商信息具有保密性,供应商在投标文件递交截止时间前每天须自行查看项目进展、变更通知、澄清及回复等内容,因供应商未及时查看而造成的后果由供应商自行承担。

#### 3.3 评标过程中的澄清

在评标过程中,如果有必要,评标委员会将通过河南省公共资源交易中心的交易系统要求供应商对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明,或者对细微偏差进行补正。供应商应当在评标结束前时刻关注系统内部发出的“澄清要求”,如果供应商未在评标委员会规定的时间内对要求澄清的内容进行回

复，则一切不利后果均由该供应商自行承担。

#### 4、远程不见面开标方式

根据《河南省公共资源交易中心关于推行全程不见面服务的通知》要求，除必须提交样品或现场演示情况外，所有项目均采用不见面开标。供应商无需到省交易中心现场参加开标会议，供应商应当在采购文件确定的投标文件递交截止时间前，登录河南省公共资源交易中心网站首页“不见面开标大厅入口”，登录远程开标大厅网址在线准时参加开标活动并在规定时间内进行投标文件解密、答疑澄清（如有）、二次报价（如有）等活动，在交易平台系统规定的时间内投标文件未解密的供应商，视为放弃投标。不见面服务的具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“办事指南”专区的《新交易平台使用手册（培训资料）》。

5、根据《河南省发展和改革委员会关于对〈关于认定供应商投标文件制作机器码一致视为串通投标行为的请示〉相关问题的批复》（豫发改公管〔2019〕198 号的文件精神，如出现“投标文件制作机器码一致”的情形，投标文件制作机器码一致的投标文件均作无效标处理。

## 第一章 招标公告

### 河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目-公开招标公告

#### 项目概况

河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目招标项目的潜在投标人应在河南省公共资源交易中心网站(hnsggzyjy.henan.gov.cn)获取招标文件,并于 2026 年 09 月 09 日 09 时 00 分(北京时间)前递交投标文件。

#### 一、项目基本情况

- 1、项目编号:豫财招标采购-2026-1003
- 2、项目名称:河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目
- 3、采购方式:公开招标
- 4、预算金额:17600000 元  
最高限价:17600000 元

| 序号 | 包号                   | 包名称                          | 包预算<br>(元) | 包最高<br>限价<br>(元) | 是否专门<br>面向中小<br>企业 | 采购预留金额<br>(元)    |
|----|----------------------|------------------------------|------------|------------------|--------------------|------------------|
| 1  | 豫政采<br>(2)20261413-1 | 河南省荣康医院<br>3.0T 核磁共振采<br>购项目 | 17600000   | 17600000         | 否                  | 其中小微企业<br>采购金额:0 |

5.采购需求(包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等)

(1) 采购内容：购置磁场强度 3.0T 的核磁共振一套，同时实施正常运转直接相关的环境、场地维修改造，包括 3.0T 核磁共振的采购、供货、运输、保险、装卸、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修及相关伴随服务。

(2) 交货期：合同签订后 60 日历天内安装调试完成（包括机房及配套用房施工工期）

(3) 交货地点：河南省洛阳市瀍河回族区白马寺路 490 号（河南省荣康医院院内影像中心一楼）。

(4) 质量要求（标准）：合格；满足国家、行业及采购人验收标准。

(5) 质量保证期：从验收合格之日起开始计算整机五年原厂质保。

6.合同履行期限：自合同生效至质保期结束

7.本项目是否接受联合体投标：否

8.是否接受进口产品：否

9.是否专门面向中小企业：否

## 二、申请人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：

### 3.1 资质要求

3.1.1 投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除

外)；投标人为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合《医疗器械监督管理条例》规定的经营条件；

3.1.2 投标产品须符合中华人民共和国国务院令 第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证（非医疗器械可不提供）。

3.2 信誉要求：供应商被列入“失信被执行人”和“重大税收违法失信主体”【供应商可通过“信用中国”网站

（<https://www.creditchina.gov.cn/>）相关内容查询】及被列入政府采购严重违法失信行为记录名单【供应商可通过“中国政府采购网”网站（<https://www.ccgp.gov.cn/>）相关内容查询】，限制参加本次采购活动（开标后由采购人或采购代理机构现场查询并保存查询结果）；

3.3 投标人关联单位要求：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

### 三、获取招标文件

1.时间：2026 年 8 月 19 日至 2026 年 8 月 26 日，每天上午 00:00 至 12:00，下午 12:00 至 23:59（北京时间，法定节假日除外。）

2.地点：河南省公共资源交易中心网站（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）

3.方式：投标人使用 CA 数字证书登录“河南省公共资源交易中心网站（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）”，并按网上提示下载投标项目所含格式(.hntf)的招标文件及资料。注册、登录、下载等具体事宜请查阅河南省公共资源交易中心网站“公共服务”→“办事指南”。

4.售价：0 元

#### 四、投标截止时间及地点

1.时间：2026 年 09 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心网（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）

#### 五、开标时间及地点

1.时间：2026 年 09 月 09 日 09 时 00 分（北京时间）

2.地点：河南省公共资源交易中心远程开标室(四)-5；“河南省公共资源交易中心”网站（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）——不见面开标大厅。

#### 六、发布公告的媒介及招标公告期限

本次招标公告在《河南省政府采购网》、《河南省公共资源交易中心网》、《河南省荣康医院官网》上发布，招标公告期限为五个工作日。

#### 七、其他补充事宜

本采购项目需要落实的政府采购政策：落实优先采购节能环保、环境标志性产品、本国产品标准及相关政策、优先采购自主创新产品，扶持不发达地区和少数民族地区，促进中小企业、监狱企业、残疾人福利性企业发展等政府采购政策（详见招标文件）。

## 八、凡对本次招标提出询问，请按照以下方式联系

### 1.采购人信息

名称：河南省荣康医院

地址：河南省洛阳市瀍河回族区白马寺路 490 号

联系人：毛老师、陈老师

联系方式：0379-68618249

### 2.采购代理机构信息（如有）

#### 2.采购代理机构：

名称：建基工程咨询有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区城东路 100 号 1 号楼 1 单元 14 层  
1401 号

联系人：苏菲芳、王志超、何佳丽

联系方式：0371-55238190 、18336876706、15617887203

### 3.项目联系方式

联系人：苏菲芳、王志超、何佳丽

联系方式：0371-55238190 、18336876706、15617887203

## 第二章 投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号   | 内 容                                                                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2   | 采购项目：河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目                                                                                                           |
| 1.3   | 项目编号：豫财招标采购-2026-1003                                                                                                                |
| 1.4   | 采购项目简要说明：见“第一章 招标公告”                                                                                                                 |
| 2.2   | 采购人：河南省荣康医院<br>地址：河南省洛阳市瀍河回族区白马寺路 490 号<br>联系人：毛老师、陈老师<br>联系方式：0379-68618249                                                         |
| 2.3   | 采购代理机构：建基工程咨询有限公司<br>地址：河南省郑州市管城回族区城东路 100 号 1 号楼 1 单元 14 层 1401 号<br>联系人：苏菲芳、王志超、何佳丽<br>联系方式：0371-55238190 、183368767061、5617887203 |
| 2.5.1 | 是否为专门面向中小企业采购：否                                                                                                                      |
| 2.5.2 | 是否接受进口产品：否                                                                                                                           |
| 4     | 踏勘现场：<br><input checked="" type="checkbox"/> 不组织，投标人可自行对项目现场和周围环境进行踏勘，踏勘现场所发生的费用由投标人自己承担。出现事故，责任由投标人自行承担。                            |

| 条款号  | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <input type="checkbox"/> 组织，踏勘时间：__ / __<br>踏勘集中地点：__ / __                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.6  | 是否允许联合体投标：否                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 16   | 本项目一个包（中标数量 1 名）                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 17.2 | 资格审查内容：须上传到“资格审查材料”中。                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.3 | （1）投标报价：货物和附属装置、备品备件和专用工具、卖方技术服务（安装、调试、运行）报价、采购人派员参加技术联络和工厂监造、检验、技术培训费用、运保费、各类税费及验收检测费等一系列费用。<br>（2）投标报价超过最高限价的按无效投标处理。                                                                                                                                                     |
| 19   | 投标货币：人民币。                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20   | 投标人资格证明文件：<br>（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；<br>（2）2025 年度财务审计报告扫描件（要求注册会计师签字并加盖会计师印章）；<br>（3）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供自 2026 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳）；<br>（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供承诺函）；<br>（5）参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明； |

| 条款号  | 内 容                                                                                                                                 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | (6) 提供关联关系名单；<br>(以上要求中，如有投标人成立时限不足 1 年的，由投标人根据自身成立时间提供证明资料。)                                                                       |
| 24.1 | <b>投标有效期：</b> 从投标截止之日起 90 天                                                                                                         |
| 26.1 | 加密电子投标文件的上传：加密电子投标文件须在投标截止时间前通过“河南省公共资源交易中心网站（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）”电子交易平台加密上传。                                                  |
| 27.1 | <b>投标截止时间：</b> 详见“第一章 招标公告”                                                                                                         |
| 30.1 | 开标及解密方式：“远程不见面”开标方式，投标人无需到河南省公共资源交易中心现场参加开标会议。在投标截止时间前，投标人登录不见面开标大厅，在线准时参加开标活动并进行文件解密。未在规定时间内解密投标文件的投标人，其投标文件不予接受并退回。               |
| 30.2 | 远程开标大厅网址：河南省公共资源交易中心网站（hnsaggzyjy.henan.gov.cn）——不见面开标大厅。                                                                           |
| 30.3 | 开标时间：详见“第一章 招标公告”<br>开标地点：详见“第一章 招标公告”                                                                                              |
| 31.3 | 采购人依据以下标准对投标人的资格进行审查，有一项不符合审查标准的，该投标人资格为不合格。<br><br>(1) 法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明符合招标文件规定；<br><br>(2) 财务审计报告（2025 年度）等材料符合招标文件规定； |

| 条款号 | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | <p>(3) 依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金的证明材料符合招标文件规定（自 2026 年 1 月 1 日以来至少一个月）；</p> <p>(4) 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（声明函）；</p> <p>(5) 参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录声明符合招标文件规定；</p> <p>(6) 资质要求</p> <p>1. 投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合《医疗器械监督管理条例》规定的经营条件；</p> <p>2. 投标产品须符合中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证（非医疗器械可不提供）。</p> <p>(7) 信用查询记录符合招标文件规定。</p> <p>(8) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动（不满足本项的各投标人资格均不合格）；</p> <p>(9) 非联合体投标（投标人无需提供证明材料）；</p> |

| 条款号  | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31.4 | <p><b>信用记录:</b>根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库〔2016〕125号)文的要求,采购人将在投标截止时间后当天在“信用中国”网站查询投标人“失信被执行人”和“重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体名单)”,在“中国政府采购网”站查询投标人“政府采购严重违法失信行为记录名单”;投标人被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单(重大税收违法失信主体名单)、政府采购严重违法失信行为记录名单的,其投标文件作为无效处理。</p> <p><b>查询及记录方式:</b>采购人将查询网页打印、存档备查。投标人信用记录以采购人查询结果为准,采购人查询之后,网站信息发生的任何变更均不再作为资格审查或评审依据,投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查或评审依据。</p> |
| 32.1 | <p>评标委员会负责具体评标事务。评标委员会由采购人代表和评审专家组成,成员人数应当为7人,其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。</p> <p>评审专家5人,采购人代表2人,5人评审专家从河南省政府采购专家库中随机抽取。</p>                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 35.4 | <p>节能环保政策</p> <p>(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品,投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。</p> <p>(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品,对选用国家确定的认证机构认证的处于</p>                                                                                                                                                                                                                        |

| 条款号  | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。</p> <p>（3）本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 35.6 | <p>投标人承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》的，在评标时优先采购。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36.1 | <p><b>中小企业扶持：</b></p> <p><input type="checkbox"/> 本项目专门面向中小企业采购，采购预留金额 <u>      </u> 元；</p> <p><input type="checkbox"/> 本项目专门面向小微企业采购，小微企业预留金额 <u>      </u> 元。</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> 本项目非专门面向中小企业采购。对货物制造商全部为小型或微型企业的供应商报价给予 <u>10</u> % 的扣除，用扣除后的价格参与评审。</p> <p>小型和微型企业的认定根据供应商提供的《中小企业声明函》（第五章 投标文件格式）进行。供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受中小企业扶持政策。</p> <p>监狱企业视同小型、微型企业，供应商应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。</p> |

| 条款号  | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | <p>残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》。</p> <p>采购标的对应的中小企业划分标准所属行业：制造业。</p> <p>项目属于：货物类</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 36.2 | <p>支持本国产品内容：</p> <p><input checked="" type="checkbox"/>适用，本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。投标人对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》（格式详见第五章 投标文件格式）或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。</p> <p><input type="checkbox"/>不适用</p> |
| 37.1 | 评标方法：综合评分法。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 条款号  | 内 容                                                                                                                                          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      | 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。                                                                        |
| 38   | <p>(1) 根据评审后得分由高到低的顺序推荐 3 名中标候选人</p> <p>(2) 评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。</p>                                                      |
| 41.1 | 中标结果公告媒介：《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南省荣康医院官网》                                                                                                 |
| 44   | 数量追加范围：采购人需追加与合同标的相同的货物的，在不改变合同其它条款的前提下，可以与投标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。                                                             |
| 46   | <p>1、履约保证金：合同总金额的 5%；</p> <p>2、缴纳时间：中标人需在合同签订前向采购人缴纳；</p> <p>3、交纳方式：以电汇、支票、汇票、本票等非现金形式；</p> <p>4、履约保证金的退还：采购人于项目验收通过双方约定完成后无息退还中标人履约保证金。</p> |
| 48   | 招标代理服务费：依据采购代理协议约定，参照《河南省招标代理服务收费指导意见》（豫招协【2023】002 号）的标准，在规定比例的基础上下浮 10%，由中标人一次性转账支付给采购代理机构。                                                |
| 49.2 | 投标人应在法定质疑期内针对同一采购程序环节的质疑次数：一次                                                                                                                |

| 条款号  | 内 容                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 50   | 需要补充的其他内容                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 50.1 | 付款方式：机房及配合用房工程预算，按照施工进度比例支付(合同额的 5%)；主机及配套设备到医院经验收无误后，支付合同额的 65%；安装调试、培训、正常运行后支付完毕。乙方开具设备全额发票，结算依据：采购合同、发票、验收合格单。                                                                                                                                                        |
| 50.2 | <input checked="" type="checkbox"/> (1) 如果为单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，报价得分最高的获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。<br><br><input type="checkbox"/> (2) 非单一产品采购项目，将在招标文件中载明核心产品。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按（1）“单一产品采购项目”规定处理。 |
| 50.3 | <b>“一号咨询”服务：</b> 市场主体拨打 0371-61335566 即可咨询河南省公共资源交易中心业务的相关问题。                                                                                                                                                                                                            |

## 第三章 投标人须知

### 一、说 明

#### 1.适用范围

1.1 本招标文件仅适用于本次公开招标所述的货物。

1.2 采购项目：见“投标人须知前附表”。

1.3 项目编号：见“投标人须知前附表”。

1.4 采购项目简要说明：见“投标人须知前附表”。

#### 2.定义

2.1 政府采购监督管理部门：河南省财政厅。

2.2 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本项目的采购人见投标人须知前附表。

2.3 采购代理机构：“投标人须知前附表”中所述的受采购人委托组织采购的代理机构。

2.4 分散采购：采购人将采购限额标准以上的未列入集中采购目录的项目自行采购或者委托采购代理机构代理采购的行为。

2.5 投标人（供应商）：是指参加政府采购活动，向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

2.6 合格投标人：提供资格证明文件并通过资格审查的投标人。

2.6.1 若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人非中小企业，其投标将被认定为投标无效。

2.6.2 若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与采购活动，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。若投标人须知前附表中未写明允许采购进口产品，如投标人提供产品为进口产品，其投标文件将被认定为无效投标文件。

2.7 投标文件：指投标人根据招标文件提交的所有文件。

2.8 货物及相关服务：按项目需求及有关要求提供的全部货物及相关服务。

### 3.投标费用

投标人须自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标的结果如何，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 4.踏勘现场

4.1 “投标人须知前附表”规定组织踏勘现场的，采购人按“投标人须知前附表”规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。

4.2 投标人踏勘现场发生的费用自理。

4.3 除采购人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

4.4 采购人在踏勘现场中介绍的项目现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。

## 5.知识产权

所有涉及知识产权的成果，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索偿，否则，由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

## 6.联合体投标

6.1 除非本项目明确要求不接受联合体形式投标外，两个或两个以上投标人可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加投标。

6.2 以联合体形式参加投标的，联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条规定的条件，并应当向采购人提交联合协议，载明联合体各方承担的工作和义务。根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合。

6.3 联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级。

6.4 联合体投标的，可以由联合体中的牵头人或者共同提交投标承诺函，以牵头人名义提交投标承诺函的，对联合体各方均具有约束力。

6.5 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

6.6 是否允许联合体投标见投标人须知前附表。

## 7.保密

参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。

## 8.市场主体信息库

(1) 投标人应及时对入库信息进行补充、更新，若投标人提供虚假信息或未及时对入库信息进行补充、更新，由投标人承担全部责任。

(2) 投标人可将本项目评审涉及到的资质、业绩、人员、获奖、证书、纳税、社保等信息补充到其市场主体信息库中。

(3) 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件，并予以提交。投标人的入库信息不作为评审的依据。

## 9.采购信息的发布

与本次采购活动相关的信息，将在《河南省政府采购网》《河南省公共资源交易中心网》《河南省荣康医院官网》上及时发布。

# 二、招标文件

## 10.招标文件的组成

10.1 招标文件共八章，构成如下：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知前附表

### 第三章 投标人须知

### 第四章 资格证明文件格式

### 第五章 投标文件格式

### 第六章 项目需求及技术要求

### 第七章 评标方法和标准

### 第八章 政府采购合同

### 第九章 附件

10.2 招标文件中有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标须知前表不涉及的内容，以编排在后的描述为准。

10.3 投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标被认定为投标无效。

## 11. 招标文件的澄清与修改

11.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应及时向采购人或采购代理机构提出。

11.2 采购人或采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清（更正）或修改。将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清（更正）或修改招标文件，澄清（更正）或修改的内容作为招标文件的组

成部分。澄清（更正）或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将在投标截止时间 15 日前，在原公告发布媒体上发布变更（更正）公告（或澄清公告），不足 15 日的将顺延递交投标文件的截止时间。

11.3 招标文件的澄清（更正）或修改在交易平台上公布给投标人，但不指明澄清问题的来源。

11.4 对已发出的招标文件进行的澄清、更正或修改，澄清、更正或修改的内容将作为招标文件的组成部分。通过“河南省政府采购网”（[zfcg.henan.gov.cn](http://zfcg.henan.gov.cn)）“河南省公共资源交易网”（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）网站“变更（澄清或更正）公告”和系统内部“答疑文件”告知投标人，各投标人重新下载最新的答疑、变更（澄清或更正）文件，以此编制投标文件。

11.5《河南省公共资源交易中心》交易平台投标人信息在投标截止时间前具有保密性，投标人在投标截止时间前应当自行查看项目进展、答疑、变更（澄清或更正）通知、澄清及回复。

## 12. 投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

## 13. 投标语言

投标文件以及投标人所有与采购人及采购代理机构就投标来往的函电均使用中文。投标人提供的外文资料应附有相应的中文译本，并以中文译本为准。

#### 14.投标文件计量单位

除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

#### 15.投标文件的组成

投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

16.招标文件中的每个分包，是项目招标不可拆分的最小投标单元。投标人必须按各包分别编制各包的投标文件，并按各包分别提交相应的文件资料，拆包投标将视为漏项或非实质性响应，将承担其投标无效的风险。投标人可对招标文件中一个或几个分包进行投标，除投标人须知前附表中另有规定。

#### 17.投标文件编制

17.1 投标文件应按招标文件要求的内容编制投标文件，应当对招标文件提出的实质性要求和条件做出响应。

17.2 投标人在编制投标文件时，涉及到投标人须知前附表中要求的资格审查证明文件，须上传到“资格审查材料”中。

## 18.投标报价

18.1 投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

18.2 投标人应在投标分项报价表上标明投标货物及相关服务的单价（如适用）和总价。

18.3 投标人所报的各分项投标单价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

18.4 每种货物只能有一个投标报价。采购人不接受具有附加条件的报价。

## 19.投标货币

除非“投标人须知前附表”另有规定，投标人提供的所有货物及相关服务用人民币报价。

## 20.投标人资格证明文件

依据“投标人须知前附表”中的要求按“第四章”的规定提交相应的资格证明文件，作为投标文件的一部分，以证明其有资格进行投标和有能力履行合同。

## 21.投标人商务、技术证明文件

21.1 投标人应按招标文件要求提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。

21.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

## 22. 投标函

22.1 投标人应按招标文件规定的格式和内容提交投标函。

22.2 下列任何情况发生时，按国家有关法律法规进行处理并按投标函的约定向采购人支付违约赔偿金：

- (1) 投标人在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回其投标；
- (2) 在投标文件中有意提供虚假材料；
- (3) 中标人拒绝在中标通知书规定的时间内签订合同。

## 23. 投标保证金

本项目投标人无需提交投标保证金。

## 24. 投标有效期

24.1 投标文件应自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表”规定的时间内保持有效。投标有效期不足的投标文件无效。

24.2 在特殊情况下，采购人可征求投标人同意延长投标文件的有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可以拒绝这种要求，原有效期到期后其投标文件失效。同意延期的投标人将不会被要求也不允许修改其投标文件，其投标文件相应延长到新的有效期。

## 25. 投标文件形式和签署

25.1 投标人须在投标截止时间前制作并提交加密的电子投标文件。

25.2 投标人可登录“河南省公共资源交易中心（[hnsggzyjy.henan.gov.cn](http://hnsggzyjy.henan.gov.cn)）”网站查看公共服务—办事指南—新交易平台使用手册（培训资料）。

25.3 投标人在制作电子投标文件时，按格式内容要求进行电子签章（包括企业电子签章、个人电子签章）。

25.4 投标人在制作电子投标文件时，开标一览表按照格式编辑，并作为电子开标系统上传的依据。

25.5 投标文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。

25.6 其他形式的投标文件一律不接受。

#### 四、投标文件的上传

##### 26.投标文件的上传

26.1 加密电子投标文件的上传：见“投标人须知前附表”。

26.2 投标人在上传时认真检查上传投标文件是否完整、正确。投标人因交易中心投标系统问题无法上传电子投标文件时，请在工作时间与河南省公共资源交易中心联系，联系电话：0371-65915501。

##### 27.投标截止时间

27.1 投标人应在“投标人须知前附表”规定的投标截止时间前上传投标文件。

27.2 采购人和采购代理机构可以按本章第 12 条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。

## 28.迟交的投标文件

投标人在投标截止时间后上传的投标文件，将被拒绝。

## 29.投标文件的修改和撤回

29.1 在投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已上传的投标文件。

29.2 在投标截止时间后，投标人不得修改或撤回其投标文件。

29.3 在招标文件规定的投标有效期内，投标人不得实质上修改或撤回其投标。

# 五、开标与评标

## 30.开标

30.1 开标及解密方式：见“投标人须知前附表”。

30.2 不见面开标大厅网址：见“投标人须知前附表”。

30.3 开标时间和开标地点：见“投标人须知前附表”。

30.4 开标时，采购代理机构将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格以及其它有关内容。

## 31.资格审查

31.1 开标结束后，采购人对投标人的资格进行审查。

31.2 合格投标人不足 3 家的，不得评标。

31.3 资格审查标准见“投标人须知前附表”。

31.4 信用记录的查询方法：见“投标人须知前附表”。

## 32.评标委员会

32.1 评标由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数见“投标人须知前附表”。其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。评审专家由采购人从河南省财政厅政府采购专家库中提交抽取申请，有关人员评标委员会成员名单须严格保密。

32.2 与投标人有利害关系的人员不得进入评标委员会。

## 33.投标文件的澄清

33.1 为了有助于对投标文件进行审查、评估和比较，评标委员会有权向投标人提出澄清，请投标人澄清其投标内容。

33.2 澄清的答复应加盖投标人公章（或企业电子签章）或由法定代表人（或其委托代理人）签字或签章（或个人电子签章）。

33.3 投标人的澄清文件是投标文件的组成部分。

33.4 投标文件的澄清不得对投标内容进行实质性修改。

33.5 投标人所出具的《关于符合本国产品标准的声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《关于符合本国产品标准的声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）规定要求的，投标人提供的相关产品视为不符合本国产品标准。

### 34. 投标文件的符合性审查

34.1 评标委员会将审查投标文件是否实质上响应招标文件。通过符合性审查的合格投标人不足 3 家的，项目废标。

34.2 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

34.3 在对投标文件进行详细评审之前，评标委员会将确定投标文件是否对招标文件的要求做出了实质性的响应，而没有重大偏离。实质性响应的投标是指投标符合招标文件的实质性条款、条件和规定且没有重大偏离和保留。重大偏离和保留是指对招标文件规定的采购需求、交货期、质量保证期、投标有效期、付款方式等产生重大或不可接受的偏差，或限制了采购代理机构、采购人的权利和投标人的义务的规定，而纠正这些偏离将影响到其它提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地位。

34.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身内容而不靠外部证据。

34.5 实质上没有响应招标文件要求的投标文件无效，投标人不得通过修正或撤消不符之处而使其投标成为实质上响应投标。

34.6 参与同一个标段（包）的投标人存在下列情形之一的，其投标（响应）文件无效：

（1）不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的；

（2）不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制、加密或者上传；

（3）不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

（4）不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上专有细节错误一致；

（5）其它涉嫌串通的情形。

34.7 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

(6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 35. 投标的评价

35.1 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

(1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

35.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

35.3 评标委员会只对已判定为实质性响应的投标文件进行评价和比较。

## 35.4 节能环保政策

根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）要求：

(1) 本项目若含有节能产品政府采购品目清单内政府强制采购产品，投标人须选用国家确定的认证机构认证的处于有效期之内的政府强制采购节能产品。

(2) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内政府优先采购产品，对选用国家公布的认证机构认证的处于有效期之内的政府优先采购节能产品（政府强制采购产品除外）、环境标志产品的，在评标时予以优先采购。

(3) 本项目若含有节能产品、环境标志产品政府采购品目清单内产品，投标人应提供国家确定的认证机构出具的处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书作为证明材料。

(4) 强制采购的节能产品：台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节能产品。

(5) 节能产品认证应依据相关国家标准的最新版本，依据国家标准中二级能效（水效）指标。环境标志产品认证应依据相关标准的最新版本。

### 35.5 正版软件的要求

投标人需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。本项目如需落实正版软件要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

### 35.6 商品包装和快递包装要求

本文件列出商品包装和快递包装要求的，投标人可填写商品包装和快递包装承诺函，承诺商品包装符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》，快递包装符合《快递包装政府采购需求标准（试行）》。本项目如需落实商品包装和快递包装要求，将在“投标人须知前附表”中载明。

### 36. 评标价的确定

36.1 根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《财政部关于进一步加大对政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）的规定，采购人在政府采购活动中支持中小企业发展：

（1）采购项目或采购包预留采购份额专门面向中小企业采购；

（2）未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，对小微企业报价给予 10%—20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。中小企业扶持政策：见“投标人须知前附表”。

（3）中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。中标人享受《政府采购促进中小企业发展管理办法》规定的中小企业扶持政策的，随中标结果公开中标人的《中小企业声明函》。投标人提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

（4）监狱企业视同小型、微型企业，投标人应提供省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

(5) 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，残疾人福利性单位须符合《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，提供《残疾人福利性单位声明函》，提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。中标人为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

36.2 根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实<国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知>的意见》（财库〔2025〕30号）要求，采购人在政府采购活动中对本国产品予以支持：

（1）政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到 80% 以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予 20% 的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商对其提供的产品出具《关于符合本国产品标准的声明函》或财政部会同有关部门规定的有关证明文件，《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件符合要求的，该产品视为本国产品。供应商提供虚假《关于符合本国产品标准的声明函》、虚假证明文件谋取中标、成交的，依

照《中华人民共和国政府采购法》等法律法规规定追究相应责任。成交供应商享受对本国产品的支持政策，随中标、成交结果同时公告中标、成交供应商提供的《关于符合本国产品标准的声明函》或有关证明文件。

(3) 本国产品标准适用于货物，包括政府采购货物项目和服务项目中涉及的货物。适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。

36.3 评标价不作为中标价和合同签约价，中标价和合同签约价仍以其投标文件中的报价为准。

### 37. 评标结果

37.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审，综合比较与评价。

37.2 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

### 38. 推荐中标候选人原则及标准

除非“投标人须知前附表”有特殊约定，否则评标委员会按评审后得分由高到低顺序排列。按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

### 39. 保密及其它注意事项

39.1 评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。

39.2 评标委员会将遵照规定的评标方法，公正、平等地对待所有投标人。

39.3 在评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

39.4 为保证评标的公正性，开标后直至授予投标人合同，评委不得与投标人私下交换意见。

39.5 在评标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得擅自将评标情况扩散出评标人员之外。

39.6 评标结束后，概不退还投标文件。

## 六、确定中标

### 40.确定中标人

40.1 采购人应当自收到评标报告之日起 5 个工作日内，从评标报告提出的中标候选人中，根据评标委员会推荐排名顺序的中标候选人中，选定第一中标候选人为中标人；也可以书面授权评标委员会直接确定中标人。

40.2 采购人在收到评标报告 5 个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 41.发布中标公告及发出中标通知书

41.1 采购人按规定确定中标人后，采购人或采购代理机构应将中标结果在“投标人须知前附表”规定的媒介上予以公告，中标结果公告期限为 1 个工作日。

41.2 发布中标公告同时向中标人发出中标通知书。

41.3 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

#### 42.接受和拒绝任何或所有投标的权利

如出现重大变故，采购任务取消情况，采购代理机构和采购人保留因此原因在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标、以及宣布招标无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

### 七、授予合同

#### 43.合同授予标准

除本章第 42 条、47 条的规定之外，采购人将把合同授予被确定为实质上响应招标文件要求并有履行合同能力的评审后综合得分最高的投标人。

#### 44.合同授予时追加采购货物数量的权利

采购人在授予合同时有权在“投标人须知前附表”规定的范围内，对项目需求中规定的货物的数量予以增加，但不得对货物单价及伴随服务内容或其它实质性的条款和条件做任何改变。

## 45.签订合同

45.1 采购人应当自中标通知书发出之日起 15 日内,按照招标文件和中标人投标文件的规定,与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

45.2 招标文件、中标人的投标文件和澄清文件等,均应作为签约的合同文本的基础。

45.3 如采购人对中标人拒签合同,依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)等规定承担相应的违约责任。

## 46.履约保证金

中标人应按招标文件的规定向采购人提交履约保证金,中标人应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。采购人不得以中标人事先缴纳履约保证金作为签订合同的条件,并应在中标人履行完合同约定义务事项后及时退还。

47.如中标人不按本章第 45 条约定签订合同,依照《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部令第 87 号)等规定承担相应的违约责任)。采购人可在按照评标报告推荐的中标候选人名单排序,确定下一中标候选人为中标人,也可以重新开展政府采购活动。

## 48.招标代理服务费

本项目是否由中标人向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

## 49.质疑的提出与接收

49.1 投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出书面质疑。

49.2 质疑投标人应按照《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑次数应符合投标人须知前附表的规定。

49.3 质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向省级财政部门提起投诉。投诉人投诉时，请按照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第 94 号令）的要求提交相关内容及材料。

## 八、需要补充的其他内容

50.需要补充的其他内容：见“投标人须知前附表”。

51.本文件中的“以上”、“以下”、“以内”、“届满”，包括本数；所称的“不满”“不足”、“超过”、“以外”，不包括本数。

## 附件：质疑函范本

## 质疑函

## 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：.....  
地址：..... 邮编：.....  
联系人：..... 联系电话：.....  
授权代表：.....  
联系电话：.....  
地址：..... 邮编：.....

## 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：.....  
质疑项目的编号：..... 包号：.....  
采购人名称：.....  
采购文件获取日期：.....

## 三、质疑事项具体内容

质疑事项 1：.....  
事实依据：.....  
法律依据：.....  
质疑事项 2：  
.....

## 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：.....

签字（签章）：..... 公章：.....

日期：

质疑函制作说明：

1. 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2. 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3. 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4. 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5. 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6. 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

## 第四章 资格证明文件格式

# 河南省荣康医院 3.0T 核磁共振 采购项目

# 资格证明文件

项目编号：豫财招标采购-2026-1003

投标人（企业电子签章）：

## 目 录

- 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明
- 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度
- 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录
- 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函
- 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明
- 六、资质要求
- 七、关联关系名单
- 八、其他资格证明文件

## 一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份 证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件原件或复印件扫描件。

2.投标人为自然人的，应提供身份证明的原件或复印件扫描件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

## 二、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度

说明：

提供投标人 2025 年度经审计的财务报告，要求注册会计师签字并加盖会计师印章；如截止到开标时间投标人成立时间不足 1 年的，须提供其开户银行出具的资信证明。

### 三、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

说明：

1.具有依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料(提供自 2026 年 1 月 1 日以来至少一个月的纳税证明和社保缴纳证明，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳)。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供相关材料。

#### 四、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的声明函

致：河南省荣康医院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-1003 的河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目的投标,并做出如下承诺：

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

我方保证上述信息的真实和准确,并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：河南省荣康医院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-1003的河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目的投标,并做出如下承诺：

我公司信誉良好，参加政府采购活动前 3 年内，在经营活动中没有重大违法记录。在“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单；在“中国政府采购网”（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方保证上述信息的真实和准确，并愿意承担因我方就此弄虚作假所引起的一切法律后果。

特此声明！

投标人（企业电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

说明：

- 1.投标人应按照相关法规规定如实作出说明。
2. 按照招标文件的规定加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。
- 3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。



## 六、资质要求

1. 投标人为代理商时，应具有医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证并具有相应的经营范围（从事一类医疗器械经营活动的除外）；投标人为境内生产企业时，应具有医疗器械生产许可证（从事第一类医疗器械生产的须具有备案凭证），医疗器械注册人、备案人经营其注册、备案的医疗器械，无需办理医疗器械经营许可或者备案，但应当符合《医疗器械监督管理条例》规定的经营条件；
2. 投标产品须符合中华人民共和国国务院令第 739 号《医疗器械监督管理条例》相关规定，应具有有效期内的医疗器械注册证或医疗器械产品备案凭证（非医疗器械可不提供）。

## 六、投标人关联关系名单

| 序号 | 单位名称 | 关系类型 | 备注 |
|----|------|------|----|
|    |      |      |    |
|    |      |      |    |
|    |      |      |    |

投标人（企业电子签章）：

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

说明：

1.根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.投标人须如实说明与本单位存在如下关系的单位名单并写明关系类型：单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3.投标人虚假说明的，后果自负。

## 七、其他资格证明文件

说明：1.应提供要求的其他资格证明文件。

2.原件或复印件扫描件上应加盖企业电子签章（自然人投标的无需盖章，需要签字）。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

## 第五章 投标文件格式

# 河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目

# 投标文件

项目编号：豫财招标采购-2026-1003

投标人（企业电子签章）：



## 目 录

- 一、投标函
- 二、法定代表人身份证明书
- 三、投标报价表格
- 四、关于符合本国产品标准的声明函、商品包装和快递包装承诺书
- 五、商务条款偏离表
- 六、技术规格偏离表
- 七、综合证明文件
- 八、其他文件

## 一、投标函

致：河南省荣康医院

我们收到了项目编号为 豫财招标采购-2026-1003 的 河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目 采购文件，经详细研究，我们决定参加该项目的投标活动并按要求提交投标文件。我们郑重声明以下诸点并负法律责任：

(1) 愿按照采购文件中规定的条款和要求，提供完成采购文件规定的全部工作，投标总报价为（大写）\_\_\_\_\_元人民币，（小写）¥：\_\_\_\_\_元），投标有效期\_\_\_\_\_天。

(2) 如果我们的投标文件被接受，我们将履行招标文件中规定的各项要求。

(3) 我们同意本招标文件中有关投标有效期的规定。如果中标，有效期延长至合同终止日止。

(4) 我们愿提供招标文件中要求的所有文件资料。

(5) 我们已经详细审核了全部采购文件，如有需要澄清的问题，我们同意按采购文件规定的时间向采购人提出。逾期不提，我公司同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

(6) 我们承诺，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务及任何附属机构均无关联，非采购人的附属机构。

(7) 我公司同意提供按照采购人可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解采购人不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

(8) 如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。

(9) 我公司公平竞争参加本次招标活动。杜绝任何形式的商业贿赂行为。不向采购人、采购代理机构工作人员、评审专家及其亲属提供礼品礼金、有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费、宴请；不为其报销各种消费凭证，不支付其旅游、娱乐等费用。

(10) 我公司独立参加投标，未组成联合体参加投标。

(11) 除不可抗力外，我公司如果发生以下行为，将在行为发生的 10 个工作日内，向贵方支付本招标文件公布的最高限价的 2% 作为违约赔偿金。

① 在招标文件规定的投标有效期内实质上修改或撤回投标；

② 中标后不依法与采购人签订合同；

③ 在投标文件中提供虚假材料。

(12) \_\_\_\_\_（其他补充说明）。

与本投标有关的正式通讯地址：

地 址：

邮 编：

电 话：

传 真：

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

日期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明书

致：河南省荣康医院

\_\_\_\_\_（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任  
（董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

详细通讯地址：\_\_\_\_\_

邮 政 编 码：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

法定代表人身份证（人像面）

法定代表人身份证（国徽面）

注：自然人投标的无需提供。

三、投标报价表格

1. 投标主要内容汇总表

项目编号：豫财招标采购-2026-1003

金额单位：元人民币

|           |                       |
|-----------|-----------------------|
| 采购项目      | 河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目 |
| 投标人名称     |                       |
| 投标总报价（大写） |                       |
| 投标总报价（小写） |                       |
| 交货期       |                       |
| 交货地点      |                       |
| 质量要求（标准）  |                       |
| 质量保证期     |                       |
| 投标保证金     | 0 元                   |
| 投标有效期     |                       |
| 付款方式      | 满足招标文件要求              |
| 合同条款      | 满足招标文件要求              |
| 其他声明      |                       |

投标人（企业电子签章）：

法定代表人（个人电子签章）：

## 2. 投标分项报价表

项目编号：豫财招标采购-2026-1003

金额单位：元人民币

| 序号  | 名称       | 品牌 | 型号和规格 | 数量 | 原产地 | 制造商<br>(服务商) 名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
|-----|----------|----|-------|----|-----|-----------------|----|----|----|
| 1   | 货物名称     |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 2   | 备品备件     |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 3   | 专用工具     |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 4   | 运输 (含保险) |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 5   | 安装、调试、检验 |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 6   | 培训       |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 7   | 技术服务     |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 8   | .....    |    |       |    |     |                 |    |    |    |
| 总价： |          |    |       |    |     |                 |    |    |    |

法定代表人 (个人电子签章)：

投标人 (企业电子签章)：

注、格式可自拟。

#### 四、关于符合本国产品标准的声明函

（投标人提供提本国产品的填写，未提供本国产品的无需填写或不提供此项内容）

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （产品名称1），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称1）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）在中国境内完成。

2. （产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。

.....

本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

公司（单位）名称（盖章）：

日期：                年    月    日

1.根据国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知（国办发〔2025〕34号）要求，政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.中国境内生产的组件成本核算基本规则见《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）。

3.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。

4.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。

5.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填。

6.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填。

7.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填。

## 商品包装和快递包装承诺书

致：河南省荣康医院

我（单位/本人，以下统称我单位）自愿参加采购项目编号为豫财招标采购-2026-1003 的河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目的投标,并做出如下承诺：

为助力打好污染防治攻坚战,推广使用绿色包装,我公司响应《财政部等三部门联合印发商品包装和快递包装政府采购需求标准》（试行）(财办库〔2020〕123号)的有关规定。承诺严格按照《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的条款执行。

我公司对以上承诺书内容的真实性负责，并承担相应的法律责任。

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 五、商务条款偏离表

项目编号：豫财招标采购-2026-1003

| 序号 | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 说明 |
|----|-----------|-----------|----|
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |
|    |           |           |    |

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

## 六、技术规格偏离表

项目编号：豫财招标采购-2026-1003

| 序号 | 货物名称及伴随服务内容 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
|----|-------------|------|------|----|----|
|    |             |      |      |    |    |
|    |             |      |      |    |    |
|    |             |      |      |    |    |
|    |             |      |      |    |    |
|    |             |      |      |    |    |
|    |             |      |      |    |    |
|    |             |      |      |    |    |
|    |             |      |      |    |    |

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

注：

- 1、“投标响应”应当根据所投产品的实际情况填写；
- 2、“偏离”栏中，性能超过或者等于采购要求的，为正偏离；不满足采购要求的为负偏离，供应商应当如实填写，否则视为提供虚假材料。

## 七、综合证明文件

### 1.综合实力

根据招标文件要求，提供投标人认证等证书。（提供认证原件扫描件，扫描不清晰的不得分，招标文件未要求的不需要提供）

### 2.类似项目业绩

附表：相关项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 简要描述 | 项目金额<br>(万元) | 项目单位<br>联系电话 |
|----|------|------|--------------|--------------|
|    |      |      |              |              |
|    |      |      |              |              |
|    |      |      |              |              |
|    |      |      |              |              |

注：（1）投标人可按上述的格式自行编制，后附扫描件。

（2）业绩扫描不清楚或合同总金额不明确的不予认可，虚假业绩将自行承担相关责任。

（3）招标文件未要求提供业绩证明文件的，投标人可不提供。

## 八、其他文件

1. 招标代理服务费交纳承诺函（固定格式）
2. 企业声明函（格式如下）
3. 其他资料

## 1、招标代理服务费交纳承诺函（固定格式）

**招标代理服务费交纳承诺函**

致建基工程咨询有限公司：

我们在贵公司组织的（填写项目名称，项目编号）招标中**若被确定为中标人**，我单位保证在收到中标通知书时，按招标文件的规定，以银行转账或现金的形式，向贵公司一次性支付招标代理服务费用。否则，由此产生的一切法律后果和责任由我公司承担。我公司声明放弃对此提出任何异议和追索的权利。

特此承诺。

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 2.企业声明函

### 中小企业声明函（货物）

（投标人提供中小企业制造货物的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加 河南省荣康医院 的 河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称），从业人员        人，营业收入为        万元，资产总额为        万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）。

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

说明：

（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企

业可不填报。（2）中小企业划型标准见文件未附件。

### 投标人监狱企业声明函

（投标人属于监狱企业的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本企业（单位）郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本企业（单位）为直接投标人，提供本企业（单位）服务。本企业（单位）\_\_\_\_\_（请填写：是、不是）监狱企业。后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

## 残疾人福利性单位声明函（投标人）

（投标人属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、中标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

## 残疾人福利性单位声明函（制造商）

（制造商属于残疾人福利性单位的填写，不属于的无需填写或不提供此项内容）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位为\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

制造商（企业电子签章）：\_\_\_\_\_

日 期：\_\_\_\_\_

备注：

1、中标人为代理商且为残疾人福利性单位的，随中标、成交结果同时公告制造商的《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

2、供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

### 3.其他资料

## 第六章 项目需求及技术要求

### 一、技术（参数和性能）要求

| 序号   | 技术和性能参数名称                              | 招标参数和性能要求                                                                                           | 补充说明 |
|------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ★ 一  | 设备认证文件及机型                              | 投标产品须是各厂家具备 NMPA 认证且首次 NMPA 注册时间不早于 2022 年 1 月 1 日的 3.0T 磁共振设备, 投标人须提供具备技术的其最新认证 3.0T 机型投标产品有效证明材料。 |      |
|      | 质量层次 (国产/原装进口)                         | 国产, 本项目执行国办发〔2025〕34 号本国产品政策。本国产品为境内生产、境内组件成本占比达标、特定产品关键组件 / 工序境内完成的货物, 供应商应提交本国产品标准声明函。            |      |
| 二    | 磁体系统                                   |                                                                                                     |      |
| 1    | 磁场强度:                                  | 3.0T                                                                                                |      |
| 2    | 磁体重量 (含液氮)                             | ≤6700kg                                                                                             |      |
| 3    | 磁体类型                                   | 3.0T 超导磁体                                                                                           |      |
| 4    | 匀场                                     | 具备                                                                                                  |      |
| 4.1  | 匀场方式                                   | 主动匀场 + 被动匀场+动态匀场                                                                                    |      |
| 4.2  | 一阶线性匀场                                 | 具备                                                                                                  |      |
| 4.3  | 二阶高级匀场                                 | 具备                                                                                                  |      |
| 4.4  | 实时动态匀场技术                               | 有                                                                                                   |      |
| 5    | 磁场稳定度                                  | ≤0.1ppm/h                                                                                           |      |
| 6    | 磁体长度                                   | ≤174cm                                                                                              |      |
| 7    | 磁体最小孔径                                 | ≥63cm                                                                                               |      |
| 8    | 液氮消耗量 (正常使用)                           | ≤0L/h                                                                                               |      |
| 9    | 抗外界干扰屏蔽                                | 有                                                                                                   |      |
| 10   | 主磁场均匀度补偿                               | 有                                                                                                   |      |
| 11   | 5G 磁力线范围:                              | 具备                                                                                                  |      |
| 11.1 | 轴向                                     | ≤5.3 米                                                                                              |      |
| 11.2 | 径向                                     | ≤3.5 米                                                                                              |      |
| 12   | 1G 磁力线范围:                              | 具备                                                                                                  |      |
| 12.1 | 轴向                                     | ≤7.5 米                                                                                              |      |
| 12.2 | 径向                                     | ≤4.5 米                                                                                              |      |
| 13   | 最短爬升时间                                 | ≤0.3ms                                                                                              |      |
| 三    | 梯度系统                                   |                                                                                                     |      |
| ★1   | 最大单轴梯度场强 (X, Y, Z 轴, 非有效值, 非峰值, 非等效值)  | ≥60mT/m                                                                                             |      |
| ★2   | 最大单轴梯度切换率 (X, Y, Z 轴, 非有效值, 非峰值, 非等效值) | ≥200T/m/s                                                                                           |      |
| ★3   | 支持最大单轴梯度场强、最大单轴梯度切换率同时达到功能             | 具备                                                                                                  |      |
| 4    | 最大占空比                                  | 100%                                                                                                |      |
| 5    | 梯度工作方式                                 | 非共振式                                                                                                |      |
| 6    | 梯度控制技术                                 | 全数字实时                                                                                               |      |

|          |                                        |                                                                                                       |             |
|----------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 7        | 梯度减噪系统                                 | 具备原厂全身全序列静音梯度降噪技术, 常规头颅扫描噪音 $\leq 60\text{dB}$                                                        |             |
| <b>四</b> | <b>射频系统</b>                            |                                                                                                       |             |
| *1       | 多源射频发射平台, 可实现多组射频并行激发, 多维选择性脉冲成像       | 独立射频放大器个数 $\geq 2$ 个                                                                                  |             |
| 1.1      | 射频发射源                                  | 具备                                                                                                    |             |
| 1.2      | 独立射频源个数                                | $\geq 2$                                                                                              |             |
| 1.3      | 独立射频放大器个数 (非转换器)                       | $\geq 2$                                                                                              |             |
| 2        | 射频功率                                   | $\geq 15\text{KW} \times 2$ 或 $\geq 37\text{kw}$                                                      |             |
| 3        | 发射带宽                                   | $\geq 500\text{kHz}$                                                                                  |             |
| *4       | 一次扫描最大视野独立射频接收通道数 (非系统最大通道数或系统最大线圈单元数) | $\geq 64$ 通道                                                                                          |             |
| 5        | 最高接收动态范围                               | $\geq 160\text{dB}$                                                                                   |             |
| *6       | 射频接收线圈, 需达到如下要求:                       |                                                                                                       | 以下线圈需提供原厂配置 |
| 6.1      | 头颈线圈                                   | $\geq 20$ 通道                                                                                          |             |
| *6.2     | 一体化头部科研通用线圈                            | $\geq 48$ 通道                                                                                          |             |
| 6.3      | 一体化心胸腹部线圈                              | $\geq 30$ 通道, 单片 (个) 头足方向覆盖范围 $\geq 60\text{cm}$ , 如覆盖范围不足 $60\text{cm}$ , 为满足胸腹盆腔覆盖, 需提供 2 片 (个) 以上。 |             |
| 6.4      | 一体化全脊柱线圈                               | $\geq 32$ 通道                                                                                          |             |
| 6.5      | 大柔线圈                                   | $\geq 12$ 通道 (非组合)                                                                                    |             |
| 6.6      | 小柔线圈                                   | $\geq 12$ 通道 (非组合)                                                                                    |             |
| 6.7      | 乳腺专用线圈                                 | $> 8$ 通道                                                                                              |             |
| <b>五</b> | <b>主控计算机系统</b>                         | 具备                                                                                                    |             |
| 1        | CPU 主频                                 | $\geq 4$ 核, $\geq 3.0\text{GHz}$                                                                      |             |
| 2        | 主内存                                    | $\geq 64\text{GB}$                                                                                    |             |
| 3        | 硬盘容量                                   | $\geq 4\text{TB}$                                                                                     |             |
| 4        | 硬盘图像存储量                                | $\geq 600,000$ 幅( $256 \times 256$ )                                                                  |             |
| 5        | 图像重建计算机内存                              | $\geq 128\text{GB}$                                                                                   |             |
| 6        | 同步扫描重建功能                               | 扫描, 采集, 重建时可同时进行阅片, 后处理, 照相和存盘功能                                                                      |             |
| 7        | 显示器                                    | $\geq 23$ 英寸彩色 LCD 液晶显示器                                                                              |             |
| 8        | 显示图像分辨率                                | $\geq 1920 \times 1200$                                                                               |             |
| <b>六</b> | <b>后处理接口</b>                           |                                                                                                       |             |
| 1        | 软件控制照相技术                               | 具备                                                                                                    |             |

|          |                                                            |                                   |     |
|----------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----|
| 2        | DICOM 3.0 接口及免费 PACS 网络连接（包括打印，传输，接收，查询,Worklist,MPPS 等功能） | 具备                                |     |
| 3        | 标准激光相机数字接口                                                 | 具备                                |     |
| <b>七</b> | <b>病人检查环境</b>                                              |                                   |     |
| 1        | 磁孔内可调试病人通风、照明系统                                            | 支持氛围照明，提升患者检查体验                   |     |
| 2        | 磁孔内病人双向通话及扩音器系统                                            | 支持背景音播放功能                         |     |
| 3        | 检查床最大承重                                                    | ≥250Kg                            |     |
| 4        | 检查床最低位置                                                    | ≤60cm，方便患者上下床                     |     |
| 5        | 扫描床水平进床最大速度                                                | ≥200mm/sec，支持双侧控制进床速度             |     |
| 6        | 多站扫描自动移床功能                                                 | 支持头先进/足先进双向扫描模式                   |     |
| 7        | 磁体双侧触控显示器                                                  | ≥2 个                              |     |
| 7.1      | 患者生理信号监控系统显示器                                              | 可读取和监测呼吸、心跳、脉搏等生命体征               |     |
| 7.2      | 床旁患者信息系统显示器                                                | 可读取患者登记信息                         |     |
| 7.3      | 磁体液晶显示功能                                                   | 支持显示扫描进度、播放安抚视频/音乐                |     |
| 7.4      | 可显示推荐使用的线圈                                                 | 具备                                |     |
| 7.5      | 可显示推荐的病人摆位信息                                               | 具备                                |     |
| 7.6      | 可显示推荐使用的线圈                                                 | 具备                                |     |
| 8        | 一键升床功能                                                     | 具备                                |     |
| 9        | 一键进床自动定位功能                                                 | 支持 AI 全自动解剖定位，患者躺床后自动识别、自动对位。     |     |
| 10       | 全套床垫                                                       | 2 套                               |     |
| 11       | 无磁降噪耳机                                                     | 2 个                               | 含备用 |
| 12       | 病人监视系统                                                     | 具备                                |     |
| 13       | 紧急制动按钮                                                     | 具备                                |     |
| 14       | 操作间紧急制动系统                                                  | 必须具备，紧急情况下可立即停止设备运行，保障患者安全        |     |
| 15       | 门控技术具备                                                     | 包含心电门控、呼吸门控、外周门控                  |     |
| 16       | 扫描床进出范围                                                    | 可完全退出磁体外，方便轮椅患者、躁动患者上下床           |     |
| 17       | 病人通道环境                                                     | 采用大孔径短磁体设计，内置氛围照明、双向对讲系统、背景音乐播放功能 |     |
| <b>八</b> | <b>扫描参数</b>                                                |                                   |     |
| 1        | 最小 FOV                                                     | ≤5mm                              |     |
| 2        | 最大 FOV                                                     | ≥500mm                            |     |
| 3        | 最薄 2D 层厚                                                   | ≤0.5mm                            |     |

|          |                                               |            |  |
|----------|-----------------------------------------------|------------|--|
| 4        | 最薄 3D 层厚                                      | ≤0.1mm     |  |
| 5        | 最大扫描重建矩阵                                      | ≥1024×1024 |  |
| 6        | 最大弥散加权系数 B 值                                  | ≥10,000    |  |
| 7        | TSE 最大因子                                      | ≥1024      |  |
| 8        | EPI 最大因子                                      | ≥255       |  |
| <b>九</b> | <b>扫描技术与序列</b>                                |            |  |
| 1        | 自旋回波序列                                        |            |  |
| 1.1      | 2D/3D 快速自旋回波                                  | 具备         |  |
| 1.2      | 组织弛豫时间测量自旋回波序列                                | 具备         |  |
| 1.3      | 可选择角度的自旋回波序列                                  | 具备         |  |
| 1.4      | 单回波、双回波、多回波技术                                 | 具备         |  |
| 1.5      | 单次激发快速自旋回波序列                                  | 具备         |  |
| 2        | 具备多模式、多参数反转恢复 (IR) 序列 (含 STIR、灰白质 IR、脂肪抑制 IR) |            |  |
| 2.1      | STIR 短 T1 压脂序列                                | 具备         |  |
| 2.2      | 脂肪/水激发技术                                      | 具备         |  |
| 3        | 梯度回波序列                                        |            |  |
| 3.1      | 真稳态梯度回波序列                                     | 具备         |  |
| 3.2      | 快速梯度回波                                        | 具备         |  |
| 3.3      | 亚秒 T1 加权(2D/3D)                               | 具备         |  |
| 3.4      | 亚秒 T2 加权(2D/3D)                               | 具备         |  |
| 3.5      | 去除剩余磁化梯度回波技术                                  | 具备         |  |
| 3.6      | 利用剩余磁化梯度回波技术                                  | 具备         |  |
| 3.7      | 多回波聚合序列                                       | 具备         |  |
| 3.8      | 多回波梯度回波序列                                     | 具备         |  |
| 3.9      | 单次多平面梯度回波序列                                   | 具备         |  |
| 3.10     | 重 T2 加权高对比序列                                  | 具备         |  |
| 3.11     | in-phase 和 out-phase 成像                       | 具备         |  |
| 3.12     | 3D 梯度回波技术                                     | 具备         |  |
| 3.13     | 超快速场回波序列                                      | 具备         |  |
| 3.14     | 三维成像技术                                        | 具备         |  |
| 4        | 平面回波序列                                        |            |  |
| 4.1      | 单次/多次激发平面回波 (含 BOLD 脑功能成像)                    | 具备         |  |
| 4.2      | 反转平面回波                                        | 具备         |  |
| 4.3      | 高分辨平面回波采集                                     | 具备         |  |
| 5        | K 空间成像技术                                      |            |  |
| 5.1      | 并行采集技术                                        | 具备         |  |
| 5.2      | 矩形视野采集技术                                      | 具备         |  |
| 5.3      | 全身压缩感知技术                                      | 具备         |  |

| 十    | 常规临床应用           |    |  |
|------|------------------|----|--|
| 1    | 体部成像             |    |  |
| 1.1  | 高分辨率肝脏动态增强       | 具备 |  |
| 1.2  | 腹部高清水脂分离梯度回波技术   | 具备 |  |
| 1.3  | 磁共振肾脏动态增强技术      | 具备 |  |
| 1.4  | 多期动态扫描层面精准对位技术   | 具备 |  |
| 1.5  | 全身弥散成像软件包        | 具备 |  |
| 1.6  | MR 结肠造影技术 (亮、暗腔) | 具备 |  |
| 1.7  | 单次激发 2D/3D 水成像   | 具备 |  |
| 1.8  | 脂铁定量技术           | 具备 |  |
| 1.9  | 自由呼吸 3D 水成像      | 具备 |  |
| 1.10 | MR 脊髓造影技术(2D/3D) | 具备 |  |
| 2    | 神经系统成像           |    |  |
| 2.1  | 高分辨率内耳水成像        | 具备 |  |
| 2.2  | 高分辨率颈髓成像         | 具备 |  |
| 2.3  | 高分辨率面听神经成像       | 具备 |  |
| 2.4  | 高分辨颅脑成像          | 具备 |  |
| 2.5  | 全神经成像            | 具备 |  |
| 2.6  | 自动在线拼接技术         | 具备 |  |
| 2.7  | 拼接校准技术           | 具备 |  |
| 3    | 脑灌注成像            |    |  |
| 3.1  | 2D-平面回波灌注成像      | 具备 |  |
| 3.2  | 多层灌注成像           | 具备 |  |
| 3.3  | rCBV 分析          | 具备 |  |
| 3.4  | TTP 分析           | 具备 |  |
| 3.5  | MTT 分析           | 具备 |  |
| 3.6  | 时间信号曲线           | 具备 |  |
| 3.7  | 彩色后处理功能          | 具备 |  |
| 4    | 磁敏感成像            |    |  |
| 4.1  | 可兼容并行采集          | 具备 |  |
| 4.2  | 磁敏感实时磁矩图成像技术     | 具备 |  |
| 4.3  | 磁敏感实时相位图成像技术     | 具备 |  |
| 4.4  | 磁敏感原始图像成像技术      | 具备 |  |
| 4.5  | mMIP 图像成像技术      | 具备 |  |
| 5    | 波谱成像             |    |  |
| 5.1  | 自动匀场方式           | 具备 |  |
| 5.2  | 手动匀场方式           | 具备 |  |
| 5.3  | 自动水抑制技术          | 具备 |  |
| 5.4  | 自动频谱分析           | 具备 |  |
| 5.5  | 实时频谱分析及实时显示      | 具备 |  |

|       |                       |      |  |
|-------|-----------------------|------|--|
| 5.6   | 高级频谱分析后处理软件           | 具备   |  |
| 5.7   | 用户可编辑后处理程序            | 具备   |  |
| 5.8   | 2D 和 3D 频谱成像          | 具备   |  |
| 5.9   | 单体素和多体素频谱成像           | 具备   |  |
| 5.10  | 三维脑频谱成像               | 具备   |  |
| 5.11  | 化学位移成像(2D/3D CSI)     | 具备   |  |
| 6     | 脑功能成像                 |      |  |
| 6.1   | 血氧饱和度依赖性成像            | 具备   |  |
| 6.2   | 脑功能后处理                | 具备   |  |
| 7     | 弥散成像                  |      |  |
| 7.1   | 实时及同步弥散技术             | 具备   |  |
| 7.2   | 各向同性采集                | 具备   |  |
| 7.3   | 各向异性采集                | 具备   |  |
| 7.4   | ADC 值测量               | 具备   |  |
| 7.5   | ADC-map 彩图            | 具备   |  |
| 7.6   | 自动生成 ADC 图            | 具备   |  |
| 7.7   | 多 B 值成像               | 具备   |  |
| 7.8   | 头颅、腹部、前列腺、子宫附件、弥散成像   | 具备   |  |
| 7.9   | 大范围弥散成像 类 PET         | 具备   |  |
| 7.10  | 弥散张量成像                | 具备   |  |
| 7.11  | 弥散张量方向数(临床)           | ≥256 |  |
| 7.12  | 白质纤维束成像               | 具备   |  |
| 7.13  | 可选优化 B 值              | 具备   |  |
| 7.14  | 自动采集处理                | 具备   |  |
| 7.15  | 单次/多次激发扩散加权           | 具备   |  |
| 7.16  | 矢状位弥散成像               | 具备   |  |
| 8     | 血管成像技术                |      |  |
| 8.1   | 磁转移对比技术               | 具备   |  |
| 8.2   | 最大密度投影技术              | 具备   |  |
| 8.3   | 可变反转角度射频技术            | 具备   |  |
| 8.4   | 多层层面重建技术              | 具备   |  |
| 8.5   | 2D/3D 水成像技术(MRCP MRU) | 具备   |  |
| 8.6   | 电影采集回放功能 具备           | 具备   |  |
| 8.7   | 实时互动最大密度投影技术          | 具备   |  |
| *8.8  | 高分辨血管壁成像技术            | 具备   |  |
| 8.8.1 | 具备血管壁成像分析处理功能         | 具备   |  |
| 9     | 心血管成像技术               |      |  |
| 9.1   | 2D/3D 时飞法技术           | 具备   |  |
| 9.2   | 门控 2D 血管技术            | 具备   |  |
| 9.3   | 2D/3D 相位对比法技术         | 具备   |  |

|       |                    |                                                               |  |
|-------|--------------------|---------------------------------------------------------------|--|
| 9.4   | 可变反转角射频技术          | 具备                                                            |  |
| 9.5   | 动静脉分离成像            | 具备                                                            |  |
| 9.6   | 智能化实时透视造影剂追踪血管成像技术 | 具备                                                            |  |
| 9.7   | 全身血管成像             | 具备                                                            |  |
| 9.8   | 区域饱和技术             | 具备                                                            |  |
| 9.9   | 全身不打药血管成像技术        | 具备                                                            |  |
| 9.10  | 磁化对比技术             | 具备                                                            |  |
| 9.11  | 智能化自动移床造影剂跟踪技术     | 具备                                                            |  |
| 9.12  | 心脏成像技术             | 具备                                                            |  |
| 9.13  | 心脏成像亮血技术           | 具备                                                            |  |
| 9.14  | 心脏成像黑血技术           | 具备                                                            |  |
| 9.15  | 延迟法心肌灌注成像技术        | 具备                                                            |  |
| 9.16  | 首过心肌灌注成像           | 具备                                                            |  |
| 9.17  | 心脏电影技术             | 具备                                                            |  |
| 9.18  | 心脏梯度快速成像技术         | 具备                                                            |  |
| 9.19  | 心电门控、呼吸门控及运动伪影校正技术 | 具备                                                            |  |
| 9.20  | 心脏心肌定量 Mapping 序列  | 含 Native T1 Mapping、T2 Mapping、T2* (T2 星) 三类定量成像, 用于心肌纤维化、水肿。 |  |
| 10    | 骨关节成像              |                                                               |  |
| 10.1  | 三维各向同性容积成像序列       | 具备                                                            |  |
| 10.2  | 三维高分辨率软骨成像         | 具备                                                            |  |
| 10.3  | 高分辨率内耳三维成像         | 具备                                                            |  |
| 10.4  | 高分辨率颈髓成像           | 具备                                                            |  |
| 10.5  | 骨关节水脂分离快速自旋回波      | 具备                                                            |  |
| 10.6  | 全脊柱成像              | 具备                                                            |  |
| 10.7  | 图像无缝拼接软件包          | 具备                                                            |  |
| 10.8  | 骨皮质成像              | 具备                                                            |  |
| 10.9  | 骨膜成像               | 具备                                                            |  |
| 10.10 | 去金属伪影成像            | 具备                                                            |  |
| 11    | 乳腺成像               |                                                               |  |
| 11.1  | 高分辨率动态成像           | 具备                                                            |  |
| 11.2  | 乳腺压脂技术             | 具备                                                            |  |
| 11.3  | 硅成像技术              | 具备                                                            |  |
| 11.4  | 双侧乳腺弥散成像           | 具备                                                            |  |
| 12    | 伪影校正技术             |                                                               |  |
| 12.1  | 流体补偿               | 具备                                                            |  |
| 12.2  | 头部伪影校正             | 具备                                                            |  |
| 12.3  | 去金属伪影技术            | 具备                                                            |  |
| 12.4  | 消除磁敏感伪影            | 具备                                                            |  |

|           |                                                              |    |  |
|-----------|--------------------------------------------------------------|----|--|
| 12.5      | 卷积伪影去除                                                       | 具备 |  |
| 12.6      | 抑制头部、腹部、关节、颈部运动伪影                                            | 具备 |  |
| 12.7      | 可应用于 T1 、T2、水抑制像、冠状位、矢状位 、横断位                                | 具备 |  |
| 13        | 智能扫描技术                                                       |    |  |
| 13.1      | 头部、脊柱、膝关节、腹部、肩关节、心脏智能扫描                                      | 具备 |  |
| 14        | 节时技术                                                         |    |  |
| 14.1      | 半扫描技术                                                        | 具备 |  |
| 14.2      | 全方向部分编码采集技术                                                  | 具备 |  |
| 14.3      | 矩形视野采集技术                                                     | 具备 |  |
| 14.4      | 三维重叠连续采集技术                                                   | 具备 |  |
| 14.5      | 一维并行采集技术                                                     | 具备 |  |
| 14.6      | 二维并行采集技术                                                     | 具备 |  |
| 14.7      | 时空并行采集技术                                                     | 具备 |  |
| 14.8      | 部分回波采集                                                       | 具备 |  |
| <b>十一</b> | <b>其他成像技术</b>                                                |    |  |
| 1         | 并行采集技术成像(dS-SENSE 或者 ASSET 或者 iPAT 或其他同等技术)                  | 具备 |  |
| 2         | 运动伪影校正技术 (Propeller 3.0 或者 Blade 或者 Multivane 或其他同等技术)       | 具备 |  |
| 3         | 信/噪指示器                                                       | 具备 |  |
| 4         | 预扫描技术                                                        | 具备 |  |
| 5         | 3D 腹部增强扫描, (VIBE 或者 LAVA 或者 Thrive 或其他同等技术)                  | 具备 |  |
| 6         | 非造影增强外周血管成像                                                  | 具备 |  |
| <b>十二</b> | <b>高级功能成像</b>                                                |    |  |
| 1         | 快速自旋回波水脂分离成像 (mDIXON 或者 DIXON 或者 IDEAL 或其他同等技术)              | 具备 |  |
| 2         | 梯度回波水脂分离成像 (mDIXON 或者 DIXON-vibe 或者 LAVA FLEX 或其他同等技术)       | 具备 |  |
| 3         | 不打药灌注 3D ASL                                                 | 具备 |  |
| 3.1       | 提供 rCBF 兴趣区测量功能, 同时彩图自动优化处理 (非手工调整) 功能                       | 具备 |  |
| 4         | 双射频硬件下实现小视野弥散高清成像, ZOOM Diffusion 或者 FOCUS 或者 ZOOMIT 或其他同等技术 | 具备 |  |
| <b>十三</b> | <b>深度学习重建平台</b>                                              |    |  |

|           |                                                         |                                                |              |
|-----------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|
| *1        | 提供原厂深度学习技术平台                                            | 具备基于深度学习技术的 K 空间采集或重建技术                        |              |
| 2         | 全身压缩感知技术或以压缩感知为核心的技术                                    | 具备                                             |              |
| 3         | 基于深度学习技术的卷积神经网络的加速技术                                    | 具备                                             |              |
| 4         | 基于深度学习技术的智能扫描平台                                         | 具备                                             |              |
| 5         | 深度学习技术用于头部、颈部、胸部、心脏、腹部、脊柱、四肢、骨关节等智能定位                   | 具备                                             |              |
| 6         | 基于深度学习技术的磁共振专用质控组件                                      | 具备                                             |              |
| <b>十四</b> | <b>原厂高级影像后处理工作站</b>                                     | 2 套                                            |              |
| *1        | 各个厂家必须提供原厂品牌，能与主控制台一样完成各种后处理功能，不得用副控制台或者其他第三方工作站替代      | 具备                                             |              |
| 2         | MR 自动拼接软件                                               | 具备                                             |              |
| 3         | 脑灌注成像后处理软件                                              | 具备                                             |              |
| 4         | 三维后处理软件(SSD MIP MPR 等)                                  | 具备                                             |              |
| 5         | 提供三维动脉自选标记技术 (3D ASL)，基于快速自旋回波 FSE 序列采集，可提供脑血流量 (CBF 值) | 具备                                             |              |
| 6         | 高级神经后处理功能软件包                                            |                                                |              |
| 6.1       | 弥散成像后处理                                                 | 具备                                             |              |
| 6.2       | 皮层功能区分析软件包                                              | 具备                                             |              |
| 6.3       | 动态 EPI                                                  | 具备                                             |              |
| 7         | 内存 ≥64GB                                                | 具备                                             |              |
| 8         | 主频 ≥3.5GHz, ≥12 核                                       | 具备                                             |              |
| 9         | 硬盘容量 ≥2TB SSD/HDD                                       | 具备                                             |              |
| 10        | MIP,MPR,SSD 等                                           | 具备                                             |              |
| 11        | DICOM 图像转换成 JPG 格式                                      | 具备                                             |              |
| 12        | 图像分析系统 (测量、反转、滤波)                                       | 具备                                             |              |
| 13        | 工作站控制照相                                                 | 具备                                             |              |
| 14        | 图像管理                                                    | 具备                                             |              |
| 15        | 联网图像传输                                                  | 具备                                             |              |
| 16        | Dicom3.0 软硬接口 并负责连接 主台及后处理工作站都可                         | 具备                                             |              |
| 17        | 专业级显卡 显存≥16GB                                           | 具备                                             |              |
| <b>十五</b> | <b>外围设备及其他要求</b>                                        |                                                |              |
| 1         | 水冷机 (双压缩机)                                              | 磁共振专用水冷机组，具备双水泵，制冷量≥80KW，室外一体机，双机组，双控制系统，自动切换。 | 加装一体化自来水预处理过 |

|     |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
|-----|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 2   | 恒温恒湿精密机房专用空调（双压缩机）                     | 制冷量 $\geq 52\text{KW}$ ,风量 $\geq 15600\text{m}^3/\text{h}$ ,电加热 $\geq 18\text{kw}$ ,加湿量 $8\text{kg/h}$ 。                                                                                                                                                                        |  |
| *3  | 磁共振专用高压注射器                             | 高压注射器配套耗材仅限河南省集采目录产品。                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
| 3.1 | 双通道高压注射器                               | 具备                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 4   | 整机 UPS 不间断电源                           | 额定功率 200KVA/200KW, (停电后保持设备正常扫描状态下运行时间 $\geq 45$ 分钟, 整机待机 $\geq 6$ 小时) 。                                                                                                                                                                                                        |  |
| 5   | 配电柜                                    | 配备                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 6   | 台立柱式金属体外检测器 3 套、便携式金属体外探测仪 2 套。        | 配备                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 7   | 磁共振用无磁转移床、轮椅、治疗台车和多层脚踏各 1 个, 防磁输液架 1 个 | 转移床承重 $\geq 150$ 公斤(轮子等所有承重部分不能使用铝合金、塑料等类似的不耐磨、硬度低的材料),可靠刹车,符合相关国家标准。                                                                                                                                                                                                           |  |
| 8   | 磁共振专用无磁紫外线消毒仪 2 台                      | 灯管+LED 双模式                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 9   | 线圈及附属品的存放柜                             | 具备                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 10  | 文件柜和更衣柜各 2 个                           | 具备                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 11  | 候诊区及机房门口走廊音视频监控呼叫系统 1 套                | 具备                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 12  | 磁体间等机房屏蔽和特殊接地线                         | 由投标方负责, 达到厂家要求。                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |
| 13  | 机房、设备间、控制室、值班室和等候区等相关区域的准备工作           | 负责机房旧设备、设施的免费拆除、打包并运输到医院指定的场所; 与新设备运输、安装相关的建筑拆除与恢复; 机房和控制室、值班室等相关房间(放射科指定房间, 一楼做好防潮、整体做好防水)的改造、装修、空调水冷室外机环境美化、动力电源接入机房、保护接地等工程, 都为交钥匙工程(包括但不限于设备运输时相关建筑设施的拆除与恢复 + 室内外改造装修+病人更衣设施+LED 照明+机房用电+通风设施等)均由投标方完成, 最后由相关机构验收使用; 所有工程应委托有资质的正规单位进行, 设计、施工和所用材料等必须满足国家相关标准。建筑垃圾由施工方负责清除。 |  |
| 14  | 升降式阅片工位 8 个                            | 1、尺寸: 实际测量定制;<br>2、桌面: 高强度台面, 电动升降可调;<br>3、灯光: 触摸式暖光 LED 背景灯、可调色温和亮度照明书写灯;<br>4、无线充电: $\geq 15\text{W}$ 无线充电模块;<br>5、人体工学坐椅(铝制结构)。                                                                                                                                              |  |

|      |                                                                                |                                                                                                                                                          |  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15   | 6MP 审核专用 LED 显示器 2 台                                                           | 1、屏幕尺寸：≥30 英寸；<br>2、分辨率：≥3280x2048；对比度：≥2500:1；<br>3、点距≤0.197×0.197mm,配套质量控制 Qualitas Client 管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。 |  |
| 16   | 4MP 审核专用 LED 显示器 4 台                                                           | 1、屏幕尺寸≥27 英寸；<br>2、分辨率 2560×2144<br>3、配套质量控制管理软件：可检测显示器的亮度、色彩等，保证质控数据的真实有效，检测报告可以通过预设邮件发送给管理者，提供软件界面截图。                                                  |  |
| 17   | 工作站当下主流配置电脑 6 台                                                                | 参数不低于：酷睿 14 代 i7/32G 内存/1T 固态硬盘/6G 独显（至少包含 HDMI 和 DP 接口）/27 寸 2K IPS 防蓝光护眼 HDMI 和 DP 多接口显示器。                                                             |  |
| 18   | 98 英寸医用会诊显示系统 1 台                                                              | 1、屏幕尺寸：≥98 英寸；分辨率：≥3840×2160；<br>亮度：≥500cd/m <sup>2</sup> ；对比度：≥1200:1；<br>2、符合 DICOM 标准，具备分屏校正技术、分辨率自适应系统，配备无线投屏和医用电子讲台；<br>3、工作站主机：内存≥64G；屏幕尺寸≥27 英寸。  |  |
| 19   | 会议音频系统 1 套                                                                     | 1、功放：额定功率：≥150W 阻抗：4-8Ω，输出功率：>10dBm；频率响应：50Hz~18KHz±3dB；<br>2、音箱：覆盖角度：水平覆盖角≥80°，垂直覆盖角≥60°。                                                               |  |
| 20   | 会议影像系统 1 套                                                                     | 1、分辨率：≥1080p；<br>2、传感器：1/2.8 英寸，CMOS；<br>3、变焦：12 倍光学变焦，16 倍数字变焦。                                                                                         |  |
| 21   | 电子讲台 1 个                                                                       | 1、内置 KVM 一键切换内外网主机；<br>2、台面具备升降功能。                                                                                                                       |  |
| *22  | 影像 AI 智能诊断系统和 PACS                                                             | 一套                                                                                                                                                       |  |
| 22.1 | 系统服务模块：含核心服务系统，图像采集、存储、传输、归档、存储管理及设备连接模块                                       | 具备                                                                                                                                                       |  |
| 22.2 | 科室管理模块：含统计与查询工作站、排班管理、报告分发、影像刻录、管理驾驶舱                                          | 具备                                                                                                                                                       |  |
| 22.3 | 接口模块：HIS 基础数据接口模块、HIS 申请单接口模块、集成平台接口、自助打印系统接口、电子签名平台 CA 接口、EMR 接口、省市区域级大数据平台接口 | 具备                                                                                                                                                       |  |

|      |                                                 |                                                         |              |
|------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| 22.4 | 影像中心功能模块：含登记工作站、技师工作站、报告工作站、危急值模块、排队叫号模块及临床浏览模块 | 具备                                                      |              |
| 22.5 | 超声模块：含超声登记工作站、图文报告工作站、排队叫号系统、超声图文采集卡            | 具备                                                      |              |
| 22.6 | 云胶片模块：数据存储管理，展示，分享，公众号、等平台对接、报告二维码生成支持微信扫码查看    | 具备                                                      |              |
| 22.7 | AI 辅助诊断功能：含肺结节、肋骨骨折、MR 颅脑、冠脉和血管等辅助诊断系统          | 具备                                                      |              |
| 22.8 | 远程诊断、移动端诊断（含硬件）                                 | 具备                                                      |              |
| 23   | 肩关节硬性线圈 1 套                                     | 具备                                                      | ≥ 16 通道（非组合） |
| 24   | 足踝一体化硬性线圈 1 套                                   |                                                         |              |
| 25   | 膝关节专用硬式线圈 1 套                                   |                                                         |              |
| 26   | 等离子空气消毒模块                                       | 具备                                                      |              |
| 27   | 医用级无磁空气消毒机 2 台                                  | 具备                                                      |              |
| 28   | 无磁温湿度计                                          | 3 台                                                     |              |
| 29   | 提供机房加湿除湿一体机（商用无磁）                               | 2 台                                                     |              |
| 30   | 无磁维修工具                                          | 1 套                                                     |              |
| 31   | 设备软件、资料                                         | 提供完整的设备软件包和密码、使用手册（含中文版）、维修手册（含整机详细电路图）、维修软件、备件清单和登录密码。 |              |
| 32   | 备件、专用工具                                         | 免费提供质保期内设备正常运行和维护必不可少的备件、专用工具、水模和消耗品等，并列出具详细清单。         |              |
| 33   | 设备安装完毕进行验收前，必须提供第三方出具的“影像质量控制”现场检测报告。           | 提供                                                      |              |
| 34   | 报价内包含以上所有与院内网络连接硬件及软件费用                         | 提供                                                      |              |
| 35   | 设备停产后的备件供应≥8 年；国内有备件仓库；省内固定维修工程师                | 具备                                                      |              |

## 二、项目相关要求

1. “一、技术（参数和性能）要求” “★” 有一项不符合按无效文件处理。

2.投标人应如实描述所投产品的技术参数和性能，不得完全复制粘贴上表技术参数和性能描述。因完全复制粘贴上表技术参数和性能描述而产生不利于投标人评审风险的，由投标人自行承担。

3.招标货物技术要求中的重要技术条款（指加“★”和“\*”的技术条款），投标人应在投标文件中提供其投标产品满足招标文件重要技术条款要求的客观证据材料（技术支持资料）作为投标文件的一部分，以证明投标人真实并响应招标文件的重要技术条款。招标货物技术要求条款中，未加“\*”条款为一般技术条款。

4.质保期：从验收合格之日起开始计算整机5年原厂质保（合同签订前需提供生产厂商的质保承诺）。

#### 4. 供货要求

4.1 投标人须提供符合国家质量标准、部颁标准、行业标准或本招标文件规定标准的、供货渠道合法的全新原装合格正品（包括零部件），如安装或配置软件的，须为正版软件。所提供的货物应当同时符合国家有关安全、卫生、环保规定。本项目中所投产品涉及工业产品生产许可证的，该产品应具有由质监部门颁发给制造商的关于该产品的《全国工业产品生产许可证》；本项目中所投产品涉及纳入国家认证认可监督管理委员会现行《强制性产品认证目录描述与界定表》管理的强制性认证产品（简称 3C 认证产品）的，该产品应具有由认证机构颁发给制造商的该产品强制性认证证书；本项目中所投产品涉及网络通讯产品的，该产品应具有工信部门颁发的入网许可证。

4.2 采购人使用中标人中标的货物、技术、资料、服务或其他任何一部分时，享有无偿使用权。免受第三方提出的侵犯其专利权、著作权、商标权或其他知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

## 5. 售后服务

### 5.1 售后服务机构

①提供所投产品供应商或制造商售后服务机构情况，包括地址、技术人员及联系方式，售后技术人员力量、设备实力等。

②供应商应在投标文件中声明中国境内有技术服务机构及有经验的技术人员、有备件库，能够提供技术和培训等。

### 5.2 售后服务内容

5.2.1 质保期内（以本项目验收合格之日算起）应当为采购人提供以下技术支持和服务

①电话咨询。中标人或制造商应当为采购人提供技术援助电话，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法。

②现场响应。设备整个使用期内，供应商应确保设备的正常使用。故障响应时间 $\leq 1$  小时，应急上门服务响应时间 $\leq 4$  小时，并可提供核心部件应急使用。

③中标人向用户提供全套设备维修资料并定期对所供设备系统运行情况进行检测、维护，具有设备故障自检系统，消除故障隐患，以保证设备的正常运行。

④设备交付使用后，中标人应每季度对该设备进行保养一次，并出具保养报告。

⑤质保期内该设备应保证 97%的无故障率，如达不到要求，每少于一天质保期顺延 5 天，如造成严重损失需赔偿用户经济损失或换货或退货。

⑥技术升级，如果制造商的产品技术升级，中标人应及时通知采购人，如采购人有相应要求，中标人和制造商应对采购人购买的产品进行免费升级服务。

⑦维修保障：中标方应提供中文说明书、操作手册、详细维修手册、整机线路图、系统安装软件及维修密码，软件终身免费升级。

#### 5.2.2 质保期后应当为采购人提供以下技术支持和服务

应同样提供免费电话咨询服务，并应承诺提供产品上门维护服务。

#### 5.3 售后技术培训

①中标方对设备操作及维修人员进行维修培训，直至操作及维修人员熟练掌握操作及维修技能为止。②对我院使用科室及维修人员关于机器常见故障及解决方案进行培训，培训必须达到我方熟练掌握机器操作流程，能解决常见故障。

③中标供应商须提供 2 人次外出（三甲医院）技术培训，每人每次不少于 1 个月；提供 3 人次外出（三甲医院）诊断新技术应用培训，每人每次不少于 3 个月，所有费用由中标方承担。

#### 5.4 备品备件及易损件

①质保期内免费提供设备运行和维护所必需的全新原厂备品备件及易损件，未经采购人同意不得使用非原厂备品备件及易损件或翻新件，在质保期外保证备品备件及易损件长期稳定供货，且价格不应高于质保期内报价，如有特殊情况请在投标文件中注明。投标人应提供原厂标准的备品备件、易损件、消耗资料价格清单及折扣率。

②所有备品备件在发运前都应进行测试，以保证正常运行。

#### 5.5 安装、调试、试运行

①在设备安装前，须做好环境的设计和准备工作。设备的安装使用环境要求，包括供电、温度、湿度、空气净度和磁场、电场和电磁波的干扰、缆线敷设等。

②中标供应商负责安装调试。

③测试工作所需的仪器仪表、工具、材料均由中标供应商负责。

④调试须按照说明书的要求进行，应对医疗设备的各项技术功能逐一调试。

⑤当设备主要指标（软硬件齐全、技术功能实现、产品稳定性）达到招标文件要求，试运行通过。

⑥安装、调试并通过试运行。

#### 5.6 交货验收

①验收形式：联合验收。验收工作由各主管职能科室牵头，临床使用科室、国资科、医装部组成联合验收小组共同验收，签字确认。

②资料验收：验收资料包含验收报告、采购合同、进口报关单和商检单（如是进口产品须附）、产品合格证（或质量保证书）、装箱单或随货同行单、使用说明书、中文版操作和维护手册、常见故障说明等资料。

③设备验收。对设备的到货期是否在合同规定的期限内、生产日期是否在规定的期限内、硬件配置是否齐全、软件功能是否能实现、相关信息系统连接是否到位、电气安全等进行验收，确保机器能够安全有效地为临床服务。

④培训验收。中标厂家必须按招标文件要求对相关人员进行系统培训，并通过培训考核。

### 三、验收方式及标准

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体：河南省荣康医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否

是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收：☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：           ☒否

是否存在破坏性检测：☐是，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由中标人承担，被破坏的检测产品由中标人处理。（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☒ 否

验收组织的其他事项: /

(2) 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收  
(计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☐ 一次性验收

☑分期/分项验收：1、机房及配套用房改造施  
工装修工程进行竣工验收；2、货到进行产品收验；3、安装、调试、经技术  
培训后正式运行进行验收才为验收合格。

(4) 履约验收程序：采购人自行组织验收

(5) 履约验收的内容：按照招标文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况）

(6) 履约验收标准：合格、达到国家、行业有关标准及规范，且符合采购人需求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐ 是 ☒ 否

(8) 履约验收其他事项: 无 (产权过户登记等)

## 第七章 评标方法和标准

### 一、评标方法

采用综合评分法，总分值 100 分。评标委员会对各投标人的投标文件进行符合性审查、详细评审后，按评审得分由高到低顺序推荐排名。如评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序推荐排列；评审得分且投标报价相同的并列。

### 二、符合性审查

评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

| 评审因素     | 评审标准                      |
|----------|---------------------------|
| 标书雷同性分析  | 投标（响应）文件制作机器码不能一致         |
| 投标人名称    | 与营业执照、资质证书一致              |
| 投标文件签字盖章 | 符合招标文件的要求                 |
| 投标报价     | 只能有一个有效报价，且投标报价不得超过最高限价   |
| 交货期      | 符合第一章“招标公告”规定             |
| 交货地点     | 符合第一章“招标公告”规定             |
| 质保期      | 符合第一章“招标公告”规定             |
| 投标有效期    | 符合第二章“投标人须知前附表”第 24.1 项规定 |
| 付款方式     | 符合第二章“投标人须知前附表”第 50.1 项规定 |
| 其他要求     | 符合法律法规和招标文件中规定的其他实质性要求    |

### 三、详细评审

#### 1. 澄清有关问题

1.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

1.2 投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

1.3 允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致或不规则的地方。

#### 2. 政府采购异常低价审查

2.1 政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：

（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值 65% 的，即  $\text{投标（响应）报价} < \text{全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值} \times 65\%$ ；

（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价 65% 的，即  $\text{投标（响应）报价} < \text{通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价} \times 65\%$ ；

(3) 投标(响应)报价低于采购项目最高限价 65% 的, 即投标(响应) 报价 $<$ 采购项目最高限价 $\times$ 65%;

(4) 评审委员会基于专业判断, 认为供应商报价过低, 有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。

2.2 评审委员会启动异常低价投标(响应)审查后, 属于前述(1)至(4)情形的, 应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标(响应)价格作出解释, 提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料, 包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等, 给予相关供应商的合理时间一般不少于 30 分钟。其中, 属于(3)情形的, 供应商已随投标(响应)文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的, 在评审现场可不再重复提交。

2.3 评审委员会依据专业经验, 参考同类项目中标(成交)价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况, 对报价合理性进行判断。投标(响应)供应商不能提供书面说明、证明材料, 或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的, 评审委员会应当将其作为无效投标(响应)处理。

### 3. 综合比较与评价

3.1 评标委员会按照招标文件中规定的评标方法和标准, 对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评审, 综合比较与评价。

3.2 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分，由评标委员会推荐 3 名中标候选人。

3.3 投标人的评审得分为所有评委评审得分的算术平均值，评审得分取至小数点后两位（第三位四舍五入）。

3.4 评标委员会完成评标后，应当出具书面评标报告。

3.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

## 四、评分标准（满分100分）

| 评分因素          | 评分内容     | 评分标准                                                                                                                                                                                       | 分值 |
|---------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 价格部分<br>(30分) | 投标报价     | 实质性满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。<br>其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：<br>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。<br>因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价得分（当涉及政府采购政策叠加时，统一在原投标报价的基础上进行价格扣除）。                      | 30 |
| 综合部分<br>(15分) | 业绩       | 提供投标人或制造商自 2023 年 1 月 1 日以来（以合同签订时间为准）签订的所投产品同品牌同型号的供货业绩证明材料，每提供一项得 2 分，最多得 6 分。<br><br>注：业绩证明材料：须同时提供合同和中标（成交）通知书及验收报告复印件或扫描件。                                                            | 6  |
|               | 环保标志产品清单 | 投标产品为环境标志产品政府采购品目清单内的产品，每有一项加 0.5 分，最多加 1 分。<br><br>应提供所报环境标志产品的《中国环境标志产品认证证书》扫描件（认证证书未载明规格型号的，须同时提供认证证书配套附件），认证证书应在有效期内，且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产<br><br>品认证机构名录的公告》目录内，否则不予确认。 | 1  |
|               |          | 除政府采购强制节能产品外，投标产品为节能产品政府采购品目清单内产品，每有一项加                                                                                                                                                    | 1  |

| 评分因素 | 评分内容   | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值 |
|------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      | 节能产品清单 | 0.5 分,最多加 1 分。应提供所报节能产品的《中国节能产品认证证书》扫描件(认证证书未载明规格型号的,须同时提供认证证书配套附件),认证证书应在有效期内,且认证机构在《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》目录内,否则不予确认。                                                                                                                                                         |    |
|      | 培训方案   | <p>投标人应根据项目情况提供培训方案,包括但不限于负责医院医生/技师本医院及到其他医院进行操作和诊断培训。评标委员会根据投标人提供的培训方案进行评价。</p> <p>培训方案全面,合理、可行,可实施性强,有制定培训计划,所供产品操作指南简单易懂,培训时长充分且高效、人数充足,能很好的满足本项目要求的得 3 分;</p> <p>培训方案各方面安排较合理,有培训计划,能够提供产品操作指南,培训时长基本满足项目需求、人数基本满足,可实践实施的得 2 分;</p> <p>培训方案内容与本项目实际不符,操作性一般,培训时长及人数基本满足需求的得 1 分;未提供的不得分。</p> | 3  |
|      |        | 投标人提供针对本项目的具体、可行的售后服务方案(包括但不限于售后服务内容、售后人员的配备、紧急故障处理预案等)评标委员会根据投标人提供的售后服务方案进行评审:                                                                                                                                                                                                                  | 4  |

| 评分因素          | 评分内容       | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                                             | 分值 |
|---------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|               | 售后服务方案     | <p>1.售后服务方案详尽具体、售后服务体系完备，售后人员（原厂培训工程师）的配备完全满足项目需求、紧急故障处理预案科学、故障响应时间合理、优惠承诺切实可行，得 4 分；</p> <p>2.售后服务方案较详尽具体、售后服务体系较完备，售后人员的配备基本满足项目需求、紧急故障处理预案较科学、故障响应时间较合理、优惠承诺较可行，得 2 分；</p> <p>3.售后服务方案及优惠承诺不合理，针对性不明显，得 1 分。</p> <p>未提供者不得分。</p>                                              |    |
| 技术部分<br>(55分) | 技术要求和参数响应度 | <p>根据投标人所投产品的配置与招标要求的响应情况确定得分：</p> <p>1.投标人完全符合招标文件配置要求得 40 分；</p> <p>2.带“*”号的技术参数为重要技术指标，每有一项负偏离即在 40 分的基础上扣除 1 分；非“*”号投标技术参数有负偏离的，每有一项在 40 分的基础上扣 0.5 分；扣完为止。</p> <p>注：</p> <p>1. 凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。</p> <p>2. 加*参数及正偏离参数须提供技术支持材料，否则按加*参数不满足要求或正偏离项不予认可。</p> | 40 |

| 评分因素 | 评分内容       | 评分标准                                                                                                                                                                                                                                                  | 分值 |
|------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |            | <p>3.建议各投标人在投标文件中标注加*技术参数技术支持资料的页码，否则因此导致评委无法判断偏离情况的，后果投标人自负。</p> <p>4. 技术支持资料： 投标人须提供响应招标文件要求的产品检验检测机构出具的检验检测报告或产品使用说明书或所投产品型号在社会上公开发行的带有技术要求的彩页或技术白皮书（采购需求中有要求的从其要求），且对提供技术支持资料的真实性负责，并承担相应的法律责任。</p> <p>5、非“*”号技术参数可不提供技术支持资料，但须如实响应，否则按负偏离处理。</p> |    |
|      | 设备性能       | <p>以招标文件技术参数基本要求为参考，根据各投标人提供设备工艺、可操作性、安全稳定性等情况综合打分。设备工艺先进性、可操作性、安全稳定性最好且完全满足采购人需求的，得 5 分；</p> <p>设备工艺先进性、可操作性、安全稳定性较好基本满足采购人需求的，得 3 分；</p> <p>设备工艺先进性、可操作性、安全稳定性一般的，得 1 分；</p> <p>未提供不得分。</p>                                                         | 5  |
|      | 供货、安装及调试方案 | <p>以招标文件供货、安装及调试的基本要求为参考进行评审打分。</p> <p>供货、安装及调试的方案（供货、安装调试前期工作、人员配备、时间安排、工具配备）内容翔实具体、安装调试充分且高效、人数充足，实施保障措施可靠，满足项目实施得 5 分；</p>                                                                                                                         | 5  |

| 评分因素 | 评分内容            | 评分标准                                                                                                                                 | 分值 |
|------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|      |                 | 有较具体的供货、安装及调试方案，内容较详实，基本满足项目需求得 3 分；<br>方案欠完备，内容一般，基本满足需求得 1 分；未提供不得分。                                                               |    |
|      | 机房及配合用房改造施工装修方案 | 根据投标人提供的机房及配合用房改造施工装修方案进行综合比较，方案切实、可行、工期合理得 4 分；<br>方案基本切实可行、工期较合理得 2 分；<br>有方案但不够详细得 1 分；<br>未提供不得分。                                | 4  |
|      | 备品、备件供给情况       | 以招标文件备品备件基本要求为参考进行评审打分。<br>根据各投标人提供质保期内、外备品备件供应及报价情况综合打分，供应最齐全、价格最合理的得 1 分；<br>供应较齐全且价格较合理的得 0.5 分；<br>供应较齐全且价格不合理的得 0 分；<br>未提供不得分。 | 1  |

## 第八章 政府采购合同

# 政府采购货物买卖合同 (最终以双方签订合同为准)

项目名称：河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目

合同编号：\_\_\_\_\_

甲 方：\_\_\_\_\_

乙 方：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：\_\_\_\_\_（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方）

乙方（全称）： （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关  
的法律法规，以及本采购项目的招标/谈判文件等采购文件、乙方的《投  
标（响应）文件》及《中标（成交）通知书》，甲乙双方同意签订本合  
同。具体情况及要求如下：

## 1. 项目信息

(1) 采购项目名称：河南省荣康医院 3.0T 核磁共振采购项目

采购项目编号： 豫财招标采购-2026-1003

(2) 采购计划编号:

(3) 项目内容:

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

品牌: 规格型号:

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

①涉及信息类产品，请填写该产品关键部件的品牌、型号：

标的名称:

关键部件: 品牌: 型号:

关键部件: 品牌: 型号:

关键部件: 品牌: 型号:

(注：关键部件是指财政部会同有关部门发布的政府采购需求标准规定的需要通过国家有关部门指定的测评机构开展的安全可靠测评的软硬件，如CPU芯片、操作系统、数据库等。)

②涉及车辆采购，请填写是否属于新能源汽车：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 数量：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

☐否

(4) 政府采购组织形式：☐政府集中采购 ☐部门集中采购 ☒分散采购

(5) 政府采购方式：☒公开招标 ☐邀请招标 ☐竞争性谈判 ☐竞争性磋商

☐询价 ☐单一来源 ☐框架协议 ☐其他：\_\_\_\_\_

(注：在框架协议采购的第二阶段，可选择使用该合同文本)

(6) 中标(成交)采购标的制造商是否为中小企业：☐是 ☐否

本合同是否为专门面向中小企业的采购合同(中小企业预留合同)：☐是 ☒否

若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：☒是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：☐是 ☐否

中标(成交)采购标的制造商是否为监狱企业：☐是 ☐否

(7) 合同是否分包：☐是 ☒否

分包主要内容：\_\_\_\_\_

分包供应商/制造商名称(如供应商和制造商不同，请分别填写)：

分包供应商/制造商类型(如果供应商和制造商不同，只填写制造商类型)：

☐大型企业 ☐中型企业 ☐小微企业

☐残疾人福利性单位 ☐监狱企业 ☐其他

(8) 中标(成交)供应商是否为外商投资企业：☐是 ☐否

外商投资企业类型：☐全部由外国投资者投资 ☐部分由外国投资者投资

(9) 是否涉及进口产品：

☐是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：\_\_\_\_\_ 金额：\_\_\_\_\_

国别：\_\_\_\_\_ 品牌：\_\_\_\_\_ 规格型号：\_\_\_\_\_

☒否

(10) 是否涉及节能产品：

☐是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☒否

是否涉及环境标志产品：

☒是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☒优先采购

☐否

是否涉及绿色产品：

☐是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：\_\_\_\_\_

☐强制采购 ☐优先采购

☐否

(11) 涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

☒是 ☐否 ☐不涉及

## 2. 合同金额

(1) 合同金额小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

分包金额（如有）小写：\_\_\_\_\_

大写：\_\_\_\_\_

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

（2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

☒固定总价 ☐固定单价 ☐固定费率 ☐成本补偿 ☐绩效激励 ☐其他\_\_\_\_\_

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

☐全额付款：本项目验收合格且乙方提供增值税专用发票后，甲方向乙方支付全部合同金额。

☒分期付款：机房及配合用房施工竣工验收合格后支付合同额的 10%，货到医院经验收合格支付合同额的 30%，培训、调试及正式运营正常后 30 天内支付完毕。乙方开具设备全额发票，结算依据：采购合同、发票、验收合格单。

☐成本补偿：\_\_\_\_\_（应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

☐绩效激励：\_\_\_\_\_（应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

### 3. 合同履行

（1）起始日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，完成日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

（2）履约地点：\_\_\_\_\_

（3）履约担保：是否收取履约保证金：☒是 ☐否

收取履约保证金形式：以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式。

收取履约保证金金额：合同总金额的5%

履约担保期限：项目验收通过后 30 日历日内无息退还

（4）分期履行要求：\_\_\_\_\_

（5）风险处置措施和替代方案：\_\_\_\_\_

### 4. 合同验收

（1）验收组织方式：☒自行组织 ☐委托第三方组织

验收主体： 河南省荣康医院

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：☐是 ☒否

是否邀请专家参加验收：☐是 ☒否是否邀请服务对象参加验收：☐是 ☒否

是否邀请第三方检测机构参加验收: ☐是 ☒否

是否进行抽查检测：☐是，抽查比例：☐否

是否存在破坏性检测：☒是，对质量有争议时视情况进行破坏性抽样检验，检验中被破坏的货物价款由乙方承担，被破坏的检测产品由乙方处理。（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

☐ 否

验收组织的其他事项：

(2) 履约验收时间: 供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收 (计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起 10 日内组织验收)

(3) 履约验收方式: ☒ 一次性验收

□分期/分项验收：1、机房及配套用房改造施工装修工程进行竣工验收；2、货到进行产品收验。3、安装、调试、经技术培训后正式运行进行验收。

(4) 履约验收程序：采购人自行组织验收

(5) 履约验收的内容：按照招标文件要求组织验收（应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展等政策情况）

(6) 履约验收标准：达到国家有关标准及规范，且符合采购人需求。

(7) 是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考: ☐是 ☒否

(8) 履约验收其他事项: 无 (产权过户登记等)

## 5. 组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

- (1) 政府采购合同协议书及其变更、补充协议
- (2) 政府采购合同专用条款
- (3) 政府采购合同通用条款
- (4) 中标（成交）通知书
- (5) 投标（响应）文件
- (6) 采购文件
- (7) 有关技术文件，图纸
- (8) 国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

#### 6. 合同生效

本合同自\_\_\_\_\_生效。

#### 7. 合同份数

本合同一式\_\_\_\_份，甲方执\_\_\_\_份，乙方执\_\_\_\_份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

合同订立地点：\_\_\_\_\_

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

|                                   |  |                  |  |
|-----------------------------------|--|------------------|--|
| 甲方（采购人、受采购人委托签订合同的单位或采购文件约定的合同甲方） |  | 乙方（供应商）          |  |
| 单位名称（公章或合同章）                      |  | 单位名称（公章或合同章）     |  |
| 法定代表人或其委托代理人（签章）                  |  | 法定代表人或其委托代理人（签章） |  |
|                                   |  | 拥有者性别            |  |
| 住 所                               |  | 住 所              |  |
| 联 系 人                             |  | 联 系 人            |  |
| 联系电话                              |  | 联系电话             |  |
| 通信地址                              |  | 通信地址             |  |
| 邮政编码                              |  | 邮政编码             |  |
| 电子邮箱                              |  | 电子邮箱             |  |
| 统一社会信用代码                          |  | 统一社会信用代码         |  |
|                                   |  | 开户名称             |  |
|                                   |  | 开户银行             |  |
|                                   |  | 银行账号             |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。        |  |                  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

### 1. 定义

#### 1.1 合同当事人

(1) 采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

(2) 供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

(3) 其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

#### 1.2 本合同下列术语应解释为：

(1) “合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

(2) “合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

(3) “货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料 and 材料等。

(4) “相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

(5) “分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

(6) “联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

(7) 其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

## 2. 合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

## 3. 履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

## 4. 甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

## 5. 乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3 乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

## 6. 合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

## 7. 货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

## 8. 质量要求（标准）和保证

### 8.1 质量要求（标准）

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

### 8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

## 9. 权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

## 10. 知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

## 11. 保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 12. 合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后 10 个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

## 13. 履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

## 14. 售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

- (1) 货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；
- (2) 提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；
- (3) 在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；
- (4) 在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；
- (5) 依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；
- (6) 【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

## 15. 违约责任

### 15.1 质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量要求（标准）或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

### 15.2 迟延交货的违约责任

(1) 乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

(2) 如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务, 甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法, 赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益, 且赔偿金额无法弥补公共利益损失, 甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

### 15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的, 应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4 其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

## 16. 合同变更、中止与终止

### 16.1 合同的变更

政府采购合同履行中, 在不改变合同其他条款的前提下, 甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物, 并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

### 16.2 合同的中止

(1) 合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的, 甲方认为有必要的, 可以中止合同的履行。

(2) 合同履行过程中, 如果乙方出现以下情形之一的: 1. 经营状况严重恶化; 2. 转移财产、抽逃资金, 以逃避债务; 3. 丧失商业信誉; 4. 有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形, 乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的, 合同继续履行; 乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的, 视为拒绝继续履约, 甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(3) 乙方分立、合并或者变更住所的, 应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方, 致使合同履行发生困难的, 甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

(4) 甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

### 16.3 合同的终止

(1) 合同因有效期限届满而终止；

(2) 乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

#### 16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

### 17. 合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

### 18. 不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

### 19. 解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【**政府采购合同专用条款**】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【**政府采购合同专用条款**】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

## 20. 政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履行验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

## 21. 法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

## 22. 通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3 本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4 通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

## 23. 合同未尽事项

23.1 合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

### 第三节 政府采购合同专用条款

|                    |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 1.2 (6) 项 | 联合体具体要求             | 不接受                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 第二节<br>第 1.2 (7) 项 | 其他术语解释              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第二节<br>第 4.4 款     | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 第二节<br>第 4.6 款     | 约定甲方承担的其他义务和责任      | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 第二节<br>第 5.4 款     | 约定乙方承担的其他义务和责任      | <p>1、乙方应当按照本合同及附件的约定向甲方提供合格的产品。乙方须保证提供的产品是最新生产日期且需经甲方确认。</p> <p>2、在产品交付使用前所发生的所有与产品相关的运输、安装及安全保障等税费用均由乙方负责；包装应抗震、防潮、防冻、防锈，适于长途运输，符合行业运输标准，乙方应对由于包装不当或防护措施不力而导致的商品损坏、损失、腐蚀增加费用等后果负责。</p> <p>3、甲方签署验收合格单之日视为货物交付之日，在此之前发生的产品毁损、灭失等风险由乙方承担。</p> <p>4、未经甲方事先书面同意，乙方不能转让本合同项下的权利、义务。</p> <p>5、乙方应当安全生产、运输、安装调试和维护，杜绝发生安全事故，如发生安全事故和人身损害的，由乙方负责。</p> |
| 第二节<br>第 6.1 款     | 履行合同义务的顺序           | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                     |                    |                                                                                                                     |
|---------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 7.1 款      | 包装特殊要求             | /                                                                                                                   |
|                     | 指定现场               |                                                                                                                     |
| 第二节<br>第 7.2 款      | 运输特殊要求             | /                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 7.3 款      | 保险要求               | /                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 8.2 (1) 项  | 质量保证期              | ____年，从验收合格之日起开始计算。                                                                                                 |
| 第二节<br>第 8.2 (3) 项  | 货物质量缺陷<br>响应时间     | 所有服务必须 1 个小时响应，2 个小时内定位故障，4 小时内到达用户指定地点。                                                                            |
| 第二节<br>第 11.1 款     | 其他应当保密的信息          | /                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 12.2 款     | 合同价款支付时间           |                                                                                                                     |
| 第二节<br>第 13.2 款     | 履约保证金不予退还的情形       | 1、乙方不履行合同，或者履行合同义务不符合约定使得合同目的不能实现，履约保证金不予退还，给甲方造成的损失超过履约保证金数额的，乙方还应当对超过部分予以赔偿。<br><br>2、乙方有任何违约行为的，甲方有权全额扣收乙方履约保证金。 |
| 第二节<br>第 13.3 款     | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |                                                                                                                     |
| 第二节<br>第 14.1 (3) 项 | 运行监督、维修期限          | /                                                                                                                   |

|                     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第二节<br>第 14.1 (5) 项 | 货物回收的约定        | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 14.1 (6) 项 | 乙方提供的其他服务      | <p>1、本合同的质量保证期（简称“质保期”）自产品验收合格之日起计算。</p> <p>2、产品的质保期为____年，须有厂家承诺的保修证明。</p> <p>3、质保期间，乙方承担零配件更换及产品质量等问题而产生的任何维修费用，包括在厂家（供应商维修服务中心）维修时的包装、运保费等；乙方承担设备按照产品手册维护保养所需的保养费。</p> <p>4、质保期内，乙方需要提供每年 <u>2</u> 次的免费巡检和保养。</p> <p>5、质保期后，乙方承诺只收取零配件费，工程师产生的交通、住宿、工资等费用由乙方全部承担。</p> <p>6、售后服务（见投标文件____页）。</p> |
| 第二节<br>第 15.1 款     | 修理、重作、更换相关具体规定 | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 15.2 (2) 项 | 迟延交货赔偿费        | 乙方未按本合同约定期限交付产品、完成安装调试的，每逾期一天应按延期交货金额日 0.05% 向甲方支付违约金。逾期超过 20 天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿。                                                                                                                                                         |
| 第二节<br>第 15.3 款     | 逾期付款利息         | /                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 第二节<br>第 15.4 款     | 其他违约责任         | <p>1、乙方所交货物的品质数量、规格型号、技术参数等不符合本合同约定及甲方招投标文件要求的，甲方可以选择：</p> <p>(1) 拒收或退回货物，并要求乙方退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30% 向甲方支付违约</p>                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿；</p> <p>(2) 要求乙方更换或补齐，因此导致逾期交付的，每逾期一天应按延期交货金额日万分之五向甲方支付违约金。逾期超过 20 天的，甲方有权解除本合同，乙方应退还甲方已支付的购买价款，并按本合同总金额的 30% 向甲方支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿。</p> <p>2、乙方有任何违约行为的，甲方有权全额扣收乙方履约保证金。</p> <p>3、对于乙方应支付的违约金、赔偿金，甲方有权直接从应付货款中抵扣，不足部分，乙方应在接到甲方通知之日起 5 日内支付完毕，否则乙方应按应付金额的日万分之五自逾期之日至实际支付之日向甲方支付违约金。</p> <p>4、有下列情况之一者，甲方有权停止拨款，并可选择解除合同，乙方还应当负责赔偿：</p> <p>(1) 因乙方原因造成重大事故，且无能力继续履约；</p> <p>(2) 乙方挪用项目款，致使项目进度迟缓，大幅度延缓交付期；(3) 乙方在实施过程中因乙方其他原因致使合同约定的交付期根本无法达到的；(4) 乙方在实施过程中的主要部分质量明显无法达到合格要求，经甲方要求整改却无正当理由拒绝整改的；(5) 乙方将项目转包、违法分包的。</p> <p>发生上述任一情形，甲方解除合同的，乙方除应承担违约责任（即按本中标金额的 10% 支付违约金）外，还应赔偿因此给甲方造成的一切损失。甲方因乙方严重违约解除合同的，已交付的合格产品按本合同约定单价结算，不合格产品由乙方在 5 个工作日内自行回收，逾期未回收的，甲方有权折价处理或销毁，处置费用从乙方已收款中扣除；乙方需在合同解除后 10 个工作日内退还甲方已支付的超出合格产品结算金额的</p> |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |         | 款项，逾期未退还的，按应退金额的日 0.05% 支付利息。                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 第二节<br>第 19.2 款 | 争议解决的方法 | <p>1、因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 (2) 种方式解决：</p> <p>(1) 向_____仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为_____；</p> <p>(2) 向_甲方所在地_人民法院起诉。</p> <p>2、因履行本合同发生争议时，甲乙双方应首先通过协商方式解决。协商不成的，则任一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。除法院另有判决外，因解决争议而发生的一切费用由败诉方承担，包括但不限于诉讼费、财产保全费、鉴定费、邮寄费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等。</p> <p>3、在诉讼期间，甲乙双方仍应继续履行本合同不涉及争议的条款。</p>        |
| 第二节<br>第 23.1 款 | 其他专用条款  | <p>1、本合同最终结算总价=经双方确认的实际完成工程量×本合同约定的固定综合单价（含税）。</p> <p>2、本合同生效后____日历天内，乙方负责将货物运到甲方指定地点并安装调试完毕。甲方变更安装地点的，可以提前 1 天通知乙方，乙方应当按照甲方要求变更安装地点并完成安装调试，乙方不得要求甲方支付安装、运输费用或增加的安装、运输费用。</p> <p>3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、资料及配件、工具（如有）等交付给甲方；乙方未及时完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定交货，乙方必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由乙方承担相关的违约责任并赔偿由此给甲方造成的损失。</p> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>4、货物到达现场后，乙方交付的货物完全符合本合同和招、投标文件所规定的品质数量、规格型号以及各项技术参数要求，且在安装调试运行正常后，甲方向乙方签署“验收合格单”。</p> <p>5、验收合格并不意味着甲方对乙方全部产品的品质确认，如产品发生质量问题，乙方仍应承担全部责任，包括但不限于免费退换货物并赔偿甲方全部损失等。</p> <p>6、如经检验、验收后不合格，甲方有权要求乙方更正并承担逾期交付的违约责任。如验收不能通过，则甲方有权解除合同，乙方需自收到甲方解除合同通知后的三个工作日内无条件退还已收取的所有款项，并按本合同标的额的 30% 支付违约金，该违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应当负责赔偿甲方损失。若乙方迟延退还甲方已付所有款项，以应退还金额为基数，自逾期之日起按日万分之五向甲方支付利息至实际付清之日止。</p> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 第九章 附件

### 附件1：河南省政府采购合同融资政策告知函

#### 河南省政府采购合同融资政策告知函

各供应商：

欢迎贵公司参与河南省政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的供应商融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交供应商，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购[2017]10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。

附件2：中小企业划型标准规定

关于印发中小企业划型标准规定的通知

工信部联企业[2011]300 号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关  
单位：

为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关  
于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），  
工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了  
《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵  
照执行。

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二〇一一年六月十八日

附件：

中小企业划型标准规定

一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。

二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。

三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。

四、各行业划型标准为：

（一）农、林、牧、渔业。营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 500 万元及以上的为中型企业，营业收入 50 万元及以上的为小型企业，营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（二）工业。从业人员 1000 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 300 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 300 万元以下的为微型企业。

（三）建筑业。营业收入 80000 万元以下或资产总额 80000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 6000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 300 万元及以上，且资产总额 300 万元及以上的为小型企业；营业收入 300 万元以下或资产总额 300 万元以下的为微型企业。

（四）批发业。从业人员 200 人以下或营业收入 40000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 20 人及以上，且营业收入 5000 万元及以上的为中型企业；从业人员 5 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为小型企业；从业人员 5 人以下或营业收入 1000 万元以下的为微型企业。

（五）零售业。从业人员 300 人以下或营业收入 20000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 50 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（六）交通运输业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 3000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 200 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 200 万元以下的为微型企业。

（七）仓储业。从业人员 200 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入

100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（八）邮政业。从业人员 1000 人以下或营业收入 30000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 20 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 20 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（九）住宿业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十）餐饮业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 2000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十一）信息传输业。从业人员 2000 人以下或营业收入 100000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 100 万元以下的为微型企业。

（十二）软件和信息技术服务业。从业人员 300 人以下或营业收入 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及

以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且营业收入 50 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或营业收入 50 万元以下的为微型企业。

（十三）房地产开发经营。营业收入 200000 万元以下或资产总额 10000 万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入 1000 万元及以上，且资产总额 5000 万元及以上的为中型企业；营业收入 100 万元及以上，且资产总额 2000 万元及以上的为小型企业；营业收入 100 万元以下或资产总额 2000 万元以下的为微型企业。

（十四）物业管理。从业人员 1000 人以下或营业收入 5000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 300 人及以上，且营业收入 1000 万元及以上的为中型企业；从业人员 100 人及以上，且营业收入 500 万元及以上的为小型企业；从业人员 100 人以下或营业收入 500 万元以下的为微型企业。

（十五）租赁和商务服务业。从业人员 300 人以下或资产总额 120000 万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上，且资产总额 8000 万元及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上，且资产总额 100 万元及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下或资产总额 100 万元以下的为微型企业。

（十六）其他未列明行业。从业人员 300 人以下的为中小微型企业。其中，从业人员 100 人及以上的为中型企业；从业人员 10 人及以上的为小型企业；从业人员 10 人以下的为微型企业。

五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。

六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。

七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计局部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。

八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。

九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。

十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局 2003 年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。