

单一来源采购专家论证意见表

采购单位	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）
项目名称	河南省肿瘤医院（中国医学科学院肿瘤医院河南医院）治疗型电子胃镜和电子支气管镜采购项目
项目金额	80 万元
单一来源采购项目原因及相关说明	我院目前已配置奥林巴斯 CV-290 图像处理装置内镜系统，设备运行稳定，临床手术开展情况良好。随着群众内镜诊疗意识持续增强，内镜检查及治疗患者数量逐年递增，原有内镜设备数量已无法满足临床使用需求。该系统采用企业专有不可替代技术，其他品牌的内镜产品无法与现有主机实现软硬件兼容。
专家论证意见	该院已购置有奥林巴斯 CV-290 图像处理内镜系统，临床一直在正常使用。现计划购置的镜子是其配件，只有原有设置设备，镜子才能与之匹配及正常使用。同意单一来源采购。 签名: 刘鸿雁 职称: 主任医师 电话: 15938703956 单位: 河南省肿瘤医院 2026 年 9 月 11 日
备注	专家论证意见栏需手填，专家人数为三人，此表每位专家填写一张。