

政府采购进口产品专家论证意见	
一、基本情况	
申请单位	郑州市第六人民医院
拟采购产品名称	医用血管造影 X 射线机(DSA)，1 套
拟采购产品金额	8500000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市第六人民医院医用血管造影 X 射线机(DSA)采购项目
采购项目所属项目金额	8500000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 医用血管造影 X 射线机(DSA)设备主要用于各类复杂、高难度介入及急危重症救治手术，对成像精度、设备稳定性、低剂量成像及三维重建性能要求极高。现阶段国产设备虽可满足常规基础诊疗，但在微细血管成像、运动伪影抑制、多模态融合等高端核心技术上仍存在短板，难以完全满足复杂手术临床需求。进口 DSA 设备技术成熟、成像精准、运行稳定，适配高难度介入手术，维保体系完善。 综上所述，我院申请购置进口的医用血管造影 X 射线机(DSA)设备。	

三、专家论证意见

进口医用血管造影机(DSA)球管热容量大,散热率高,平板探测器成像品质高,对微小血管、微小出血点和微小动脉瘤成像更清晰。低对比度病灶检出能力更强,可有效地降低漏诊和误诊现象的发生,辅助临床医生做出精准判断,有效地提高临床诊断和治疗的质量。国产设备与之相比尚有诸多欠缺和不足,同意采购进口产品。

专家签名:

冯福顺

2026年 5月 21日