

附件 2-4

河南省科学院采购项目预验收报告

预验收日期：2025 年 12 月 26 日

采购单位	河南省科学院半导体研究所	使用部门	科研部
项目名称	河南省科学院半导体研究所新型半导体材料制备及物性测量表征共享平台首批仪器设备购置项目（包一）	合同编号	豫财采标采购-2024-1151-A
供应商	深圳市展芯科技有限公司	中标（成交）通知书号	豫财采标采购-2024-1151
规格型号	DOT	设备生产商	深圳市展芯科技有限公司
存放地点	量子谷六楼半导体所实验室	运行使用时间	2025.12.23
设备名称	低温探针台		
是否纳入院大型仪器开放共享平台	√ 纳入院平台；纳入时间：2025 年 12 月 26 日 □ 未纳入；原因：_____		
配件清单	氦气压缩机；水冷机箱		
验收结论	技术指标 1：最低温度达到 4.5 K ☒ 通过 ☐ 不通过 技术指标 2：设定温度波动范围小于 0.1 K ☒ 通过 ☐ 不通过 技术指标 3：真空度小于 0.01 Pa ☒ 通过 ☐ 不通过 ... （留存影像记录备查，内容可另行附页）		
验收人签名	张恒 曹明阳 张恒		
项目负责人意见	低温探针台 DOT 正常运行，指标符合要求		崔保兴