（二）货物分项报价一览表

序号	设备名称	规格参数	品牌	规格型号	产地	制造商名称	单位	数量	单价	合价	是否属于小型、微型（监狱、残疾人福利性单位）企业生产的产品（填是/否）	备注
1	紫外可见分光光度计	1.光学系统：实时双光束，进口全息光栅**(已提供相关证明文件)** 2.检测器:进口光电倍增管**(已提供相关证明文件)** 3.波长准确度：±0.3nm(开机自动校准）波长重复性：0.1nm 4.光谱带宽：0.1,0.2,0.5,1.0,2.0,5.0nm 六档自动可变带宽 5.杂散光：≤0.010%T（220nm,NaI;340nm,NaNO2） 6.光度准确度:±0.002Abs(0~0.5Abs);±0.004bs（0.5~1.0Abs）±0.3%T(0~100%T) 7.光度重复性： 0.001Abs(0~0.5Abs);0.002Abs(0.5~1.0Abs) 8.基线平直度：±0.001Abs 9.基线漂移：**0.0003Abs/h**(500nm,0Abs 预热后) 10 噪声:±0.0004Abs 11.配置要求 11.1 双光束紫外可见分光光度计主机一台 11.2 操作软件一套 11.310mm 石英比色皿一对 11.4 长样品池架一套 11.5 配套品牌电脑（CPUUltra7+内存 16GB+硬盘 1TB+显卡 RTX4060）和打印机（黑白打印、分辨率	上海天满	T-5S	中国	上海天满仪器有限公司	台	6	67000	402000	是	无

		600dpi×600dpi、连续打印速度在 20ppm~40ppm）各一台										
2	液相色谱仪	1、主机核心硬件 1.1 包含串联双柱塞泵，流量覆盖 0.001-10.000mL/min，流量精密度 0.06%RSD，最大耐压 62MPa； 1.2 手动进样阀进样体积范围 0.1-100μL，最高温度 80℃，最大压力 40MPa；柱温箱采用强制空气循环设计，温控区间室温-80℃，控温精度±0.1℃。 1.3 紫外可见检测器波长覆盖 190-900nm，波长准确度：1nm 以下，基线噪声低至±0.25×10⁻⁵ AU。 2、配套外设与软件 配套专用台式电脑（CPU Ultra 7+内存 16GB+硬盘 1TB+显卡 RTX 4060），预装正版汉化色谱工作软件，满足大容量数据存储；搭配 A4 幅面激光打印机（黑白打印、分辨率 600dpi×600dpi、连续打印速度在 20ppm~40ppm），可直接输出符合行业规范的标准化色谱分析报告。 3、标配常用耗材 输液泵部分包含柱塞密封垫、宝石柱塞杆、流动相吸滤头、入口出口单向阀；进样器部分包含专用进样针、100μL 定量环、进样垫、高压转子；检测器部分包含原装氘灯、检测流通池、池垫片。 标配一根 C18 分析色谱柱，规格为 250×4.6mm 5μm，同时配套全套 PEEK 管路、连接接头、标准样品瓶、保护柱等基础连接配件。	浙江福立	L75	中国	浙江福立分析仪器有限公司	台	2	102000	204000	是	无
3	自动电位滴定仪	1.电位模块： 1.1 测量范围 1.1.1 pH 值：(0.00～20.00)pH； 1.1.2 mV 值：(0～±2000.0)mV； 1.1.3 温度值：(-5.0～105.0)℃。 1.2 分辨率： 1.2.1 pH 值：0.01pH；	上海佑科	KM-11	中国	上海佑科仪器仪表有限公司	台	5	18000	90000	是	无

		1.2.2 mV 值: 0.1mV 1.2.3 温度值：0.1℃； 1.3 电子单元误差： 1.3.1 PH：±0.01PH ± 1 个字 1.3.2 mV：±0.03%FS 1.3.3 温度：±0.3℃± 1 个字 1.4 仪器控制滴定灵敏度：±2mV 1.5 滴定分析重复性 0.2% 2 支持电位滴定分析，及测量 pH 值，pX 值，离子浓度测量分析，支持连接自动进样器，可拓展温度、电导、光度、永停滴定模块。										
总价（此处总价与开标一览表投标报价保持一致）					**696000.00 元（小写） 陆拾玖万陆仟元整（大写）**							

说明：1. 货物分项必须与采购需求表中货物分项一致。

2. 设备规格参数如有详细描述可另作说明。

3. 投标人可对该产品的特性和优点作详细的文字说明。

投标人：河南蓝之齐电子科技有限公司（盖章）

法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

2026 年 09 月 27 日