

河南省科学院采购项目技术性验收报告

验收日期：2026 年 10 月 14 日

采购单位	河南省科学院光资源与环境科学研究所	使用部门	中原量子谷光资源与环境科学研究所光学实验室
项目名称	河南省科学院光资源与环境科学研究所高水平光学检测实验平台（一期）项目包1	合同编号	豫财磋商采购-2025-375
供应商	河南文中实业有限公司	中标(成交)通知书号	豫财磋商采购-2025-375
规格型号	详见附件1	设备生产商	详见附件1
合同金额	2672000.00元 贰佰陆拾柒万贰仟元整	设备数量	4
存放地点	中原量子谷光资源与环境科学研究所光学实验室423	运行使用时间	详见附件1
设备清单	详见附件1		
配件清单	详见附件2		
项目负责人意见	所列仪器设备品牌型号参数性能指标符合合同要求、经试用运行正常		沈某 签名
验收结论	详见附件3		
验收人签名	贾天卿 郭海中 仝飞怡		
单位负责人意见	同意		沈某 签名

附件1：设备清单

分包情况	合同编号	供应商	设备名称	品牌	规格型号	设备生产商	单位	数量	合同金额 (元)	运行使用时间
包1	豫财磋商采购-2025-375	河南文中实业有限公司	纳秒染料激光器	Sirah	CREDO-LG-24	Sirah Lasertechnik GmbH	套	1	1121000.00	2026年9月3日
包1	豫财磋商采购-2025-375	河南文中实业有限公司	超连续谱激光器	NKT	SuperK Fianium FIR-25pp	NKT Photonics	套	1	865000.00	2026年7月28日
包1	豫财磋商采购-2025-375	河南文中实业有限公司	QsCMOS探测器	滨松	C15550-22UP	滨松光子学商贸（中国）有限公司	台	1	341000.00	2026年8月26日
包1	豫财磋商采购-2025-375	河南文中实业有限公司	TCSPC超快寿命探测器	PicoQuant	PicoHarp 330 4P	PicoQuant GmbH	台	1	345000.00	2026年8月19日

附件2：配件清单

设备名称	配件清单
纳秒染料激光器	1. 泵浦激光器专用制冷器 CW5000-TG 1台 2. 染料激光器制冷机 DIC006ASH-LC2 1台 3. 配件工具箱 1箱 4. 冷水管（PU） 2根
超连续谱激光器	1. USB通讯线 1根 2. Bus专用数据线 2根 3. BNC数据线 1根 4. 短接插头 1个 5. 电源线 2根
QsCMOS探测器	1. 电源适配器 1套 2. 电源线 1根 3. 光盘 1个
TCSPC超快寿命探测器	1. SMA信号线 1根 2. 探测器电源适配器 1套 3. USB 3.0数据线 1根

河南省科学院光资源与环境科学研究所高水平光学 检测实验平台（一期）项目（包1） 技术性验收专家意见

2026年10月14日，组织专家对河南省科学院光资源与环境科学研究所高水平光学检测实验平台（一期）项目（包1）（豫财磋商采购-2025-375）进行了技术性验收。专家组依据政府采购合同、招/投标文件、技术参数及项目相关资料，通过资料审阅及现场核查，形成意见如下：

一、本次验收范围内所有设备均按合同约定供货到位，品牌、规格、型号、数量与合同及配置清单完全一致，资料齐全。所有设备按照相关技术规范要求完成安装，符合实验室安全与使用标准。

二、仪器设备气路、水路、电路连接安全可靠，通电自检正常，系统运行稳定，满足连续运行条件，符合合同要求。

三、仪器设备核心技术指标验证均已满足合同技术参数要求。

经全面查验与现场测试，本项目供货完整、安装规范、运行稳定、技术指标全部达标、环境条件满足要求。专家组一致认为：项目技术性验收合格，同意通过技术性验收。

专家签字：贾天卿 郭海坤 徐志伟 2026年10月14日

河南省科学院光资源与环境科学研究所

高水平光学检测实验平台(一期)项目 包 1 项目验收专家汇总表

序号	姓名	职称	从事专业	单位名称	联系方式
	贾天卿	教授	光学	激光制造研究所	15800749976
	郭述中	教授	微纳制造	郑州大学	13438693130
	陈飞伦	研究员	光学	河南省科学院半导体研究所	18627154793