

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	麻醉机 1 台
拟采购产品金额	450000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目（麻醉机）
采购项目所属项目金额	795000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口麻醉机具有更好的安全稳定性，比如其使用的风箱可以更直观地监测麻醉机的通气运行情况，并且能够通过动态潮气量补偿，保证通气的精准进行。另外整体回路提供了恒温加热功能，可以保证患者在通气的时候水汽不会在回路中过多的堆积，并且保证患者能够进行更舒适的通气。国产虽然也有恒温加热功能，但水汽会堆积在回路中，所以国产麻醉机需另外配置积水杯来弥补回路技术上的不稳定；进口麻醉机核心部件挥发罐可以做到十年免维护，保证使用和麻醉用药的精准，更好地保证病人安全。	

三、专家论证意见

专家姓名:

鞠国印

工作单位:

郑州人民医院

专家意见:

郑州人民医院的呼吸机用于成人、小儿、新生儿呼吸系统疾病治疗及入肺道、术中精准呼吸管理、通气和呼吸支持及肺保护安全监测等,对设备安全性、稳定性要求高,技术要求恒温加热回路、气源和配气、氧气和空气、电子流量湿化、气流量、上升式风箱、辅助通气接口和 CIED 接口、潮气量、动态呼吸回路、潮气量 20~1600ml,核心通气模式 VCV、PCV、SPONT、SIMV、PSV 等,支持监测自主呼吸暂停、移动、便携呼吸末二氧化碳检测模块,吸气和呼气端高精度流量传感器是优点,目前国内产品尚不能全部满足上述技术要求和郑州人民医院重症抢救需求,为满足上述技术要求和郑州人民医院重症抢救需求,为保持医疗质量和患者安全,同意采购进口产品

专家签字:

鞠国印

2026 年 10 月 22 日