

政府采购进口产品专家论证意见

一、基本情况	
申请单位	郑州市第二人民医院
拟采购产品名称	麻醉机 1 台
拟采购产品金额	450000.00 元
采购项目所属项目名称	郑州市第二人民医院医学装备采购项目（麻醉机）
采购项目所属项目金额	795000.00 元
二、申请理由	
☐ 1. 中国境内无法获取：	
☐ 2. 无法以合理的商业条件获取：	
☒ 3. 其他。	
原因阐述： 进口麻醉机具有更好的安全稳定性，比如其使用的风箱可以更直观地监测麻醉机的通气运行情况，并且能够通过动态潮气量补偿，保证通气的精准进行。另外整体回路提供了恒温加热功能，可以保证患者在通气的时候水汽不会在回路中过多的堆积，并且保证患者能够进行更舒适的通气。国产虽然也有恒温加热功能，但水汽会堆积在回路中，所以国产麻醉机需另外配置积水杯来弥补回路技术上的不稳定；进口麻醉机核心部件挥发罐可以做到十年免维护，保证使用和麻醉用药的精准，更好地保证病人安全。	

三、专家论证意见

专家姓名:

吴亚

工作单位:

河南中医药大学

专家意见:

麻醉机主要用于向患者提供氧气或吸入麻醉药输送,对设备的潮气量范围、通气的流速、精度控制要求较高。目前国产的麻醉机的潮气量范围与进口产品存在一定的差距,范围小,不能完全满足采购人要求,同时国产设备的通气精度较低,不利于患者特别是新生儿的麻醉要求,国产设备需另配外置积水杯,容易造成水汽堆积在回路,在某些技术要求和使用性能上不能完全满足采购人的要求,同意采购进口产品。

专家签字:

吴亚

2026 年 0 月 22 日