附件 2-5

大型仪器设备外观和安全性验收报告

仪器名称	在线液体拉曼分析仪	
外观完整性	无明显划痕、变形、损坏	符合
	设备铭牌、规格型号、序列号、出厂日期等标识内容清晰	符合
	配件齐全，包括使用说明书、保修卡、证书等	符合
安全性	仪器设备应符合国家相关安全标准和要求，包括但不限于电气安全、防爆安全、辐射安全等	符合
	电源接地可靠、电源线无破损	符合
	仪器设备使用环境符合相关要求，包括但不限于温度、湿度、通风等	符合
	仪器设备安装稳定	符合
	是否配备备用电源及配备备用电源可用时长	未配备
设备管理员	（签名）李荣涛 日期：2026年 7月 3日	
院属单位	负责人 （签名）[illegible] 单位（公章） 日期：2026年 7月 3日	

附件 2-5

大型仪器设备外观和安全性验收报告

仪器名称	在线气体拉曼分析仪	
外观完整性	无明显划痕、变形、损坏	符合
	设备铭牌、规格型号、序列号、出厂日期等标识内容清晰	符合
	配件齐全，包括使用说明书、保修卡、证书等	符合
安全性	仪器设备应符合国家相关安全标准和要求，包括但不限于电气安全、防爆安全、辐射安全等	符合
	电源接地可靠、电源线无破损	符合
	仪器设备使用环境符合相关要求，包括但不限于温度、湿度、通风等	符合
	仪器设备安装稳定	符合
	是否配备备用电源及配备备用电源可用时长	未配备
设备管理员	（签名）李荣涛 日期：2026年 7月 3日	
院属单位	负责人 （签名）[illegible] 单位（公章） 日期：2026年 7月 3日	