合同编号(校内)：HW502260146

郑州大学橡塑模具国家工程研究中心三坐标测量机等设备采购项目

甲　　方：郑州大学

乙　　方：郑州玖翎科技有限公司

生效日期：2026年11月12日

合同编号:豫财招标采购-2026-1280

郑州大学政府采购货物合同

（10 万元及以上模板）

甲方（全称）：郑州大学

乙方（全称）：郑州玖翎科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，关于“郑州大学橡塑模具国家工程研究中心三坐标测量机等设备采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同，共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1. 本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等，详见附件 1、附件 2 ，此附件是合同中不可分割的部分。

2. 本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外，甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物（包括零部件、附件、备品备件等）货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求，其产品为原厂生产，且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于 2027 年 3 月 2 日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后，双方在 7 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由，不得拒绝接收;

在安装调试过程中，甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定，甲方有权单方解除合同，由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责；货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求，对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担；在货物备交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1. 所有设备免费质保期为国产设备叁年、进口设备壹（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。

2. 在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3. 乙方须提供一年 2 次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4. 乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话小时内响应，小时内到达现场，小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5. 乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6. 其它：

五、技术服务

1. 乙方向甲方免费提供标准安装调试及 3 人次国内操作培训。

2. 乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3. 软件免费升级和使用。

4. 乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1. 属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2. 免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3. 免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1. 乙方于 2027 年 3 月 2 日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2. 乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3. 安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4. 乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5. 货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1. 初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件 4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2. 正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24 号】”文件要求，政府采购合同金额 50 万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向资产与财务部提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1. 本合同总价款（大写）为：贰佰壹拾壹万贰仟元整（小写：2112000 元）。

2. 付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的 95%；质保期满 30 天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

本合同适用情况二履约担保方式。

情况一：总价款为 10 万元（含 10 万元）至 100 万元（不含 100 万元）的合同，不强制提供履约担保，由发包人和承包人双方协商；

情况二：总价款为 100 万以上（包含 100 万元）的合同，履约担保金额为合同总额的 5%，以银行转账或保函形式提供履约担保，验收合格，正式交付使用后退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共 15 页，一式捌份，甲方执肆份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执叁份，招标公司执壹份。

4. 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：河南省郑州市管城回族区文曲路 5 号院 6 号楼 2 单元 24 层 2404 号

甲方：郑州大学

地址：河南省郑州市高新区科学大道 100 号

签字代表（或委托代理人）：

电话：13703827092

开户银行：工行郑州中苑名都支行

账号：1702021109014403854

乙方：郑州玖翎科技有限公司

地址：河南省郑州市管城回族区文曲路 5 号院 6 号楼 2 单元 24 层 2404 号

签字代表：

电话：18625568662

开户银行：招商银行郑州丰庆路支行

账号：371914029910001

合同签订日期：2026年11月12日

附件 1：

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂（商）	原产地（国家或地区）	数量	单位	单价（元）	合计（元）	是否免税
1	动态力学分析仪	DMA850	TA Instruments-Waters LLC	新加坡	1.0	台	1018000.0	1018000.0	是
2	三坐标测量仪器	GLOBAL S 07.10.07	海克斯康制造智能技术(青岛)有限公司	中国	1.0	台	1094000.0	1094000.0	否
合计：2112000 元									

附件 2：

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序 号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	三坐标测量仪器	一、主机参数：GLOBAL S 07.10.07 桥式坐标测量机 1.测量行程：X=700mm、Y=1000mm、Z=660mm。 2.机器精度：（严格根据 GB/T16857.2-2017(等同 IS010360-2:2009)标准，温度 18-22℃环境） （1）示值精度：MPE_E=（1.5+2.8L/1000） μm （2）探测精度：MPE_P =1.5 μm （3）扫描探测允许最大误差=2.3 μm/45s （4）重复性精度最大允许误差=1.4 μm 3.采用了全合金铝精密三角梁框架结构， X 轴和 Z 轴采用硬质合金铝，Y 轴（测量台面）采用大理石材质，满足招标要求 4.采用了移动桥式结构，Y 轴导轨是直接加工在工作台内的整体燕尾导轨，与工作台齐平，方便使用者对工件底部的测量。 5.三轴均采用空气轴承，能够消除摩擦力和磨损的影响，对灰尘具备不敏感性。 6.配置有三轴联动功能的便携式 NJB 操纵盒，要求采用便于操作的单摇杆结构，可以与测量软件 PCDMIS 实现通讯 二、测头系统： 1.配置自动旋转测座，步距=2.5°，空间旋转位置=12240 个位置。 2.配置高精度扫描测头：高速、高精度的三维扫描模拟测头,同时兼容了触发和扫描功能，支持所有标准的探测模式：单点测量、自定心测量和连续高速扫描测量，可完成各种复杂的测量任务，包括复杂轮廓和外形的扫描。允许搭载测针：最短竖直测针长度=20mm，最长竖直测针长度=115mm，最大水平测针长度=20mm。 3.按照招标要求，配置测针组： ø 1.5mm, L = 20mm 1 件 ø 2mm, L = 30mm 1 件 ø 2mm, L = 40mm 1 件 ø 4mm, L = 50mm 1 件	台	1

		ø 0.3mm, L = 10mm 1 件 ø 0.5mm, L = 21mm 1 件 ø 1mm, L = 21mm 1 件 ø 2mm, L = 21mm 1 件 ø 3mm, L = 31mm 1 件 ø 4mm, L = 50mm 1 件 ø 2mm, L = 30mm 1 件 ø 3mm, L =50mm 1 件 75mm 加长杆 1 件 100mm 加长杆 1 件 星型测针 1 件 五方向转接 1 件 测针盒一个 三、测量软件（PC-DMIS CAD++)： 1.具备了扫描功能，支持多种已知特征的扫描测量方式，高效获得超高精准检测数据，可进行圆、圆柱、直线扫描测量。拥有全类型的扫描特征和专业的扫描算法支持，能够灵活解决复杂曲线/曲面的测量任务，如开线、闭线、旋转、片区曲面、周边、网格截面线、UV、自由曲面。 2.具备三维模型导入导出功能（支持导入导出的格式包含了 IGES、STEP 格式）。 3.测量软件的编程窗口具备可编辑命令模式、简要命令使用模式和 DMIS 语言显示模式。软件具有丰富高级编程指令，包括：赋值、条件语句（If/End If、While/End While、Do/Until、Select/End Select、Case/End Case）、循环、函数高级编程指令，便于学校开展社会服务和研发工作。 4.测量软件能够直接从 CAD 模型中提取几何特征的名义值。通过点击工件模型即可完成编程，简单便捷，且能消除人工输入错误或者对图纸的理解错误。 5.无需打开对话框，只要在导入的 CAD 模型特征上单击，即可快速创建自动特征。 6.可提供测头路径动画,利用动态的测量机模型，基于工件和夹具 CAD 自动检查测头碰撞。 7.可以对 CAD 模型，实施镜像、加层、移除、隐藏、更改实体，或者添加网格操作。 8.能够实现“一键式”自动创建手动/自动坐标系。 9.具有 3D 智能安全区域的编程功能，可以一次性在 CAD 模型周围生成 3D 智能安全区域，3D 智能安全区域可以进行显示/隐藏，程序运行时转换测针角度会自动避让至 3D 智能安全区域外进行，无需其它人为操作进行避让碰撞。		

		10.能够实现：基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检 11.可提供功能强大的形位公差的评价，包括：直线度、平面度、圆度、圆柱度以及各种复杂曲面的轮廓度。相对基准几何要素位置度的评价：平行度、垂直度、角度、对称度、位置度、同轴度、同心度、轴向跳动、径向跳动、轴向全跳动、径向全跳动等。 12.测量软件具有 10 种默认类型的检测报告及定制报告功能，满足各层次用户对测量报告的需求。 13.测量软件具备手动特征的智能识别，根据测量点位自动计算测量特征的类型（点、线、平面、圆、圆柱、球、圆环、圆槽、方槽）。 14.测量软件具备迷你程序功能，基于已测定的尺寸和特征，可执行程序中指定的任意部分尺寸，以快速实现某部分特征的复检或抽检。 15.测量软件具备专业的薄壁件测量功能。支持多种薄壁件自动特征类型，包括：棱点、角点、曲面点、隅角点、高点、椭圆、方槽、圆槽、凹口槽、多边形，满足薄壁件对容错性和高效测量的需求。 四、质量数据分析系统 SIGMA REPORT 基础版 1 基础版支持输出多元可视化的图表报告，包括直方图、运行图、统计能力图等。 2. 基础版满足了将原始的测量数据转换为有价值的信息，以实现制造过程的监控与提升。 3. 基础版满足分析概述功能可监控传入数据，无需生成任何报告以色码形式列出所选零件状态，即可展示出哪些变量已超差，及测量变量 Cpk 的相关信息。 4. 基础版支持多种不同格式的基于文本的报告。使用“文本报告”选项卡可切换可用的文本报告。如变量报告、异常报告、地毯图、NG 明细报告等等。 5. 基础版满足导入至系统中的数据，可以非常便捷的生成控制图、柱状图、条线图等 SPC 分析图表，对测量数据进行可视化分析展示。 五、配套专用电脑（DELL T3680） 1 台，配备鼠标键盘套装 处理器：I7-14700； 内存：32GB； 固态硬盘：512GB； 机械硬盘：2TB 显存：8GB； 系统：Win 11； 显示器：23.8 英寸		

10

2	动态力学分析仪	1.动态力学分析仪技术要求 1.1 采用空气轴承设计，减小摩擦，提高载荷精度和范围 1.2 力的测量范围：0.0001~18 N，且力值可动态分配 1.3 力分辨率：0.00001N 1.4 采用先进技术手段以提高位移侦测能力达到应变分辨率：0.1 nm 1.5 动态变形范围：≥5 nm~10 mm 1.6 静态变形范围：≥5 nm~25 mm 1.7 频率范围：0.001~200Hz (连续) 1.8 模量精度：±1% 1.9Tan δ 灵敏度：0.0001 1.10Tan δ 分辨率：0.00001 1.11 温度范围：-150℃~600℃ 1.12 恒温稳定性：＞50℃时，恒温稳定性 ±0.1℃； 1.13 恒温稳定性：＜50℃低温区间恒温稳定性为 ±1.0℃ 1.14 加热速度范围： 0.1~20℃/min 1.15 冷却速度范围： 0.1~10℃/min 1.16 样品大小： 1.16.1 刚性样品: 长≤ 50 mm 宽≤15 mm 厚≤5 mm 1.16.2 薄膜样品: 长≥ 5 mm，宽≤ 8 mm，厚≤ 2 mm 1.17 自动静态载荷补偿：用于三点弯曲、拉伸和压缩方式 1.18 操作模式包含：线性升温速率/多振幅扫描；线性升温速率/单频率实验；步阶升温和定温/单频率实验；步阶升温和定温/多频率扫描；应变扫描；应力扫描；应力/应变；蠕变和恢复；应力松弛；线性应力变化； 1.19 时控操作软件: 内置热机械分析模拟测试模式； 1.20 仪器操作简单，样品夹具易于更换； 1.21 数据分析软件：具有时间一温度等效叠加模块； 1.22 仪器应可输出数据包含但不限于储能模量；损耗模量；相位角（Δ 或 Tan δ）；复合粘度；动态粘度；存储柔量；损耗柔量；蠕变柔量；松弛模量；应力/应变；振幅；频率；温度；位置；长度；时间；形变；静态/动态力等； 1.23 数据分析软件可以安装在 10 台计算机以上免费使用。 1.24 控制软件允许在实验运行过程中修改终止温度。	台	1

11

12		1.25 仪器主机可实现实时图谱监控。 1.26 电源: 220 V +/- 10%；50 Hz 2.主要配置 2.1 DMA 主机一台，包含 2.1.1 非接触式驱动马达 1 套 2.1.2 空气轴承 1 套 2.1.3 光学编码器 1 套 2.1.4 双线缠绕的炉子 1 个 2.1.5 仪器安装校正包 1 份 2.2 液氮制冷装置及附件 2.2.1 连接管线和电缆及电子控制系统组成 2.2.2 不锈钢液氮罐 50 升 2.3 低噪音空压机 1 台 功率：750W 2.4 单双悬臂梁夹具、三点弯曲夹具、拉伸夹具、剪切夹具、压缩夹具各 1 套 2.5 台式电脑 1 台，DELL T3680 配备鼠标键盘套装 2.5.1 处理器：I5- 14500 2.5.2 内存：16GB 2.5.3 固态硬盘：500GB 2.5.4 网络：千兆以太网，WiFi 2.5.5 系统：Windows 11，64 位 Windows 专业版 2.5.6 显示器： 27 英寸		

售后服务计划及保障措施

我司对“郑州大学橡塑模具国家工程研究中心三坐标测量机等设备采购项目”售后服务承诺如下：

质保期为自验收合格之日起进口设备质保 1 年，国产设备质保 3 年。

货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后 1 小时内响应，2 小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过 12 小时。

我方技术人员对所售仪器提供每月度 1 次的免费日常巡查等服务，并认真填写相关记录存档。

一、总体服务原则

我方承诺建立统一服务管理机制，实行专人负责、分级响应、闭环管理。对于采购方提出的各类服务需求，无论是否处于质保期内，均做到有记录、有跟进、有反馈、有结果。一般性问题优先通过远程方式快速处理；确需现场处理的，按照约定时限安排技术人员到达现场；重大故障或影响系统正常运行的紧急情况，启动应急预案，优先恢复业务功能，再完成彻底修复。

在服务过程中，我方将严格遵守采购方现场管理规定，规范作业流程，确保维修、更换、调试等工作不影响采购方正常业务开展。对涉及数据安全、系统配置、设备拆装等关键环节，提前与采购方沟通确认，并在处理完成后提交相应服务记录或处理说明。

二、质保期内服务承诺

质保期内，我方对合同约定范围内的设备、软件、系统及相关服务提供免费技术支持和维护服务。质保期内服务内容主要包括：

故障报修与处理：采购方发现设备或系统异常时，可通过电话、邮件、工单系统或指定联系人报修。我方接到报修后，立即登记故障现象、影响范围、联系人及现场情况，并在规定响应时间内完成初步诊断。

远程技术支持：对于可通过远程方式解决的问题，如参数配置、软件调试、日志分析、功能恢复等，我方技术人员将优先开展远程处理，缩短故障恢复时间。

现场维修服务：对于远程无法解决、需要现场检测或更换部件的故障，我方将安排具备相应资质的技术人员携带必要工具和备件到达现场处理。

备品备件保障：质保期内，对常用易损件和关键备件，我方将根据项目实际

情况保持合理储备，确保故障处理效率。

技术培训与使用指导

针对采购方使用人员，我方可提供必要的操作培训、日常维护指导和常见问题处理说明，帮助使用人员提高设备管理能力和故障识别能力。

三、质保期外服务承诺

质保期届满后，我方将继续为采购方提供长期、稳定的技术支持服务。质保期外服务可根据采购方需求采取按次服务、年度维保、专项升级或定制化维护等方式开展。

质保期外服务内容包括：

持续技术支持：我方继续提供电话、邮件、远程桌面等技术支持渠道，协助采购方处理系统运行中的技术问题。

故障维修与部件更换：对于质保期外发生的故障，我方提供有偿维修服务。维修费用将事先向采购方说明，经确认后实施。更换部件按照实际成本及合同约定价格执行。

系统优化与版本升级：如系统存在功能优化、性能提升或安全加固需求，我方可提供升级方案及实施服务。涉及重大变更的，将与采购方另行确认实施范围、时间安排及费用。

应急保障服务：对影响业务连续性的紧急故障，质保期外同样适用优先响应机制。我方可根据采购方要求提供应急到场、临时替代方案或远程紧急恢复服务。

四、响应时间与反馈时间安排

为确保服务效率，我方对不同级别故障设定明确的响应时间和反馈时间要求。响应时间指自接到采购方报修至技术人员首次联系并开展故障确认的时间；反馈时间指完成初步诊断并向采购方反馈处理方案、预计恢复时间及后续安排的时间。

对于紧急故障，若远程处理无法在约定时间内恢复，我方将根据故障严重程度安排技术人员赶赴现场。现场到达时间可根据采购方所在地及交通条件另行约定，原则上在确认需要现场处理后尽快安排。

五、服务流程与闭环管理

我方服务流程包括报修受理、故障确认、方案制定、处理实施、结果验证、

用户确认和服务归档六个环节。报修受理后，服务人员将第一时间与采购方确认故障现象和影响范围；处理过程中，如预计恢复时间发生变化，将及时告知采购方；处理完成后，将进行功能测试和运行验证，确保问题真正解决。

对于重复性故障或复杂问题，我方将形成问题分析报告，说明故障原因、处理过程、改进措施及预防建议，避免同类问题再次发生。所有服务记录均将妥善保存，便于采购方查询、审计和后续维护管理。

六、服务质量保障承诺

我方承诺所有服务人员具备相应专业能力，维修更换部件符合合同约定的质量标准。对因我方服务不当造成的二次故障或损失，将承担相应责任并及时整改。采购方可对服务过程进行监督，并对服务态度、响应速度、处理效果提出评价意见。我方将根据评价结果持续改进服务流程，提升服务质量。

本服务承诺方案作为项目售后服务的重要组成部分，自项目验收合格之日起执行。质保期内外服务衔接顺畅，确保设备与系统在全生命周期内始终处于良好运行状态。我方将以专业、及时、负责的服务，切实保障采购方业务连续性和使用满意度。

供应商：郑州玖翎科技有限公司

日期：2026 年 11 月 02 日

（由制造商及中标商签字盖章确认）

附件 4：

郑州大学仪器设备初步验收单

No.　　年　月　日

<table>
<tr><td>使用单位</td><td></td><td>使用人</td><td></td><td>合同编号</td><td></td></tr>
<tr><td>供货商</td><td colspan="3"></td><td>合同总金额</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="6">设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）</td></tr>
<tr><td colspan="6"><table>
<tr><th>序号</th><th>品名</th><th>技术参数
（规格型号）</th><th>生产厂家
（产地）</th><th>数量</th><th>单位</th><th>金额</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td rowspan="3">实物验收情况</td><td colspan="5">外观质量（有无残损，程度如何）。</td></tr>
<tr><td colspan="5">清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。</td></tr>
<tr><td colspan="5">仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。</td></tr>
<tr><td>技术验收情况</td><td colspan="5">依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。</td></tr>
<tr><td>初步验收情况</td><td colspan="5">☐通过验收　　☐整改后再组织验收
☐不通过验收　索赔要求　　☐其他结论</td></tr>
<tr><td colspan="2">验收小组成员签字</td><td colspan="2"></td><td>供货商
授权代表签字</td><td></td></tr>
</table>

附件 5：

中标通知书

中 标（成交）通 知 书

郑州玖翎科技有限公司：

你方递交的郑州大学橡塑模具国家工程研究中心三坐标测量机等设备采购项目 投标文件，经专家评标委员会（或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组）评审，被确定为中标人。

主要内容如下：

项目名称	郑州大学橡塑模具国家工程研究中心三坐标测量机等设备采购项目
采购编号	豫财招标采购-2026-1280
中标（成交） 价	2112000 元(元) 贰佰壹拾壹万贰仟元整(元)
供货期（完工期、服务期限）	自合同签订生效之日起 120 日历天。
供货（施工、服务）质量	合格，符合国家、行业规定的规范标准。
交货（施工、服务）地点	郑州大学橡塑模具国家工程研究中心。
质保期	自验收合格之日起国产设备质量保证期 3 年，进口设备质量保证期 1 年。

请你方自中标通知书发出之日起 3 日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话：鲁智力 15981895805

特此通知。

采购单位（盖章）

二〇二六年十一月三十日

中标单位签收人：刘一洁 2026.11.2

18625568662