政府采购进口产品专家论证意见表

一、基本情况	
申请单位	郑州人民医院
拟采购产品名称	电子胃镜、电子肠镜系统
拟采购产品金额	288 万元
采购项目所属项目名称	郑州人民医院电子胃镜、电子肠镜采购项目
采购项目所属项目金额	288 万元
二、申请理由	
□1. 中国境内无法获取：	
□2. 无法以合理的商业条件获取：	
☑3. 其他。	
进口产品集高清晰度、光学放大、光学染色、宽视野、灵活角度等特性于一体，显著提升了图像观察的效果和诊断的精确性。这有助于提高消化道早期肿瘤的识别与诊断能力，降低误诊和漏诊的风险；在制造工艺方面，进口产品更为精密，其稳定性和耐用性相较于国产设备具有显著优势，建议采购进口设备。	
三、专家论证意见 进口产品具有高清画面配合窄带成像，能把黏膜表面的血管和设计显示得更清楚。容易发现早期癌变和小息肉，肠镜通到阑门能够吸着肠道转弯、迂曲调节软硬度，操作及精准，真实手术及检查，发现息肉、出血时，可直接取活检，止血或切掉小息肉，为满足临床需求，减少患者检查时胀肠、腹痛不适，同意上述产品为单用进口设备。	

专家姓名：马书峰

专家工作单位：郑大二附院

专家电话：13613868456

专家签字：马书峰

2026 年 11 月 19 日