河南医药大学第一附属医院全高清 3D 腹腔镜系统及手术器械包购置项目

变更内容对照表

（项目编号：豫财招标采购-2026-1464）

序号	章节位置	原采购信息内容	变更后
1	招标文件第五章二技术参数要求 3.1.6	主机模块化或一体化设计，可兼容至少 3 种影像模块。可通过升级兼容多种类高清三晶片摄像头和多种类电子软镜，支持主流接口标准。	主机模块化或一体化设计，可兼容多种类高清摄像头和多种类电子软镜，支持主流接口标准。