

采购进口产品专家论证意见表

|                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、项目基本情况                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |
| 采购单位                                                                                                                                                                                                                               | 焦作慈善总会                                                                                                                                                                                                  |
| 项目名称                                                                                                                                                                                                                               | 焦作慈善总会三维仿生智能导航腹腔镜电子内窥镜系统采购项目                                                                                                                                                                            |
| 采购内容                                                                                                                                                                                                                               | 采购三维仿生智能导航腹腔镜电子内窥镜系统一套                                                                                                                                                                                  |
| 采购金额                                                                                                                                                                                                                               | 人民币 350 万元整                                                                                                                                                                                             |
| 论证时间                                                                                                                                                                                                                               | 2026 年 9 月 18 日上午 9：00 分                                                                                                                                                                                |
| 二、采购进口产品的理由                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                         |
| <input type="checkbox"/> 1. 中国境内无法获取 <input type="checkbox"/> 2. 无法以合理的商业条件获取 <input checked="" type="checkbox"/> 3. 其他                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                         |
| 原因阐述：1. 临床刚需性：用于复杂腹腔微创手术、肿瘤精准切除、重要结构保护，对三维成像、智能导航、防眩晕、长景深、组织识别有刚性要求，直接关系手术安全与患者预后。2. 技术不可替代性：该类设备三维重建精度、智能导航定位误差、光学系统稳定性、荧光融合匹配度等核心指标，国内产品暂未实现同等技术集成与临床效果，无等效替代方案。3. 合规性：该产品不属于国家禁止或限制进口的医疗设备，采购符合《政府采购进口产品管理办法》相关规定，不构成歧视性、排他性条款。 |                                                                                                                                                                                                         |
| 专家论证意见                                                                                                                                                                                                                             | 1. 本次采购的三维仿生智能导航腹腔镜电子内窥镜产品具备3D、4K、11R荧光三合一功能，用于复杂腹腔微创手术、肿瘤精准切除等复杂疑难手术里临床刚需。<br>2. 国内产品暂未实现三维重建精度、智能导航定位误差、光学系统稳定性、荧光融合匹配度等核心指标同等技术集成与临床效果，无等效替代方案。<br>3. 依据《政府采购进口产品管理办法》相关规定，建议采购进口产品，保证我市医疗水平，服务广大患者。 |
| 论证专家签字                                                                                                                                                                                                                             | 司 哲 恒                                                                                                                                                                                                   |