

## 论证意见表

专业人员信息	姓名: <u>孙志</u>		
	职称: <u>高级</u>		
	工作单位: <u>郑州市易和公司</u>		
项目信息	项目名称: 杞县中医院医用血管造影 X 射线机球管更换项目		
	预算金额: 885500.00 元		
	拟定供应商名称: 河南为你安医疗科技有限公司 拟定供应商地址: 河南自贸试验区郑州片区(经开)第十五大街与腾达路交叉口 34 号佳林国际 4 号楼 4 层 401B		
专业人员论证意见	<p>                             本次更换设备配套球管为原厂自主研发生产属配件, 与整机存在唯一匹配性, 第三方通用球管无法兼容设备成像、高压控制系统。                         </p> <p>                             本次拟定供应商是该型号设备在中国境内唯一合法配件供应渠道, 全国独有完善报关完税原厂配件库, 无其他合法供货渠道, 只有原厂原厂配件更换及硬件调试, 能保障设备整机一致性, 历史治疗数据完整性, 第三方服务存在设备故障, 数据丢失, 医疗器械不合规的风险。                         </p> <p>                             本项目满足《中华人民共和国政府采购法》第三十条单一来源的运用情形, 建议采用单一来源方式采购。                         </p>		
专业人员签字	<u>孙志</u>	日期	2026. 7. 2