

漯河市第二人民医院高清聚焦肠镜、治疗胃镜采购项目

单一来源采购专家论证意见表

项目名称	漯河市第二人民医院高清聚焦肠镜、治疗胃镜采购项目
采购人	漯河市第二人民医院
时间	2026年6月4日
专家1 论证意见	<p>医院现有内镜主机与高清聚焦内镜、治疗胃镜的 系统处理程序、信号接收端口、控制系统、数据存储模式 均为原厂品牌技术标准。使用原厂系列内镜可实现无缝 匹配。若采用其他品牌，将出现无法识别、兼容、功能失效、系 统无法联动等问题。无法投入临床应用。若采购非原厂 内镜，需更换整套内镜主机系统，将大幅增加设备采 购成本，造成现有医疗设备闲置与浪费，不符合医院节 约降耗原则。采用原厂匹配设备，可直接对接现有系 统，最大程度减少设备更换对临床工作的影响。</p> <p>本次高清聚焦内镜、治疗内镜采购项目，为满足与医 院现有内镜主机完全匹配、无缝兼容现有的主机系统 保证运行功能稳定、临床安全，满足院内常规内镜筛查 内镜下微创治疗等临床工作的连续性，避免临床资源 浪费，具备单一来源采购的唯一性、必要性、合理性。</p> <p>专家签名：任正 职称：正高 单位：漯河市中医院</p>