

漯河市第二人民医院高清聚焦肠镜、治疗胃镜采购项目

单一来源采购专家论证意见表

项目名称	漯河市第二人民医院高清聚焦肠镜、治疗胃镜采购项目
采购人	漯河市第二人民医院
时间	2026年6月4日
专家3 论证意见	<p>1. 本项目拟采购 GIF-H290 治疗胃镜、CF-H290 肠镜，需无缝匹配医院在用奥林巴斯 CV-290 主机系统，该主机软硬件为原厂独有技术，其他品牌内镜无法实现全功能兼容，无替代产品。</p> <p>2. 采购设备各项技术参数与在用主机配套，可满足临床需求，若更换其他品牌设备，需同步更换整套主机，大幅增加采购成本，且现有设备资源浪费。</p> <p>3. 综上，该设备只能从原厂授权供应商处采购，符合单一来源采购法定条件，同意本项目采用单一来源方式采购。</p> <p>专家签名：刘秋峰 2026.6.4 职称：主任医师 单位：漯河市立医院</p>