

单一来源采购专家论证意见汇总表

2026年07月01日

采购人	漯河市召陵区人民医院
项目名称	漯河市召陵区人民医院 64 排 CT 球管采购项目
项目金额	1300000 元
专家论证意见	<p>64排螺旋CT球管是CT机关键部件，对设备有严格的精度与匹配性要求，其他生产厂家球管不能与本机匹配，必须使用原装球管，该医院现有CT主机为GE 64排CT，仅有GE公司(或其授权公司)能够与提供的D763T型球管适用，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条规定的第1种情形，进行单一来源采购，具有唯一性，建议采购GE公司授权服务的供应商。</p> <p style="text-align: right;">专家姓名：<u>任方强</u> 职称：<u>主任医师</u> 工作单位：<u>漯河医学三附院</u></p>

