

漯河市第二人民医院肿瘤热疗中心建设项目变更公告

一、项目基本情况

- 1、原公告的采购项目编号：漯采磋商采购-2026-102
- 2、原公告的采购项目名称：漯河市第二人民医院肿瘤热疗中心建设项目
- 3、首次公告日期及发布媒介：2026年07月22日、《河南省政府采购网》《漯河市政府采购网》《漯河市公共资源交易信息网》
- 4、原响应文件提交截止时间：2026年08月04日09时30分（北京时间）

二、更正信息

- 1、更正事项： 采购文件
- 2、原文件获取时间：2026年07月22日 - 2026年07月29日（北京时间）
文件获取截止时间变更为：2026年07月29日23时59分（北京时间）
- 3、原开标时间：2026年08月12日09时30分（北京时间）
开标时间变更为：2026年08月12日09时30分（北京时间）
- 4、原采购信息内容

第五章 采购需求 二、产品参数 相关内容
变更为

1. 体腔热灌注治疗设备 1 台

★1.1 强制采购需求参数：

1.1.1. 供应商提供的体腔热灌注治疗设备产品应满足《中华人民共和国国家标准 GB 9706.1-2020 医用电气设备》的相关标准。

1.1.2. 加热器输出功率： $\leq 1800\text{VA}$

1.1.3. 测温精度： $\leq \pm 0.3^{\circ}\text{C}$

1.1.4. 控温精度： $\leq \pm 1^{\circ}\text{C}$ ；

1.1.5. 加热方式要求：波导（微波）加热、水浴箱加热或电磁非接触式加热，升温速度快、温度稳定、无热惯性；

1.1.6. 触摸屏计算机操作平台：软件控制操作程序，操作简便快捷，治疗数据自动记录；

1.1.7. 测温传感器需能够重复多次使用；

1.1.8. 具备治疗时间设定；

1.1.9. 计算机具备病例档案存储功能；

1.1.10. 温度曲线显示：可显示一路或多路温度曲线；

1.1.11. 计算机具备患者治疗过程中循环状态曲线显示；

1.1.12. 设备具备超温报警功能；

1.2 以下参数为赋分参数，其未设置得分项的为强制采购需求参数，供应商所提供产

品应满足或优于强制采购需求参数，供应商所提供产品参数，优于以下参数的，按照以下要求进行技术赋分：

1.2.1. 控温范围：输出温度在 40℃-48℃之间；如供应商提供的产品输出温度范围大于等于此范围，得 3 分。

1.2.2. 如供应商所投产品提供可调节液体流量，按下列方式赋分：液体流量可调节至 $\geq 500\text{ml/min}$ 得 3 分。

1.2.3. 如供应商所投产品蠕动式加热系统有单泵或多泵运行得 2 分。

1.2.4. 如供应商产品能显示灌注状态和灌注液袋液体量得 2 分。

1.2.5. 供应商所投产品测温传感器路数应 ≥ 3 路，多点采集进、出水温度；供应商所投产品温度传感器数量按下列要求进行赋分：温度传感器数量 ≥ 4 路得 3 分。

2. 射频热疗机 1 台（核心产品）

★2.1 强制采购需求参数：

2.1.1. 供应商提供的射频热疗机产品应满足《中华人民共和国行业标准 YY0777-2023_射频热疗设备》的相关标准。

2.1.2. 采用非介入式物理治疗方式，用于进行以热疗为目的的人体肿瘤的辅助治疗

2.1.3. 治疗过程中无创、设备本身无一次性使用耗材。

2.1.4. 具有测温系统功能，可精准测温：

2.1.5. 温度数据显示 $\leq 45^\circ\text{C}$ ；

2.1.6. 测温精度 $\leq \pm 0.3^\circ\text{C}$ ；

2.1.7. 设备具有全电动治疗床：

2.1.8. 设备极板可电动控制；

2.1.9. 具备有水袋降温设计，防止皮肤烫伤

2.1.10. 设备使用寿命 ≥ 8 年

2.1.11. 具备温度曲线显示功能；

2.1.12. 具备 ≥ 10 万份病历存储功能：

2.1.13. 具有时间设定功能；

2.1.14. 支持打印功能；

2.1.15. 供应商所投产品主机工作频率在 10MHZ-120MHZ 范围内

2.2 以下参数为赋分参数，其未设置得分项的为强制采购需求参数，供应商所提供产品应满足或优于强制采购需求参数，供应商所提供产品参数，优于以下参数的，按照以下要求

进行技术赋分:

2.2.1. 供应商所投产品主机额定输出功率: $\geq 700W$, 额定输出功率 $\geq 800W$ 得 3 分。

2.2.2. 供应商所投产品主机具备一组或多组射频源得 3 分。

2.2.3. 治疗时间可调治疗时间最大范围大于 $\geq 60min$; 供应商所投产品最大治疗时间在 $60min$ 以上的, 按下列要求进行赋分: $75min < \text{最大治疗时间} < 90min$ 的得 1 分, 最大治疗时间 $\geq 90min$ 的, 得 3 分。

2.2.4. 供应商所投产品测温单元: 温度传感器测温, 具有数据显示功能, 温度传感器数量 ≥ 3 路; 供应商所投产品温度传感器数量按下列要求进行赋分: 温度传感器数量为 4 路得 1 分, 温度传感器数量 ≥ 5 路得 3 分。

3. 短波治疗机 1 台

★3.1 强制采购需求参数:

3.1.1. 具备工作状态显示功能

3.1.2. 可以进行治疗时间设定

3.1.3. 工作频率: $\geq 30MHz$;

3.1.4. 工作电压电流: $220V, 50HZ$

3.1.5. 输出功率: $\leq 800VA$

3.1.6. 输入功率: $\leq 3000VA$

3.1.7. 治疗时间: $\leq 100min$ 。

3.1.8. 供应商提供的短波治疗机产品应满足《医用电气设备 第 2-3 部分: 短波治疗设备的基本安全和本性能专用要求》(GB 9706.203-2020) 或《医用电气设备 第 2-6 部分: 微波治疗设备的基本安全和本性能专用要求》(GB 9706.203-2020) 的相关标准。

5、更正日期: 2026 年 08 月 06 日 18 时 30 分

三、其他补充事宜

因发放变更、澄清通知会造成采购文件版本号变更, 各供应商下载最新的采购文件并使用最新的版本号采购文件制作响应文件参与磋商。涉及磋商文件中的相关内容与变更内容不一致的, 均以本次变更后的内容为准。请各供应商及时关注交易平台, 因各供应商未看到或未及时下载相关内容等其他原因造成的损失, 由各供应商自行承担! 请供应商按照附件参数编制响应文件。

四、凡对本次公告内容提出询问, 请按以下方式联系

1. 采购人信息

名 称: 漯河市第二人民医院

地 址： 漯河市源汇区交通路

联 系 人：王先生

联系方式：03956689269

2. 采购代理机构信息

名称：中韵天隆工程集团有限公司

地址： 郑州市管城回族区航海东路经开第二大街中兴新业港三期 25 幢

联 系 人：刘亿

联系方式：17603956667

3. 项目联系方式

项目联系人： 刘亿

联系方式：17603956667