

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名：李宇红	
	职称：副教授	
	工作单位：漯河医专	
项目信息	项目名称：漯河市中医院64排CT机球管采购项目	
	预算金额：90万元	
专业人员 论证意见	医院GE Optima CT 660型CT机原配球管为原厂球管，为提高系统稳定性，保障图像质量，减少故障率，建议采购单一来源方式向原厂采购原厂球管。	
专业人员 签字	李宇红	日期：2026年 8 月 6 日