

单一来源采购方式专业人员论证意见

| | | | |
|----------|---|----|-----------|
| 专业人员信息 | 姓名: <u>李建军</u> | | |
| | 职称: <u>无</u> | | |
| | 工作单位: <u>郑州市物资局</u> | | |
| 项目信息 | 项目名称: 北京中医药大学东直门医院洛阳医院(洛阳市中医院)320排CT设备球管采购项目 | | |
| | 预算金额: 1250000.00 元 | | |
| | 拟采购供应商名称: 佳能医疗系统(中国)有限公司 | | |
| 专业人员论证意见 | <p>采购人已于2023年6月安装使用至今的佳能320排CT拟采购的球管,为佳能的核心技术产品,目前国内尚无有替代使用的产品,属佳能320排CT的专用球管,被国家药监局注册认证为唯一适配性球管。佳能医疗系统(中国)有限公司为中国境内该专用球管的唯一供应商。为使该佳能320排CT更换球管后达到原装设备的分辨率图像质量水平,保证诊疗质量,根据政府采购法关于单一来源采购的有关规定,本次采购的专用球管产品具有单一性和唯一性,同意采用单一来源方式采购。</p> | | |
| 专家签字 | <u>李建军</u> | 日期 | 2026年4月7日 |