

# 洛阳市妇幼保健院

## 设备验收报告

日期: 2026年4月21日

使用科室	NICU- 新生儿二区		到货日期	2026.3.21
供货单位	郑州白世和泰医疗器械销售有限公司			
安装地点	河南省儿童医院分院区			
培训工程师	常丰林	电话	18037890719	
销售代表	张磊磊	电话	18838225772	
生产企业	诺合生物科技(郑州)有限公司			
设备名称	一氧化氮治疗仪	设备型号	PM-air E100	
数量	1台	单价	189000.00元	
生产批号/序列号	E100250P0004			
生产日期	2026-03-19	质保期	6年	
注册证/备案号	国械注准20243080373			
配件清单	齐备			
设备验收情况	配置、配件与投标文件相符, 功能满足采购需求, 设备运行正常.			
供应商负责人签字	张磊磊	使用科室意见	王春霞	
招标办公室意见	张磊	医学装备部意见	张磊 杨叶家	
纪检监察室意见	杨叶	财务资产部意见	刘冰	
备注				