


采购需求论证专家签到表

项目名称：洛阳市偃师市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目

论证时间：2026年05月29日15时30分

专家姓名	工作单位	职务/职称	联系电话	身份证号
李峰	洛阳市偃师市人民医院	主任医师	13837981111	370624197801010011
何生	河南省中医院	副主任医师	13937101111	370624197801010011
蔡志	河南省中心医院	副主任医师	13937101111	370624197801010011

采购需求专家论证意见表

一、基本情况	
采购人	洛阳市偃师人民医院
项目名称	洛阳市偃师市人民医院彩色多普勒超声诊断仪采购项目
二、论证内容	
1. 对采购需求制定的合法性、合规性、合理性、必要性、可行性及是否存在倾向性、排他性进行论证。	
2. 其他相关内容。	
三、专家论证意见	
经论证小组论证：	
1、本项目采购需求制定合法、合规、合理、必要、可行、不存在倾向性、排他性；	
2、其他内容修改意见如下：	
妇产机：①删除 3. 提供首次注册时间 2024 年以后的设备型号。②删除功能性描述。③4. 2. 5 改为：支持卵巢容积成像，可对窦卵泡进行定量测量。④4. 6. 1 改为：监视器 \geq 23 英寸，分辨率 \geq 1920*1080LCD 监视器。⑤阵元数改为 \geq 190，成像角度改为 \geq 180°。⑥4. 8. 2 二维成像扫描深度改为 \geq 45cm。⑦增加：5. 6 配备彩色打印机一台。	
心脏机：①删除功能性描述。②3. 1. 2 删除最大旋转角度 360 度。③增加：6. 6 配备彩色打印机一台。	
论证专家签字：	
	2026 年 05 月 29 日