

洛阳市偃师人民医院（新区医院）数字一体化手术室及消毒 供应中心设备采购项目技术参数论证报告

采购人：洛阳市偃师人民医院

项目名称：洛阳市偃师人民医院（新区医院）数字一体化手术室及消毒供应中心
设备采购项目

洛阳市偃师人民医院（新区医院）数字一体化手术室及消毒供应中心设备采购项目技术参数论证会议于 2026 年 6 月 29 日 9 时 30 分在洛阳市偃师人民医院 2 楼会议室举行，经专家论证小组认真审查技术参数，建议修改内容为：

1 包（数字一体化手术室）：


1. 明确技术参数中加★项提供的证明材料；
2. 技术参数中 2. 双屏一站式中央控制终端中 2.4 条需设置防尘防水等级；
3. 技术参数中 3. 无线控制终端模块-手术室 3.2 条增加屏幕类型；
4. 技术参数中 7. 4K 医用监视器模块 \geq 32 寸带吊臂和 9. 旁置式 4K 术野摄像机模块带吊臂增加配置独立底座；
5. 技术参数中删除描述性语言；
6. 示教室（光纤版）中 4. 示教全景摄像机中确定全景摄像机安装位置；

2 包：消毒供应中心设备：

1. （一）多功能清洗消毒中心技术参数 14 条及（二）眼科清洗工作站第 8、9 条增加超声功率要求；
2. （三）全自动软式内镜清洗消毒机中第 4 条修改为结构要求：柜式双腔穿墙式结构；
3. （三）全自动软式内镜清洗消毒机增加 14 条可使用通用清洗酶、消毒液；
4. （五）快速式全自动清洗消毒器中 18 条增加使用年限提供铭牌照片；
5. （五）快速式全自动清洗消毒器中 19 条增加可根据用户实际情况进行免费调整；



12/12



6. (五) 快速式全自动清洗消毒器中增加可使用通用清洗酶、润滑液;

7. (九) 环氧乙烷灭菌器中增加 11 条环氧乙烷气体浓度超标报警器;

其他内容及要求客观、公正, 不存在歧视性、排他性、倾向性, 符合《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规。

专家论证成员签字:

李洁 吕军 李斌

2026年6月29日