

洛阳市中心医院伊滨院区麻醉科手术器械一批项目

论 证 报 告

洛阳市中心医院伊滨院区麻醉科手术器械一批项目

论证小组

二〇二六年八月十九日

论证报告

一、采购项目说明

- 1、项目名称：洛阳市中心医院伊滨院区麻醉科手术器械一批项目；
- 2、采购方式：公开招标；
- 3、预算金额：2340000元；

序号	包名称	包预算（元）	包最高限价（元）
1	基础手术器械	700000	700000
2	腔镜手术器械	810000	810000
3	专用设备	500000	500000
4	手术头架	180000	180000
5	模块式外科手术牵开器	150000	150000

- 5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）：

（1）项目概况：洛阳市中心医院伊滨院区麻醉科手术器械一批项目，共五个标段；

（2）资金来源及出资比例：自筹资金；100%；

（3）招标范围：招标文件、货物清单内的所有内容及相关伴随服务；

（4）质量要求：符合国家或行业规定的合格标准；

（5）交货期：合同签订后30日历天内安装调试完毕；

6、合同履行期限：自合同签订之日起至质保期结束；

7、本项目是否接受联合体投标：否；

8、是否接受进口产品：否；

9、是否专门面向中小企业：否；


二、论证时间及地点

1、论证时间：2026年08月19日15时00分（北京时间）；

2、论证地点：洛阳市洛龙区古城路15号。

三、论证情况

1、论证小组成员：王燕萍、王健智、汪洋；



2、论证内容：技术参数

3、论证情况说明：

论证小组对技术参数设置的合法性、合规性、合理性、必要性、可行性及是否存在倾向性、排他性进行了论证。

存在问题及修改意见如下：

三标段

1、电动液压手术台（神经外科超低位术床）：

删除11. 保证手术台具有可靠的稳定性和良好的移动性，方便医生锁定手术床；

删除12. 具有良好的抗静电及减压作用；

删除16. 气压系统历时1h；

增加20. 记忆海绵垫1套

2、骨科手术透视床

删除*12、 气压系统历时1h,

3、电刀（高频手术设备）

删除2. 可满足临床各种手术的需求；

建议修改为：*6工作频率：电切 $\geq 300\text{KHz}$ ；柔和凝，双极凝 $\geq 300\text{KHz}$ ；强力凝，喷射凝 $\geq 300\text{KHz}$ ；

5、气压止血仪

删除11、满足儿童和成人的不同需求；

论证小组签字：

王健智 江平 王健智

2026年08月19日