

洛阳市妇幼保健院

设备验收报告

日期: 2026 年 8 月 27 日

使用科室	口腔科	到货日期	2026.7.15
供货单位	河南昕名源医疗设备有限公司		
安装地点	洛阳市妇幼保健院 门诊楼 口腔科		
培训工程师	李斌	电话	15688189277
销售代表	闫挺成	电话	15236159362
生产企业	上海怡友医疗器械有限公司		
设备名称	口腔颌面锥形束计算机断层扫描设备	设备型号	PAT-65LHS
数量	1	单价	420000元
生产批号/序列号	AG-0119		
生产日期	2026.6.15	质保期	6年
注册证/备案号	国械注准 20223061229		
配件清单	见附件		
设备验收情况	配置、附件齐全, 功能满足使用需求, 设备运行正常。		
供应商负责人签字	闫挺成	使用科室意见	耿源
招标办公室意见	张超	医学装备部意见	柏中豪
纪检监察室意见	郭 婷	财务资产部意见	刘 凡
备注			

国产 PHT-65LHS SC 主机配置清单

编号	项目	计量单位	数量	标配	产地	生产厂家
1	立柱	根	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
2	底座	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
3	C 型臂	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
4	头颅装置	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
5	头颅装置支撑臂	根	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
6	三维&全景传感器	块	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
7	头颅传感器	块	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
8	高压发生器	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
9	PHT-65LHS 使用说明书	本	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
10	EzDent-i 使用说明书	本	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
11	Ez3D-i 使用说明书	本	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
12	安装 U 盘	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
13	曝光开关	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
14	曝光开关支架	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
15	LCD 触摸屏	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
16	标准下颌托	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
17	低下颌托	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
18	标准咬合块	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
19	无牙颌咬合块	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
20	TMJ 咬合块	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
21	双扫描支架	个	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
22	咬合套	盒	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
23	全景头夹	套	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
24	侧位头夹	套	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
25	侧位耳杆硅胶套	只	3	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
26	10M 光纤	根	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
27	光纤采集卡	块	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
28	壁挂支架	套	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
29	附件托盘	只	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司
30	EzDent-i&Ez3D-i 加密狗	只	1	○	上海	上海怡友医疗器械有限公司