

招标文件专家论证意见表

一、基本情况	
采购人	洛阳市中心医院
项目名称	洛阳市中心医院专项资金呼吸机一批采购项目
二、论证内容 1. 对采购需求制定的合法性、合规性、合理性、必要性、可行性及是否存在倾向性、排他性、歧视性进行论证。 2. 对采购文件编制的合理性、严谨性，采购文件是否存在排他性、指向性技术要求，是否设置了不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商等其他不合理条款；是否符合采购需求进行论证。 3. 其他相关内容。	
三、专家论证意见	
经论证小组论证： 1、本项目采购需求制定合法、合规、合理、必要、可行、不存在倾向性、排他性、歧视性； 2、采购文件编制合理，不存在排他性、指向性技术要求，未设置不合理和歧视性准入条件排斥潜在供应商等其他不合理条款，符合采购需求。 3、其他内容修改意见如下： 3.1 招标文件 3.1.1 文件采购需求中各包的配置要求建议修改为★实质性响应条款； 3.1.2 文件采购需求中各包详细配置清单及分项报价，设备附件及各类配件详细报价建议删除； 3.1.3 文件采购需求中各包“▲提供配套一次性耗材医疗器械注册证及长期供应价格（含名称、品牌、规格型号、数量、单价等）”建议修改为“▲提供配套一次性耗材注册证及河南省药品和医用耗材招采管理系统官网截图（含名称、注册证号、采购限价等）”； 3.1.4 文件采购需求其他要求中，注：投标人应在投标时提供书面承诺书承诺中标后在签合同前提供原厂授权文书或原厂售后服务保障文书。原厂售后服务保障文书的内容应与投标文件中响应的内容一致。售后服务应涵盖所有投标产品，多个厂家产品的应分别提供对应的原厂授权文书或原厂售后服务保障文书。建议删除； 3.1.5 文件中采购范围：设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修、备品备件及相关配套服务等；（详见第三章采购需求）建议修改为采购范围：设备的供货、运输、保险、装卸、搬运、安装、检测、调试、试运行	

李书通

、验收交付、培训、技术支持、软件升级、售后保修、备品备件及相关配套服务等；仪器配备所有软件使用最新版本且终身免费升级，端口免费开放，能与我院各信息系统无缝免费对接；满足医院要求，凡涉及设备安装及施工由成交方负责，按照医院要求提供交钥匙工程。（详见第三章采购需求）。

3.2 包1无创呼吸机（1）

3.2.1 6、单管路漏气系统，有压力测量管，可测量病人近端压力并精准漏气补偿；实时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量建议修改为6、可测量病人近端压力并精准漏气补偿；实时监测病人泄漏量和呼吸机总泄漏量；

3.2.2 ▲30、氧浓度监测：配备顺磁氧浓度监测功能或标配氧电池监测（需免费提供至少5年正常氧电池的用量）建议修改为▲30、氧浓度监测：配备顺磁氧浓度监测功能或标配氧电池监测（需免费提供至少6年正常氧电池的用量，提供承诺函）；

论证专家签字：

张 连建军 李博