招标文件及技术参数专家论证意见

项目名称	洛阳市中心医院伊滨院区泌尿科设备一批采购项目		
采购人	洛阳市中心医院		
论证时间	2026 年 11 月 2 日	论证地点	洛阳市洛龙区滨河南路与王城大道交叉口东 150 米半岛明珠 2 栋 2 单元 501

专家论证意见：

对业主单位拟采购一批设备招标文件及技术参数进行了部分修改（具体见附件）。

认为修改后的招标文件及技术参数设置合理，得当，不具有倾向性，歧视性和排他性，能够开展招标活动。可以形成有效竞争。

签字：

招标文件及技术参数专家论证意见

项目名称	洛阳市中心医院伊滨院区泌尿科设备一批采购项目		
采购人	洛阳市中心医院		
论证时间	2026 年 11 月 2 日	论证地点	洛阳市洛龙区滨河南路与王城大道交叉口东 150 米半岛明珠 2 栋 2 单元 501

专家论证意见：

通过对该院提供的泌尿科设备一批采购项目招标文件及技术参数的审核讨论，经过最终修改后的整体文件，无指向性、排他性、歧视性，符合国家招投标相关法规，符合该院的临床需求，可以形成竞争，可进行招标活动。

签字：

招标文件及技术参数专家论证意见

项目名称	洛阳市中心医院伊滨院区泌尿科设备一批采购项目		
采购人	洛阳市中心医院		
论证时间	2026 年 11 月 2 日	论证地点	洛阳市洛龙区滨河南路与王城大道交叉口东 150 米半岛明珠 2 栋 2 单元 501

专家论证意见：

经过对泌尿科设备一批的技术参数和招标文件进行论证和部分调整，调整内容见附件清单。使技术参数和招标文件无排他性，符合市场竞争，能明确满足政府采购招标要求，同意按公开招标方式进行招标。

签字：李伟

采购产品招标文件专家论证意见表

一、项目概况

采购单位：洛阳市中心医院

项目名称：洛阳市中心医院伊滨院区泌尿科设备一批采购项目

时间：2026 年 11 月 2 日 15:00

地点：洛阳市洛龙区滨河南路与王城大道交叉口东 150 米半岛明珠 2 栋 2 单元 501

二、论证内容

1、对采购产品技术参数制定的合法性、合规性、合理性、必要性、可行性及是否存在排他性、倾向性进行论证；

2、其他相关内容。

三、专家论证意见

经论证小组论证：

1、本项目采购需求合法、合规、合理、必要、可行，未发现倾向性、排他性条款；

2、针对采购产品技术参数的建议修改如下：

（1）第三章 采购需求 “★配置清单”设置为实质性要求

（2）第三章 采购需求 包 1 中“2.有效像素：≥3840×2160P”修改为“2.分辨率：≥3840×2160P”

（3）第三章 采购需求 包 1 中“3.视频输出接口：HDMI×1、DP×1，DVI×1 等多种 4K 数字和高清接口”修改为“3.视频输出接口：至少包含 HDMI×1、DP×1，DVI×1 等”

（4）第三章 采购需求 包 1 中“2.超高清腹腔镜，直径 10mm，工作长度：≥305mm”修改为“2.超高清腹腔镜，直径 10mm，工作长度：≥300mm”

（5）第三章 采购需求 包 1 中“5.支持高温 132℃高压灭菌”修改为“5.支持高温 134℃高压灭菌”

（6）第三章 采购需求 包 1 中“4.可视角：≥178° ”修改为“4.可视角：≥170° ”

（7）第三章 采购需求 包 1 中“3.工作频率：≥333KHZ”修改为“3.工作频率：≥300KHZ”

（8）第三章 采购需求 包 2 中“28.医用激光光纤有省标或市标。”修改为“28.医用激光光纤需提供一次性耗材的注册证及河南省药品和医用耗材招采管理系统官网截图（包含名称、注册证号、采购限价等）”

专家签名：

2026 年 11 月 2 日